



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 28.08.2024r.

Znak: ZP.26.1.33.2024.1

Informacja o modyfikacji SWZ w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa wyposażenia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZZOZ w Wadowicach”

Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn „Dostawa wyposażenia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZZOZ w Wadowicach” oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje treść SWZ.

Pytanie nr 1: Dotyczy pakietu nr 1 Załącznik NR 7 do SWZ §3 ust 8 pkt 8.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację: Dostawca w szczególności zobowiązuje się do: zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres 7 lat od dnia uruchomienia sprzętu. Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 7 do SWZ „Projekt umowy – Pakiet nr 1” §3 ust 8 pkt 8.1 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny załącznik będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 2: Dotyczy pakietu nr 1 Załącznik nr 7 do SWZ §3 ust 14 Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu wyłączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób: Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych (z wyłączeniem głowicy). Gwarancja nie obejmuje defektów lub osłabień działania (włączając niedopasowanie do opisu produktu bądź jego specyfikacji), które są całkowicie lub częściowo spowodowane:

- niewłaściwym przechowywaniem lub transportem produktu przez Kupującego, osoby przez niego zatrudnione lub inne osoby działające na rzecz Kupującego,
- nie przygotowanie przez Kupującego miejsca, nie zapewnienie dostaw prądu lub nie zabezpieczenie warunków działania wymienionych w odpowiednich instrukcjach lub przedstawionych przez Sprzedawcę lub producenta,
- nie posiadanie któregoś z produktów, podzespołów lub akcesoriów zalecanych przez Sprzedawcę lub producenta, a pominiętych na polecenie Kupującego,
- warunkami, specyfikacjami, instrukcjami wydanymi przez Kupującego, jego pracowników inne osoby działające na rzecz Kupującego,
- zmianami w produkcie wprowadzone przez osoby inne niż Sprzedawca,

- łączeniem produktu Sprzedawcy z innymi produktami,
- łączeniem niekompatybilnych produktów Sprzedawcy,
- niewłaściwym bądź niezgodnym z instrukcją użytkowaniem produktu, niewłaściwą obsługą produktu, nie wykonaniem instrukcji i zaleceń Sprzedawcy lub producenta lub użytkowaniem sprzętu niezgodnym z jego przeznaczeniem,
- uszkodzeń sprzętu spowodowanych korzystaniem przez Kupującego z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
- zaistnieniem siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Sprzedającego.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający oczekuje dostarczenia karty gwarancyjnej przy dostawie sprzętu, w której określone są warunki gwarancji określone przez Producenta

Pytanie nr 3: Dotyczy pakietu nr 1 Załącznik nr 7 do SWZ §3 ust 16. Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje wskazanie, że uprawnienie do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania drugiego o następującej treści:

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4: Dotyczy pakietu nr 1 Załącznik nr 7 do SWZ §5 ust 1 pkt 1.1-1.4 W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 7 do SWZ „Projekt umowy – Pakiet nr 1” §5 ust 1 pkt 1.2-1.4 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny załącznik będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 5: Dotyczy pakietu nr 1 Załącznik nr 7 do SWZ §5 ust 1 pkt 1.5 W naszej opinii zapis §5 ust 1 pkt 1.1-1.4 w sposób wystarczający zabezpieczają interes Zamawiającego, w związku z tym wprowadzenie dodatkowej przesłanki do naliczania kar umownych w ust. 1 pkt 1.5 jest w naszej ocenie nadmierne i zbyt rygorystyczne. Prosimy o wykreślenie ust. 1 pkt 1.5 ze wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 7 do SWZ „Projekt umowy – Pakiet nr 1” §3 ust §5 ust 1 pkt 1.5 poprzez jego wykreślenie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny załącznik będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 6: Dotyczy pakietu nr 1 Załącznik nr 7 do SWZ §5 ust 2 Prosimy o usunięcie postanowienia § 5 ust. 2 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7: Dotyczy pakietu nr 1 Załącznik nr 7 do SWZ §5 ust 5 i ust 7. Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. Naszym zdaniem zawarcie w umowie ogólnych klauzul, np. "naruszenia postanowień umowy" definiuje potencjalnie szeroko zbiór przypadków, który umożliwiłby Zamawiającemu odstąpienie od umowy, ponadto między Stronami mogłoby dojść do sporu w kwestii interpretacji powyższego sformułowania. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Prosimy o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 8: Dotyczy pakietu nr 1. Umowa powierzenia danych osobowych. W związku z wykonywaniem umowy może dojść do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez niego danych osobowych pacjentów lub personelu Zamawiającego. W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych strony są zobowiązane zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje zawarcie takiej umowy i czy wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 7 do SWZ „Projekt umowy – Pakiet nr 1” poprzez dodanie umowy powierzenia danych osobowych. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny załącznik będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 9: Dotyczy pakietu nr 1. Załącznik nr 7 do SWZ § 3 ust. 3: Zasadą odpowiedzialności kontraktowej jest odpowiedzialność na zasadzie winy, a jej rozszerzenie powinno mieć charakter wyjątkowy, uzasadniony okolicznościami. W tym przypadku, wymóg przekazania dostępu do kodów serwisowych Zamawiającemu nie uzasadnia tak istotnego rozszerzenia odpowiedzialności dłużnika z uwagi chociażby na przewidzianą w §. 5 ust. 1.1.5 karę umowną za zwłokę w wykonaniu tego obowiązku. Jednoczesne ustalenie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka i prawa do naliczenia kary umownej za zwłokę w przekazaniu kodów w sposób rażąco zaburza równowagę kontraktową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wobec tego, wnosimy o zmianę postanowienia § 3 ust. 3 poprzez ustalenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych, tj. na zasadzie winy. Prosimy również o doprecyzowanie zdanie ostatniego poprzez wskazanie, że dotyczy aktualizacji oprogramowania wymaganych przez producenta ze względów bezpieczeństwa i wykreślenie odwołania do zmiany kodów serwisowych – z uwagi na brak dodatkowych kryteriów dla tego obowiązku (maksymalny czas trwania zobowiązania, potencjalny zakres zmian), wycena takiego zobowiązania jest istotnie utrudniona. Proponujemy w związku z powyższym następujące brzmienie § 3 ust. 3:

„3. Dostawca zapewnia, że sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § 3 ust. 2, jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad tp., w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu przez inny niż Dostawca podmiot, w przypadku niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Dostawcy. Dostawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje urządzenie, umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych i naprawę. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania wymaganych przez producenta ze względów bezpieczeństwa.”

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 9: Dotyczy pakietu nr 1. Załącznik nr 7 do SWZ §Par. 3 ust. 10: Prosimy o doprecyzowanie postanowienia §. 3 ust. 10 poprzez wskazanie, że gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju, co odpowiada brzmieniu art. 581 par. 2 KC wskazującego na konieczność przedłużenia gwarancji o czas, w którym nie można było z rzeczy korzystać. Przedłużenie

gwarancji o czas wykonywanej naprawy jest nieuzasadnione jako że jest to czas aktywnego podejmowania przez Wykonawcę działań gwarancyjnych w celu usunięcia usterki. Proponujemy wobec tego następujące brzmienie §. 3 ust. 10: „10. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju sprzętu.”

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 10: Czy są Państwo świadomi że opis fotela (Pakiet nr 5) wskazuje na model nie spełniający wymogów przepisów BHP dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe (np. komputery czy inne urządzenia z monitorami), jeśli praca na nich odbywa się powyżej 4 godzin dziennie?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w zakresie Pakietu nr 5. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny załącznik będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 11: Pakiet nr 3 - MEBLE WYKONANE Z BLACHY ZE STALI KWASOODPORNEJ 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mebli, których producent posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 oraz ISO 13485 w zakresie produkcji mebli oraz jest w trakcie wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Rozdział VIII SWZ „ Przedmiotowe środki dowodowe” poprzez wykreślenie pkt 5 oraz modyfikuje Załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” w zakresie Pakietu nr 3 poprzez wykreślenie wymogu złożenia dokumentów dotyczących normy ISO 14001. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny załącznik będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 12: dot. SWZ, VIII. Przedmiotowe środki dowodowe. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przedłożenia w zakresie pakietu nr 7 przedmiotowych środków dowodowych:

1.System zarządzania środowiskowego - certyfikat ISO14001 lub równoważny dla producenta sprzętu (dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Dotyczy Pakietu nr 7

2.System zarządzania energią - certyfikat ISO50001 lub równoważny dla producenta sprzętu (dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Dotyczy Pakietu nr 7.

Nie istnieją bowiem żadne przepisy prawa, które obligowałyby Wykonawców realizujących dostawy taboretów, ani Wytwórców je produkujących, do posiadania niniejszych certyfikatów. Pozostawienie w/w wymogu w mocy może stanowić niedozwolony czyn ograniczający konkurencję w postępowaniu publicznym.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Rozdział VIII SWZ „ Przedmiotowe środki dowodowe” w zakresie pkt 6, 7, 8, 9. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny załącznik będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 13: dot. zał. nr 7- umowa dot. §2 ust.1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu montażu, w zakresie pakietu nr 7, z względu na fakt iż przedmiot zamówienia dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź: W przypadku dostawy wyposażenia które nie wymaga montażu, Zamawiający nie będzie go wymagał. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 7 do SWZ „Projekt umowy – dotyczy Pakietów nr 2-9” §2 ust.1. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny załącznik będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 14: Pakiet 1 Aparat USG – 1 szt .Dot. pkt. 4 oraz 5 Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf wyposażony w monitor technologii LED o przekątnej ekranu 23,8” oraz wartości kontrastu statycznego 1000:1?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15: Pakiet 1 Aparat USG – 1 szt Dot. pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający zakres częstotliwości pracy aparatu 1,2 – 16 MHz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16: Pakiet 1 Aparat USG – 1 szt Dot. pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający częstotliwość odświeżania obrazu w trybie 2D o wartości 801 fps?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17: Pakiet 1 Aparat USG – 1 szt Dot. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający pamięć CineLoop o długości 32 577 obrazów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18: Pakiet 1 Aparat USG – 1 szt Dot. pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf posiadający 5 pasm częstotliwości w obrazowaniu harmonicznym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19: Pakiet 1 Aparat USG – 1 szt Dot. pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf posiadający maksymalną prędkość przepływu 97,8 cm/s w trybie Kolor Doppler?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20: Pakiet 1 Aparat USG – 1 szt Dot. pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające automatyczny pomiar grubości Intima Media dla przedniej i tylnej ściany tętnicy w wybranym obszarze działania bez określenia minimalnej wartości punktowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21: Pakiet 1 Aparat USG – 1 szt Dot. pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające możliwość rozbudowy o system porównywania obrazów z CT/MRI/USG bez detekcji położenia bieżącego głowicy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22: Pakiet 1 Aparat USG – 1 szt Dot. pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści aparat pozbawiony możliwości rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające automatyczną ilościową ocenę ryzyka opartą na sztucznej inteligencji, która jest dostosowana do kategorii BI-RADS, TI-RADS?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23: Pakiet 1 Aparat USG – 1 szt Dot. pkt. 35, 36, 37, 39 Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf wyposażony w głowicę liniową o budowie liniowej, zakresie częstotliwości 3,0 – 13,0 MHz, układzie kryształów piezoelektrycznych ceramicznych złożonych z wielu małych elementów oraz liczbie elementów 192?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24: Pakiet 1 Aparat USG – 1 szt Dot. pkt. 40, 44 Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf wyposażony w głowicę convex o liniowym układzie kryształów oraz liczbie elementów 128?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25: Pakiet 1 Aparat USG – 1 szt Dot. pkt. 46, 48 Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf posiadający możliwość rozbudowy o głowicę sektorową o liniowym układzie kryształów oraz liczbie elementów 80?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26: Pakiet 1 Aparat USG – 1 szt Dot. pkt. 49 Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający możliwość rozbudowy o głowicę liniową śródoperacyjną liniowym układzie kryształów piezoelektrycznych ceramicznych złożonych z wielu małych elementów, częstotliwości pracy 3,5 – 16 MHz oraz liczbie elementów 128?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27: Pakiet 1 Aparat USG – 1 szt Dot. pkt. 52 Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w formatach: BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI oraz MP4?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28: Dotyczy pakietu nr 7, l.p. 1 Czy Zamawiający dopuści taboret wyposażony w kółka w obudowie z tworzywa sztucznego, które jest rozwiązaniem trwalszym niż wymagane w SWZ (kółka w obudowie stalowej szybko rdzewieją w kontakcie ze środkami czyszcząco-dezynfekującymi)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29: Dotyczy pakietu nr 7, l.p. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie taboretu z dopuszczalnym obciążeniem 135 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30: Dotyczy pakietu nr 7, l.p. 1 Czy Zamawiający dopuści taboret z podstawą trójramienną, ale wyposażoną w obręcz z pięcioma kółkami fi 50mm? Poniżej wizualizacja oferowanego równoważnego rozwiązania



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 31: Dotyczy pakietu nr 7, l.p. 2 Czy Zamawiający dopuści taboret z regulacją wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią ręczną umieszczoną w ergonomicznym miejscu pod siedziskiem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 32: Dotyczy pakietu nr 7, l.p. 2 Czy Zamawiający dopuści taboret z podstawą trójramienną, ale wyposażoną w obręcz z pięcioma kółkami fi 50mm? Poniżej wizualizacja oferowanego równoważnego rozwiązania



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 33: Dotyczy pakietu nr 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mebli, w których fronty wykonane są z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym, wyposażone w trwałe uszczelki z silikonu, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia, natomiast korpusy z pojedynczej blachy o odpowiedniej grubości, zapewniającymi odpowiednią sztywność i trwałość mebla? Oferowane rozwiązanie jest równoważne względem SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34: Dotyczy pakietu nr 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mebli z możliwością regulacji półek co 45 mm? Oferowane rozwiązanie jest równoważne względem SWZ i pozwala na bardzo szeroki zakres regulacji ustawienia półki w szafce.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga regulacji co 25 mm. Jest to większy zakres niż proponowany, co ma znaczenie przy użytkowaniu.

Pytanie nr 35: Dotyczy pakietu nr 3 Czy Zamawiający uzna za wystarczające, aby Wykonawca przedłożył w ramach przedmiotowych środków dowodowych: certyfikat ISO 9001, certyfikat ISO 13485 oraz atest PZH wydany przez niezależną jednostkę potwierdzający przeznaczenie wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Rozdział VIII SWZ „Przedmiotowe środki dowodowe” poprzez wykreślenie pkt 5 oraz modyfikuje Załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” w zakresie Pakietu nr 3 poprzez wykreślenie wymogu złożenia dokumentów dotyczących normy ISO 14001. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny załącznik będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Ponadto Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” Pakiet nr 1 pkt 1, 3, 6, 12 i dodanie pkt 23 oraz Pakiet nr 2 pkt 17, 22 i 23. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji. Wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 09.09.2024r.** do godz. 10:00. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **09.09.2024r. godz 10:30**. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 17.12.2024r.

*Pełnomocnik Dyrektora
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

1 x a/a