

Wrocław, 20.08.2019r.

Dotyczy: PN 56/19- dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych III

I.Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 kleszczyki biopsyjne o długości 150 cm, 170 cm, 230 cm (do wyboru przez Zamawiającego)?

Odpowiedź:

Tak

Zadanie 3:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protez trzustkowych prostych 5Fr i 7Fr o długości 3, 5, 7, 9,12 i 15 cm.

Odpowiedź:

Tak

Zadanie 6.Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szczotki z portem do iniekcji i przeprowadzenia przewodnicy, kanał do przewodnicy wzdłuż całej długości cewnika szczotki.

Odpowiedź:

Tak

II.Na podstawie art.38 ust.4 ustawy PZP Zamawiający dokonuje zmian do SIWZ :

zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ- zadanie nr 5,3,6. Patrz zał. nr 1 po zmianach