



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 13.02.2023 r.

WYJAŚNIENIA Nr 3 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **IMPLANTY ORTOPEDYCZNE (systemy zespoleń złamań okołoprotezowych)**

Nr postępowania: **ZP/4/23**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- Dot. Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki piszczelowej dalszej przednio-bocznej o grubości 3,5 mm i grubości głowy płytki 2,5 mm?
Zamawiający nie wyraża zgody
- Dot. Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania płytki piszczelowej dalszej przyśrodkowej o grubości 3,7 mm i grubości głowy płytki 3,1 mm?
Zamawiający nie wyraża zgody
- Dot. Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania płytki piszczelowej bliższej bocznej o grubości 3,7 mm, grubości głowy płytki 3,6 mm oraz długości płytki od 81 do 237 mm?
Zamawiający nie wyraża zgody
- Dot. Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania płytki piszczelowej bliższej przyśrodkowej o grubości 3,5 mm, grubości głowy płytki 3,5 mm oraz długości płytki od 93 do 223 mm?
Zamawiający nie wyraża zgody
- Dot. Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania płytki strzałkowej dalszej bocznej o grubości 3,0 mm?
Zamawiający nie wyraża zgody
- Dot. Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania płytki prostej z ograniczonym kontaktem o grubości 4,0 mm oraz szerokości 12 mm?
Zamawiający nie wyraża zgody
- Dot. Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 7** dopuści możliwość zaoferowania śruby korowej blokowanej 3,5 mm z zakresem zmiany długości śruby od 10 do 60 mm, co 2 mm, od 65 do 90 mm co 5 mm?
Zamawiający nie wyraża zgody
- Dot. Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 8** dopuści możliwość zaoferowania śruby korowej 3,5 mm z zakresem zmiany długości śruby od 12 do 90 mm co 2 mm?
Zamawiający nie wyraża zgody
- Dot. Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 9** dopuści możliwość zaoferowania: Płyta piszczelowa bliższa boczna blokowana zakładana metodą małoinwazyjną LISS o grubości 5,5 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 13, długość płytki od 140 do 300 mm, szerokość płytki 15,7 mm, szerokość głowy płytki 24 mm. Płytką zmniejszającą kontakt z kością. Materiał tytan?
Zamawiający nie wyraża zgody

- 10. Dot. Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 10** dopuści możliwość zaferowania: Płyta udowa dalsza boczna blokowana zakładana metodą małoinwazyjną LISS o grubości 4,5 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 13, długość płytki od 156 do 316 mm, szerokość płytki 16 mm, szerokość głowy płytki 33 mm. Płytki zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan?
Zamawiający nie wyraża zgody
- 11. Dot. Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 11** dopuści możliwość zaferowania śruby korowej blokowanej 5,0 mm z zakresem zmiany długości śruby od 10 do 60 mm, co 2 mm, od 65 do 100 mm co 5 mm?
Zamawiający nie wyraża zgody
- 12. Dot. Pakietu Nr 3** - Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 1** dopuści możliwość zaferowania płyty DHS o ilości otworów od 2 do 16 oraz długości od 48 mm do 272 mm?
Zamawiający dopuszcza
- 13. Dot. Pakietu Nr 3** - Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 5** dopuści możliwość zaferowania wkrętów blokowanych o średnicy 5,0 mm i długości 14-60 mm co 2 mm, dodatkowo 35 i 45 mm?
Zamawiający dopuszcza
- 14. Dot. Pakietu Nr 3** - Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 6** dopuści możliwość zaferowania wkrętów korowych o średnicy 4,5 mm?
Zamawiający dopuszcza.
- 15. Dot. Projektu umowy** - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu we wzorze umowy § 5 ust. 3: Zapłata za dostarczony na podstawie zamówienia towaru nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w doręczonej przez niego Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej fakturze VAT, potwierdzającej dostawę towaru, w ciągu dni od dnia jej wystawienia przez Wykonawcę?
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 16. Dot. Projektu umowy** - Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów Zamawiający uzupełni treść umowy w § 5: Zwłoka w zapłacie należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania realizacji kolejnych dostaw chyba, że zwłoka w zapłacie należności mimo uprzedniego pisemnego wezwania do zapłaty przekracza 60 dni.
Zamawiający nie wyraża zgody.

Podpisał:
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej prowadzonego postępowania