



Opole, 04.04.2019r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Przetarg nieograniczony nr 11/PN/2019

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) zwanej w treści pisma PZP, podajemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych niniejszym postępowaniem treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

1. Zadanie 1, pozycja 10-13

Czy Zamawiający dopuści siatkę do mocowania opatrunków o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

2. Zadanie 1, pozycja 10-13

Czy Zamawiający dopuści siatkę do mocowania opatrunków w stanie wolnym 10 metrów, 25 metrów w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

3. Zadanie 2, pozycja 3,4,9

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 1,09g?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

4. Zadanie 2, pozycja 5,6,7

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 1,91g?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

5. Zadanie 2, pozycja 11

Prosimy o wydzielenie pozycji w celu umożliwienia sporządzenia konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.*

6. Zadanie 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści ligninę bieloną w rozmiarze 40 x 60cm, gramatura 25g/m²?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza.*

7. Zadanie 2, pozycja 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ligniny pakowanej w papier i odstąpienie od wodoodporności opakowania.

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza.*

8. Zadanie 4, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy na kleju akrylowym?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

9. Zadanie 4, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem na kleju akrylowym?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

10. Zadanie 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści sterylny plaster z opatrunkiem w rozmiarze 7,2cm x 5cm, pakowany a^o 100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

11. Zadanie 4, pozycja 9-15

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o włókninowy o składzie: 70% wiskoza, 30% poliester o właściwościach:

- Samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym
- Część samoprzylepna wykonana z hydrofobowej włókniny
- Mikropory w strukturze włókniny - zapewniają odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem, a skórą
- Centralnie umieszczony wkład chłonny - chłonie umiarkowany wysięk z rany
- Wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu - zapobiega przywieraniu wkładu do rany i ułatwia usunięcie opatrunku
- Hypoalergiczny
- Elastyczny - opatrunek jest wygodny dla pacjenta, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów
- Łatwy do zamocowania na skórze
- Zaokrąglone brzegi - zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku
- Pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym naniesionym na włókninę metodą ciągłą
- Posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację
- Jałowy - sterylizowany tlenkiem etylenu

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

12. Zadanie 4, pozycja 6-12

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na kleju akrylowym naniesionym metodą ciągłą?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

13. Zadanie 4, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści przylepiec nawinięty na rolkę?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

14. Zadanie 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w kolorze białym?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

15. Zadanie 4, pozycja 9-15

Prosimy o wydzielenie pozycji w celu umożliwienia sporządzenia konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ ..*

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z **Zadania 1** pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ ..*

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z **Zadania 2** pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i 9, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ .*

18. Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 1,2 miał na myśli płyn wieloelektrolitowy bez wapnia, Ph 7.3, Octany- 27 mmol/litr, Cl- 98mmol/litr, w opakowaniu typu worek Viaflo z samouszczelniającym się portem do iniekcji ?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 1,2 miał na myśli płyn wieloelektrolitowy bez wapnia, Ph 7.3, Octany- 27 mmol/litr, Cl- 98mmol/litr, w opakowaniu typu worek Viaflo z samouszczelniającym się portem do iniekcji.*

W związku z powyższym w załączniku nr 1 do SIWZ, Zadanie 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„Poz.1. Płyn wieloelektrolitowy bez wapnia, Ph 7.3, Octany- 27 mmol/litr, Cl- 98mmol/litr, w opakowaniu typu worek Viaflo z samouszczelniającym się portem do iniekcji.

Poz.2. Płyn wieloelektrolitowy bez wapnia, Ph 7.3, Octany- 27 mmol/litr, Cl- 98mmol/litr, w opakowaniu typu worek Viaflo z samouszczelniającym się portem do iniekcji.”

19. W związku z tym, że postanowienie §5 ust.8 projektu umowy jest nieprecyzyjne i profesjonalni ubezpieczyciele nie są w stanie zagwarantować takiej polisy to prosimy o zmianę części zapisu poprzez usunięcie fragmentu: "(...) na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł na każde zdarzenie" i zastąpienie go treścią: "(...) na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 (jeden milion) zł na jedno i wszystkie zdarzenia".

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w §5 ust.8 projektu umowy.*

W związku z powyższym zmienia się zapis w §5 ust.8 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

„ 8. Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z rozszerzeniem o odpowiedzialność za wadliwy produkt zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż 1 000.000(jeden milion) zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie powyższego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.”

20. Do §6 ust.1 lit.a) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 2% liczonej od wartości niedostarczonej w terminie części zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

21. Zwracamy się z pytaniem, czy nie nastąpiła ze strony Zamawiającego pomyłka w przygotowywaniu pozycji asortymentowych do poszczególnych pakietów, ponieważ w zadaniu nr 8 i w zadaniu nr 9, w ostatnich pozycjach występuje ten sam produkt, z taką samą ilością szacowanych do zakupu sztuk.

Jeżeli nastąpiła pomyłka ze strony Zamawiającego to zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 8 .

Odpowiedź. *W związku z pomyłką i umieszczeniem tego samego asortymentu z taką samą ilością w zadaniu 8 i 9, Zamawiający skreśla ostatnią pozycję w zadaniu 8.*

22. **Dot. Pakietu nr 1, poz. 10-13.** Czy Zamawiający dopuści siatki do mocowania opatrunków o składzie surowcowym jedwab poliamidowy teksturowany 50% i jedwab poliuretanowy 50%?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

23. **Dot. Pakietu nr 1, poz. 10-13.** Czy Zamawiający dopuści siatki do mocowania opatrunków w stanie wolnym 10m?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

24. **Dot. Pakietu nr 1, poz. 10-13.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sterylizacji siatek do mocowania opatrunków?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

25. **Dot. Pakietu nr 2, poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści ligninę o rozmiarze 40x60 cm i gramaturze 36,5g/m², tj. o właściwościach lepszych niż wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza.*

26. Czy bieg terminu dostaw ma przypadać na dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: *Tak.*

27. § 6 ust. 1a: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: *Zgodnie z Projektem umowy.*

28. § 6 ust. 1c: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: *Zgodnie z Projektem umowy.*

29. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: *Zgodnie z Projektem umowy.*

30. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 12 poz. 1 i 2, co pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 8 pozycji 2 produktu NaCl 0,9% 500ml w butelce zakręconej umożliwiającej irygację?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

32. Dotyczy § 6 ustęp 1 punkt c, d. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania bez zastrzeżeń znaczącej części umowy, naliczanie kary od jej całości jest zawyżone.

Odpowiedź: *Zgodnie z Projektem umowy.*

33. Dotyczy projektu umowy. W oparciu o obowiązujące przepisy prawne, wracamy się z prośbą o dodanie w zapisach umowy informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptecce (rejestr temperatur), od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.

- Wytyczne UE z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.Urz. UE 2013/C 68/01) Rozdział 5 pkt 6.3 (produkty lecznicze, które opuściły pomieszczenia dystrybutora mogą powrócić do zapasów przeznaczonych do sprzedaży, tylko pod warunkiem potwierdzenia wszystkich wymienionych w Wytycznych okoliczności. Między innymi: klient wykazał że transport produktów leczniczych, ich przechowywanie i postępowanie z nimi odbywało się zgodnie ze specjalnymi wymogami dotyczącymi ich przechowywania)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002 r.) § 2. Produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą być przechowywane w aptecce w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań jakościowych i bezpieczeństwo przechowywania.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w §5 projektu umowy do ust. 3 treści o następującym brzmieniu: „ W przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni Wykonawcy kopię rejestru warunków przechowywania zwracanego produktu w aptecce (rejestr temperatur), od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.”*

34. Zadanie 1, poz. 5

Czy zamawiający wymaga gązę w roli 13 nitkową, niejależą, szer. 90 cm x 100 m?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

35. Zadanie 1, poz.5

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

36. Zadanie 1, poz. 9

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

37. Zadanie 1, poz. 10-13

Czy Zamawiający dopuści siatkę , która posiada 10 mb w stanie swobodnym, natomiast 25 mb w stanie roboczym ?

Odpowiedź *Zgodnie z SIWZ.:*

38. Zadanie 1, poz. 10-13

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.*

39. Zadanie 1, poz. 10-13

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.*

40. Zadanie 2, poz. 1-6

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

41. Zadanie 2, poz. 1,4,6

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

42. Zadanie 2, poz. 3,5

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

43. Zadanie 2, poz. 1,2,8

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – 0,437g?

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

44. Zadanie 2, poz. 3,4,9

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – 1,005 g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

45. Zadanie 2, poz. 5,6,7,

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – 1,794g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

46. Zadanie 2 , poz. 9

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

47. Zadanie 2, poz. 9-11

Czy zamawiający wydzieli poz.9-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

48. Dot. zapisów pkt. XIV SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia nie wymaga zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, w tym dokumentów równoważnych obowiązujących na terenie Państw Członkowskich UE (Wyroby medyczne), Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania uprawnień złożenie oświadczenia, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia ?

Odpowiedź: „ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności” dotyczą sytuacji, kiedy Wykonawca oferuje sprzedaż produktów leczniczych. W przypadku składania oferty dotyczącej zadań niezawierających produktów leczniczych prosimy o złożenie oświadczenia o następującej treści: „ Zaden z oferowanych produktów nie jest produktem leczniczym”

49. Dot. zadania 2 poz. 1,2,8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o wadze 0,4g? Pozostałe parametry jak w opisach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

50. Dot. zadania 2 poz. 3,4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o wadze 0,9g? Pozostałe parametry jak w opisach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

51. Dot. zadania 2 poz. 5,6,7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o wadze 1,7g? Pozostałe parametry jak w opisach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

52. Dot. zadania 2 poz.11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ligniny o wymiarze 60cmx40cm lub ligniny o wymiarze 20cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści ligninę o rozmiarze 40x60 cm.

53. Dot. zadania 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 2 pozycji 10 oraz 11?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

54. Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 3 poz. 8 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 poz. 8 zaoferowanie produkt ZinoDr. A – antyseptyczny krem ochronny zawierający w swoim składzie tlenek cynku oraz odpowiednio dobrane komponenty wspomagające skórę w procesie regeneracji; konfekcjonowany w pojemnikach plastikowych

z zabezpieczeniem o 250 g, co odpowiada 200 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

55. ZADANIE 3Poz. nr 5 – Czy Zamawiający wpisując w kolumnie j.m. „opakowanie” miał na myśli opakowanie a’25szt?

Odpowiedź: Tak, w związku z powyższym dopisuje się w zadaniu 3 poz.5 op. po 25 szt.

56. ZADANIE 3 Poz. nr 6,7 – Czy Zamawiający wpisując w kolumnie j.m. „opakowanie” miał na myśli opakowanie a’10szt?

Odpowiedź: Tak, w związku z powyższym dopisuje się w zadaniu 3 poz.6 i 7 op. po 10szt.

57. ZADANIE 3 Poz. nr 8,9 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kremu ochronnego oraz pianki do oczyszczania, przeznaczonych do stosowania w placówkach medycznych, dopuszczonych do obrotu zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych oraz zgłoszonych w bazie portalu produktów kosmetycznych CPNP?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

58. ZADANIE 4 Poz. nr 6 – Czy Zamawiający wpisując w kolumnie j.m. „opakowanie” miał na myśli opakowanie a’250szt?

Odpowiedź: Tak, w związku z powyższym dopisuje się w zadaniu 4 poz.6 op. po 250 szt.

59. PROJEKT UMOWY

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź: Zgodnie z Projektem umowy.

60. PROJEKT UMOWY

§ 6, ust. 1 - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- pkt a) - do kwoty 1% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia
- pkt b) - do kwoty 1% wartości brutto towaru wadliwego
- pkt c) - do kwoty 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy/dostawy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mając powyższe na uwadze, zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych oraz modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie.

Odpowiedź: Zgodnie z Projektem umowy.

61. Zadanie 12, pozycja 15-17

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 15-17 do innego pakietu, co pozwoli Wykonawcą złożyć ofertę na pozycje 1-14.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

62. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zgodnie z Projektem umowy.

63. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

W

a) za opóźnienie w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,5 % wartości brutto złożonego zapotrzebowania za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy**

b) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie towaru niezgodnego z umową, bądź za opóźnienie w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu w tym również za opóźnienie w zakresie terminów wynikających z gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru wadliwego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego towaru**

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 **niezrealizowanej części** umowy,

d) za naruszenie ustalonego niniejszą umową i załącznikami do niej obowiązku Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku wynikającego z rękojmi i gwarancji w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1, **niezrealizowanej części** umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z Projektem umowy.

**W oparciu o art. 38 ust.4 zmienia się termin składania ofert w przetargu, odpowiednio:
składanie i otwarcie ofert 10.04.2019r. – godziny bez zmian.**

Sporządziła:

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych

Beata Kopeć

mgr farmacji-klasyfikant apteki

Danuta Wójcik

Zatwierdził:

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Wider