

Wrocław, dn. 28.04.2020 r.



AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
tel. 261-658-222, 261-658-110; fax 261-658-425

/strona www./

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym
pt.:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU I MATERIAŁÓW DO LABORATORIÓW
nr sprawy WNP/228/PN/2020**

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) do Zamawiającego, w terminie określonym w SIWZ, zostały skierowane zapytania (*zachowano oryginalną treść pytań*) o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Cz. V zad. 8 mieszadło magnetyczne z grzaniem Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z grzaniem wyposażone w pokrętki do regulacji obrotów oraz do regulacji temperatury (od 50 do 500 C) , o wymiarach gł 22 x sz 33 x wys 10,5 mm, platforma ceramiczna o wymiarach 18 x 18 cm Zad. 8 i zad. 18 Czy Zamawiający dopuści srewis Wykonawcy, który jest dystrybutorem producenta.

Odp. Istotną dla Zamawiającego funkcją mieszadła jest możliwość kontroli temperatury minimalnej w zakresie zbliżonym do temperatury otoczenia tj. zakres regulacji temperatury od +5°C powyżej temperatury otoczenia. Temperatura otoczenia w laboratorium badawczym mieścić się będzie w zakresie 20-30°C). Nie dopuszcza się więc mieszadła z regulacją temperatury dopiero od 50 °C.

Zad. 8 i zad. 18 - W obu przypadkach Wykonawca musi zapewnić Autoryzowany Serwis Producenta.

2. Dotyczy Pakietu 1, poz. 3 Czy Zamawiający zaakceptuje szerokość taśmy 12,7mm? Czy Zamawiający mógłby podać wymaganą długość taśmy? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, któregoś z poniższych produktów?
<https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/baf134840050?lang=pl®ion=PL>
<https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/baf134830050?lang=pl®ion=PL>

Odp. Zamawiający dopuszcza taśmę o szerokości 12,7mm. Długość rolki około 36m. Pozostałe wymaganie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Dotyczy Pakietu 6, poz. 4, 5, 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów o poniższych specyfikacjach? Poz. 4 - <https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigald/n10950?lang=pl®ion=PL> Poz. 5 - <https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/185779?lang=pl®ion=PL> Poz. 6 - <https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/mm/843948?lang=pl®ion=PL>

Odp. Zaproponowane odczynniki spełniają wymagania i są akceptowalne.

4. Dotyczy Pakietu 7, poz. 1: Czy Zamawiający mógłby rozszerzyć specyfikację dla wymaganego produktu z poz. 1? Grupa oferowanych produktów w linku poniżej: <https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=Graphene+oxide&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax&lang=pl®ion=PL&focus=product>

Odp. TAK, dopuszczamy dostawę 2x500ml z oferty nr 763705.

5. Dotyczy Pakietu 9, poz. 1, 2, 6: Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opak. 2 x 500ml? Poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opak. 2 x 5g? Poz. 6: Czy Zamawiający mógłby rozszerzyć specyfikację dla wymaganego produktu z poz. 6? Prośba o podanie nr CAS?

Odp.

Pozycja 1 – TAK, Zamawiający wyraża zgodę;

Pozycja 2 - TAK, Zamawiający wyraża zgodę;

Pozycja 6 - Methylene blue, błękit metylenowy nr CAS Number: 122965-43-9 (Sigma-Aldrich M9140), 25g

6. dotyczące pozycji 3 w części 5. 1) Czy zam. dopuści pH-metr ze statywem, który można montować z lewej lub prawej strony miernika, ale bez możliwości schowania go wewnątrz urządzenia? Model ze statywem chowanym wewnątrz obudowy urządzenia nie jest kompatybilny z elektrodą cyfrową, która została opisana w pozycji 2 oraz do której kabel został opisany w pozycji 4. W związku z tym elektroda z pozycji 2 byłaby bezużyteczna. Proponowany przez Nas pH-metr jest ze statywem, bez możliwości jego schowania w obudowę, jednak ma lepsze parametry pomiarowe oraz, co najważniejsze, jest kompatybilny z elektrodą z pozycji 2.

Odp. W poz. 3, Zamawiający wymaga pH-metr z możliwością schowania złożonego statywu wewnątrz urządzenia co pozwoli na łatwy i bezpieczny jego transport. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.



7. CZĘŚĆ VII – GRAFEN pozycja GRAPHENE (GO), 10 mg - 100 ml (w H₂O) opakowanie 100ml, proszę o doprecyzowanie czy stężenie produktu wymagane przez producenta jest 10 mg tlenu grafenu na 100 ml roztworu wodnego?

Odp. Zamawiający potwierdza.

II. Wyjaśnienia treści SIWZ zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

III. W związku z tym, że w specyfikacji nie dokonano zmian, które mogą uniemożliwić złożenie ofert w nakazanym terminie, **Zamawiający nie przedłuża** terminu składania ofert.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

/.../

.....
p. Barbara MĘKARSKA

Wyk. w 1 egz.
Wyk. Jakub WESOŁOWSKI tel. 261 658 062
Wrocław 28.04.2020 r.
T 263