



Projekt nr RPWP.11.02.00-30-0015/22 pn. „Zakup ambulansu i windy oraz doposażenie w sprzęt medyczny” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>



znak sprawy: O-RSK.SZP.27.4.(DT-SERW/03).2023.K.K.

Poznań, dnia 2 czerwca 2023 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą: „**Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia dodatkowego dla ambulansów medycznych w ramach projektu pn. „Zakup ambulansu i windy oraz doposażenie w sprzęt medyczny”**” - nr rejestru: **SZP/DT-SERW/03/2023 – AWD.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022. poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Pytania do części nr 2 wirówka lab:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na wirówkę o wymiarach 31,5 x 36,5 x 66 cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie wirówki o wymiarach 31,5 x 36,5 x 66 cm. Pozostałe parametry zgodnie z OWPT.

Pytanie nr 2

Pytania do części nr 2 wirówka lab:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na wirówkę wyposażoną w 2 komplety po 4 szt. wkładek redukcyjnych na próbki 8 x 1,6-7 ml do systemów zamkniętych?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie 2 kompletów po 4 szt. wkładek redukcyjnych na próbki 8 x 1,6-7 ml. do systemów zamkniętych.

Pytanie nr 3

Pytanie do części nr 3 a:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zamrażarką niskotemp. o poj użytkowej 477 l i wymiarach wys x sz x gł 1966 x 920 x 1082 mm?

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuszcza** zamrażarki o poj. użytkowej 477 l i wymiarach wys x sz x gł 1966 x 920 x 1082 mm. Wymaga zgodnie z OWPT.

Pytanie nr 4

Pytanie do części nr 3 b:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zamrażarkę o poj. użytkowej 429 l o zakresie temp. – 9 do -35 i wymiarach wys x sz x gł 2160 x 700 x 830?

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuszcza** zamrażarki o poj. użytkowej 429 l i wymiarach wys x sz x gł 2160 x 700 x 830. Wymaga zgodnie z OWPT. Zamawiający **dopuszcza tylko** zaoferowanie zamrażarki o **zakresie** temperatury – 9 do -35.

Pytanie nr 5 Dotyczy 3a:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z zakresem regulacji temperatury od -50°C do -86°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 6 Dotyczy 3a:

Czy Zamawiający zaakceptuje zamrażarkę wyposażoną w jedną komorę z dwiema sekcjami zamykanymi oddzielnymi drzwiami wewnętrznymi i pojedynczymi drzwiami zewnętrznymi? Według naszej wiedzy na rynku nie są dostępne zamrażarki tego typu, wyposażone w komory niezależne.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **zaakceptuje** taką zamrażarkę.

Pytanie nr 7 Dotyczy 3a:

Czy Zamawiający może doprecyzować liczbę zewnętrznych rejestratorów temperatury, które mają być dostarczone wraz z urządzeniem? Czy dodatkowy rejestrator opisany w punkcie 14 specyfikacji będzie służył do pomiaru temperatury wewnątrz zamrażarki, czy do pomiaru temperatury w pomieszczeniu, w którym urządzenie zostanie ulokowane?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że liczba zewnętrznych rejestratorów wynosi - 2 sztuki, które będą mierzyły temperaturę w środku każdej z sekcji/komór (np. przez czujnik, sondę). Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SWZ- część nr 3.

Pytanie nr 8 Dotyczy 3a:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia świadectwa wzorcowania dla rejestratora wbudowanego w urządzenie, przy zachowaniu wymogu dostarczenia takiego dokumentu dla rejestratorów zewnętrznych?

Odpowiedź: Zamawiający **odstępuje** od wymogu dostarczenia świadectwa przy zachowaniu wymogu dostarczenia dokumentu dla rejestratorów zewnętrznych. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SWZ- część nr 3.

Pytanie nr 9 Dotyczy 3a:

Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarka wyposażona była fabrycznie w podwójny system wyrównywania ciśnienia, wykorzystujący oddzielne porty – automatyczny i ręczny? Takie rozwiązanie zapewnia najwyższy komfort obsługi i umożliwia sprawny dostęp do przechowywanego materiału, niezależnie od częstotliwości otwierania drzwi.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wymaga**, ale **dopuszcza**.

Pytanie nr 10 Dotyczy 3a:

Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarka była konstrukcją bezfiltrową tj. niewymagającą wykonywania regularnych czynności konserwacyjnych, polegających na oczyszczaniu filtra powietrza chłodzącego skraplacz?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, by zamrażarka posiadała konstrukcję niewymagającą wykonywania regularnych czynności konserwacyjnych związanych z oczyszczaniem filtrów powietrza. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SWZ- część nr 3.

Pytanie nr 11 Dotyczy 3b:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z pojedynczym zamkiem na klucz, który zamyka jednocześnie drzwi obydwu komór?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 12 Dotyczy 3b:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez wbudowanego rejestratora temperatury, przy podtrzymaniu wymogu wyposażenia urządzenia w dwa rejestratory zewnętrzne (zgodnie z punktem 16 opisu parametrów technicznych)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 13 Dotyczy 3b:

Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarka wyposażona była w kompresory inwerterowe z automatyczną regulacją prędkości pracy w zależności od zapotrzebowania na moc chłodniczą? Tego typu rozwiązanie charakteryzuje się bardzo wysoką stabilnością temperatury oraz wyraźnie niższym zużyciem energii elektrycznej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia z min. jednym kompresorem inwerterowym z automatyczną regulacją prędkości pracy, w zależności od mocy chłodniczej. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SWZ- część nr 3.

Pytanie nr 14 Dotyczy 3b:

Czy Zamawiający wymaga, aby każda z komór zamrażarki wyposażona była w wysuwaną rurkę odpływu do usuwania skroplin, co znacznie ułatwi czynności rozmrażania urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 15 Dotyczy 3b:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia świadectwa wzorcowania dla rejestratora wbudowanego w urządzenie, przy zachowaniu wymogu dostarczenia takiego dokumentu dla rejestratorów zewnętrznych?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu przy zachowaniu wymogu dostarczenia dokumentu dla rejestratorów zewnętrznych. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SWZ- część nr 3.

Pytanie nr 16 Dotyczy 3b:

Czy Zamawiający może doprecyzować wymagania dotyczące walidacji urządzenia? Czy Zamawiający zaakceptuje dokument dostarczony przez Wykonawcę, sporządzony na podstawie standardowej, stosowanej przez niego metodyki oraz pomiarów dokonanych przed dostarczeniem zamrażarki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga by wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczył dokument potwierdzający walidację. Tak, Zamawiający zaakceptuje dokument dostarczony przez Wykonawcę, sporządzony na podstawie standardowej, stosowanej przez niego metodyki oraz pomiarów dokonanych przed dostarczeniem zamrażarki.

Pytanie nr 17

Czy dopuszczają Państwo schodołaz o łącznej wadze 71kg ? -

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza** schodołaz o łącznej wadze 71 kg.

Pytanie nr 18

Czy dopuszczają Państwo schodołaz z udźwigiem 150kg i silnikiem o mocy 160W ? -

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza** schodołaz z udźwigiem 150kg i silnikiem o mocy 160W.

Pytanie nr 19

Czy dopuszczają Państwo schodołaz z jednym równoważnym akumulatorem 12V 26Ah ?.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza** schodołaz z jednym akumulatorem 12 V 26Ah.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

Dokument podpisany elektronicznie

Załączniki:

Załącznik nr 2 do SWZ – część nr 3 ZMIANA

Opracowała: K. Kubiak
Sporządzono w 1 egzemplarzu
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa