



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 22.08.2023 r.

Do wszystkich
Uczestników postępowania
Znak sprawy – PN-55/2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej progu**, którego przedmiotem jest dostawa, **nr ogłoszenia 2023/S 145-462363 z dnia 31.07.2023 r.**

Znak sprawy – PN-55/2023 – dostawę pierwszego wyposażenia dla zadania pn. „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pakiet 2

Poz. 21 - Waga elektroniczna

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymagać będzie wagi ze zintegrowaną platformą (antypoślizgową) z pomostem wagowym co daje 100% bezpieczeństwa. W przypadku stąpienia przez pacjenta na róg wagi – waga z pacjentem się nie wywróci.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wagę wyposażoną we wzrostomierz mechaniczny o zakresie pomiarowym 60-210 cm i działce elementarnej 1 mm? Rozwiązanie dające możliwość zmierzenia zarówno małych dzieci jak i osoby dorosłe.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści wagi z innym miernikiem wagowym? Zastosowanie nazwy miernika PUE C315 w tabeli wskazuje na konkretnego producenta wag, a co za tym idzie utrudnia uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści wagi z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych.

Odpowiedź:

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści wagę z obciążeniem maksymalnym i zakresem TARY - 300 kg ? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści wagę z dokładnością odczytu: 100 g w całym zakresie?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści wagę o konstrukcji wykonanej ze stali malowanej proszkowo z mocowaniem wyświetlacza na kolumnie?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę zasilaną oprócz zasilania sieciowego (zasilacz w zestawie) - bateryjnie (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści wagi ze złączem USB (przewód w zestawie pozwala na transmisję danych pomiarowych)? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pobór mocy max 5W?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści wagi gdzie:

- wilgotność względna powietrza: 15 ÷ 85%

- temperatura pracy: 5 ÷ +35 °C ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę bez opcji pamięci Alibi ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści wagi z funkcją przekazywania danych –

z bezpłatnym oprogramowaniem, które tworzy wirtualny panel wagi bezpośrednio na komputerze użytkownika z możliwością kopiowania każdego z parametrów do dowolnego oprogramowania. Główne jego cechy to:

- wyświetlanie i możliwość kopiowania do dowolnego oprogramowania wagi, wzrostu i BMI pacjentów

- możliwość eksportu i archiwizacji pomiarów do plików CSV

- możliwość wydruku mierzonych parametrów na dowolnej drukarce podłączonej do komputera

- kompatybilność: od WINDOWS 7 do wersji najnowszej.

Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 1**Poz. 5 - Lampa zabiegowa bezcieniowa duża****Pytanie 14**

Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit - strop na którym będzie dokonany montaż lampy?

Odpowiedź: strop gęstożebrowy – Teriva I BIS

Pytanie 15

Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu?

Odpowiedź: Występuje sufit podwieszany gipsowo-kartonowy na 2,88 m.

Pytanie 16

Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

Odpowiedź: Przewody są doprowadzone.


Pytanie 17

Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu?

Odpowiedź: Nie wisi.

Pytanie 18

Prosimy o podanie następujących informacji:



- A. Wysokość do stropu oraz typ stropu [kanałowy / gęsto żebrowy / żelbeton / inny:.....]
B. Wysokość do sufitu podwieszanego oraz typ sufitu podwieszanego [płyta gipsowokartonowa / kasetony GK (50x50 lub 60x60) / kasetony blacha (50x50 lub 60x60) / inny:]
C. Dystans pomiędzy A i B

Odpowiedź:

Wysokość do stropu oraz typ stropu [gęstożebrowy]:3,01 m

B. Wysokość do sufitu podwieszanego oraz typ sufitu podwieszanego [płyta gipsowo-kartonowa] 2,88 m

C. Dystans pomiędzy A i B: 12 cm

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści lampę z możliwością regulacji ustawienia lampy:

- regulacją natężenia światła w zakresie 40000 – 130000 lux
- regulacja temp. barwowej 3800/4300/4800 K
- regulacja średnicy plamy w zakresie min. 15 cm / max. 25 cm ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w z uchwyty sterowny z boku czaszy niezaburzającego wiązki światła, bez uchwyty brudnego ?



Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 42 (diody białe) ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetlnej.

Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści - Współczynnik odwzorowania barw Ra 95 ?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści - Współczynnik odwzorowania barw Ra 96 ?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści - Współczynnik odwzorowania koloru czerwonego R9 95 ?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści - Współczynnik odwzorowania koloru czerwonego R9 96 ?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 26

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 5, ustęp 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin o którym mowa w ustępie 9 był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy Załącznika nr 3 do SWZ.
<https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>

Pytanie 27

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 5, ustęp 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udzielenie gwarancji dla nowo zainstalowanych części nie krócej niż na 6 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy Załącznika nr 3 do SWZ.

<https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>

Pytanie 28

Dotyczy SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drobnego wyposażenia, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i tym samym zrezygnuje z posiadania dla niego dokumentów dopuszczających do obrotu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 29

Czy Zamawiający zechce dokonać wydzielenia niektórych pozycji asortymentowych według propozycji Wykonawcy w załączonym arkuszu asortymentowo-cenowym dla nowego pakietu nr. 2.1.?

Załącznik nr 1 Do SWZ

Arkusz asortymentowo-cenowy - Pakiet nr 2.1

WYPOSAŻENIE

L.P.	Nazwa asortymentu	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	VAT	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1. (6)	Wózek do sprzątnia duży	2	szt.		23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. (7)	Wózek do sprzątnia mały	2	szt.		23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. (11)	Stelaż do worków na odpady 120 l pedałow	10	szt.		23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. (12)	Kosze na odpady komunalne pedałow 40l	20	szt.		23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. (13)	Kosze na odpady komunalne pedałow 25l	14	szt.		23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. (37)	Podajniki na ręczniki papierowe	25	szt.		23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7. (38)	Podajniki na papier toaletowy	15	szt.		23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8. (39)	Wózek do transportu bielizny/sprzętu	1	szt.		23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9. (40)	Pojemniki na odpady medyczne i na plastik w kolorach	3	szt.		23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10. (42)	Wieszak na MOPY	2	szt.		23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11. (45)	Miska do toalet	15	szt.		23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12. (49)	Dozownik na mydło/środek odkażający	60	szt.		23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13. (54)	Lustro łazienkowe	20	szt.		23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14. (55)	Haczyki na ubrania łazienkowe	16	szt.		23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15. (56)	Suszarka do włosów hotelowa	10	szt.		23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16. (57)	Szczotka do wc	14	szt.		23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

17. (73)	organizer/pojemnik plastikowy	150	szt.		23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM						0,00 zł	0,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.