



WSSz - NZP – 588 / 23

Łódź, dn. 07. 08. 2023 r.

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP 18/23

I. Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zawiadamia o **unieważnieniu czynności z dnia 24.07.2023r.**, polegających na:

- odrzuceniu oferty nr 47 Skamex Sp. z o.o. z przedmiotowego postępowania w pakiecie nr 4 oraz
- wyborze oferty Bialmed Sp. z o.o. jako oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 4.

Po wyborze oferty w pakiecie nr 4 Zamawiający powziął wiadomości wskazujące na:

- niezasadność odrzucenia oferty Skamex Sp. z o.o. w zakresie pakietu nr 4. Zamawiający w szczególności powziął wiedzę, że produkty zaoferowane w pozycji 18, 19 są produkowane przez firmę Becton Dickinson w związku z przejęciem spółek wymienionych w tych pozycjach w kolumnie „Nazwa producenta / nr katalogowy” przez tę firmę, oraz
- niezgodność wybranej oferty Bialmed Sp. z o.o. z warunkami zamówienia (o czym w pkt IV niniejszego pisma), wobec czego zobowiązany jest do unieważnienia czynności z dnia 24. 07. 2023r. oraz dokonania ponownej czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

II. Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zawiadamia o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu, które w odniesieniu do poszczególnych pakietów przedstawiły następujące firmy:

### Pakiet nr 4

Oferta nr 47 Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

### Pakiet nr 10

Oferta nr 17 Advance Europe Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe Ul. Skrzetuskiego 30/3, 02-726 Warszawa

### Pakiet nr 23

Oferta nr 42 Mercator Medical Spółka Akcyjna ul. Heleny Modrzejewskiej 30; 31-327 Kraków

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

- pakiet nr 4, 10 - złożono tylko jedną ofertę spełniającą warunki udziału w postępowaniu,
- pakiet nr 23 – wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans w kryteriach cena i parametry jakościowe

### III. Streszczenie oceny i porównanie ofert.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Punkty cena	Punkty termin dostawy	Punkty jakość	Suma punktów
<b>Pakiet 4</b>					
46	Bialmed Sp. z o.o. Ul.Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa	Oferta odrzucona – patrz pkt IV niniejszego pisma			



47	Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź	60,00		37,00	97,00
<b>Pakiet 10</b>					
10	Advance Europe Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe Ul. Skrzetuskiego 30/3, 02-726 Warszawa	60,00	40,00		100,00
<b>Pakiet 23</b>					
24	ABOOK Sp. z o.o. 04-985 Warszawa ul. Brzostowska 22	40,76	40,00		80,76
36	ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP. K UL. POD BOREM 18; 41-808 ZABRZE	55,63	40,00		95,63
42	Mercator Medical Spółka Akcyjna ul. Heleny Modrzejewskiej 30; 31-327 Kraków	60,00	40,00		100,00
47	Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź	32,36	40,00		72,36

**IV.** Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zawiadamia o odrzuceniu z postępowania oferty nr 46 Bialmed Sp. z o.o. w zakresie pakietu nr 4

Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP - Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, by w pozycji nr 16 przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadał przejrzystą długość komory o długości 6 cm. Wykonawca zaoferował produkt, w którym długość komory wynosi tylko 5,5 cm.

W związku z powyższym Zamawiający zmuszony jest odrzucić ofertę Bialmed Sp. z o.o. z postępowania w odniesieniu do pakietu nr 4.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala  
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

*mgr Krzysztof Zarychta*