

PRO Klinika: recovery plan - wspieranie naprawy systemu opieki zdrowotnej w regionie poprzez rozwój specjalistycznej chirurgii jednego dnia, onkologii, kardiologii oraz diagnostyki endoskopowej

L. dz.: DZP-272/23

Poznań, dnia 28.04.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy
/ Platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-10/23 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę z wniesieniem i instalacją wyposażenia Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Oddziału leczenia jednego dnia oraz innych Oddziałów Szpitala, wraz z przeszkoleniem personelu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK).**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 137 ust. 1 dokonuje zmian w treści SWZ:

Pytanie 352

Pytanie do załącznika 3.5 – 3szt stołów:

Pkt 9 Czy Zamawiający dopuści dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny, który nie posiada funkcji „0” ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie i zmienia pkt.9 części 5.

Było:

Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny wyposażony w funkcje jak na pilocie.

Zmieniono na:

Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny wyposażony w funkcje jak na pilocie. Dopuszczalny jest panel sterujący z boku panelu, który nie posiada funkcji „0”.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.