



Opole, 04.10.2023 r.

D/72/2023

43500.2710.45.2023

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: **Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby MCBR UO.**

W związku z wnioskiem Wykonawcy, o którym mowa w art. 284 ust 1 ustawy Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania dotyczącego przedmiotowego postępowania.

1. Pytanie

Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 8 (załącznika nr 1.8. do SWZ) – Zakup i dostawa termometru elektronicznego do pracowni Ekotoksykologii, Bezpieczeństwa Żywności oraz Gleboznawstwa.

Poproszę o podanie rodzaju końcówki termometru. Pocieniona końcówka nie nadaje się do produktów mrożonych, końcówka świderkowa do mrożonek nie skraca czasu pomiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga końcówki świderkowej do produktów mrożonych stałych i ciekłych z możliwością wymiany na pocienioną. **Zmiana OPZ w części nr 8 – pkt. 5 i pkt. 8.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz modyfikacjami, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje modyfikacji:

- 1) **Opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 8 – załącznika nr 1.8. do SWZ;**
- 2) **Specyfikacji Warunków Zamówienia** (zmiana terminu związania ofertą, terminu składania ofert i terminu otwarcia ofert).

Zmiany oznaczono kolorem zielonym.

Uwzględniając udzieloną odpowiedź, w nawiązaniu do art. 286 ust. 1 ustawy, Zamawiający:

- przedłuża termin składania ofert do dnia **10.10.2023 r.** do godz. **10:00**,
- przedłuża termin otwarcia ofert do dnia **10.10.2023 r.** do godz. **10:30**,
- zmienia termin związania ofertą do dnia **08.11.2023 r.**

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający wprowadza także w treści Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ w: pkt. 17.1.1 SWZ, pkt. 17.2.1 SWZ, pkt. 15.1 SWZ (zmiany oznaczono kolorem). Aktualna treść SWZ stanowi załączniki do niniejszego pisma.

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający zamieszcza również Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, stanowiące **załącznik do niniejszego pisma.**

Zgodnie z pkt. 12.11 SWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski