



L.dz. Adm 6/2022/_____/2022

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, przekazuje poniżej treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na **Dostawę drobnego sprzętu medycznego – znak sprawy Adm 6/2022.**

I.p.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1	<p>W wyjaśnieniach do SWZ z dnia 25.03.2022 r. Zamawiający dokupuje sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 53:</p> <p>Prosimy Zamawiającego w pakiecie 2, pozycja 4 wymaga: Kaniuli dożylniej dla noworodków o średnicy 0,7mm i długości 19mm, przepływ min. 20 ml/ min, bez dodatkowego portu iniekcyjnego, 6 pasków radiocieniujących. Wykonana z poliuretanu, posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, z zabezpieczeniem igły w postaci plastikowej osłonki zapobiegającej zakłuciu. Kaniula posiadająca skrzydełka, umożliwiające mocowanie kaniuli. Rozmiar 24G x 19 mm. Opakowanie 30 sztuk, co zgodnie z zamawianą ilością 120 szt ułatwia przeliczanie.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.</p>
2	<p>Proszę o podanie prawidłowej liczby sztuk w pakiecie 2, pozycja 4. Zamawiający wymaga 4 opakowań po 50 sztuk co daje 200 sztuk, a nie 120.</p>	<p>Zamawiający dokonuje sprostowania liczy sztuk w pakiecie 2 poz. 4 na 200 sztuk.</p>

Wykonała: Dorota Achcińska
Dział Zamówień Publicznych
e-mail: dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl
tel. 58 52 47 518