



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 333/09/2020

Chrzanów, 23.09.2020 r.

## Wykonawcy

**Dotyczy: sprostowanie do odpowiedzi na pytanie do przetargu na dostawę mammografu wraz z adaptacją pomieszczenia dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 75/2020.**

Zamawiający dokonuje sprostowania do odpowiedzi z dnia 22.09.2020r. (pismo SZP333/09/2020) na pytanie nr 11 sekcja V o treści:

„11. Dotyczy SIWZ, Arkusz Informacji Technicznej AIT, VI Detektor cyfrowy, pkt 7 Z tabeli wymaganych parametrów technicznych wynika, że Zamawiający będzie wymagał mammografu umożliwiającego wykonywanie zdjęć 2D i 3D. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie wymagał kratki przeciwrozproszeniowej zarówno w badaniach 2D jak i 3D?

W sprzeczności z fizyką oraz rozporządzeniem jest wykonywanie badania tomosyntezy bez kratki. Fizyka promieniowania podczas obrazowania w trybie tomosyntezy (3D) jest taka sama jak w trybie 2D. Oba tryby są trybami kontaktowymi tzn. pierś skompresowana jest na stoliku detektora. Podczas ekspozycji (podobnie jak w klasycznej mammografii 2D, klasycznej radiografii) generowane jest promieniowanie rozproszone (które stanowi szum w obrazie) – zwłaszcza przy dużych grubościach kompresji. Ponadto Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi nie dopuszcza stosowania aparatów mammograficznych „bez generatora z przemienną częstotliwością i bez stolika z ruchomą kratką przeciwrozproszeniową”.  
Odp.: Zamawiający wymaga kratki przeciwrozproszeniowej w badaniach 2D i 3D.

**Odpowiedź po sprostowaniu brzmi:” Zamawiający wymaga kratki przeciwrozproszeniowej. Nie wprowadza się dodatkowego opisu parametru”.**

Z poważaniem

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

*mgr Artur Isakowski*

Sporządziła:

*[Podpis]*

Urządzeń Publicznych  
i Zaopatrzenia  
Szpital Powiatowy w Chrzanowie  
32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16  
tel. 32 624 70 34 ; 32 624 70 39  
fax. 32 623 70 77



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892