



Lublin, dnia 28.07.2022r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

1. Jednostka organizacyjna prowadząca sprawę:

POLITECHNIKA LUBELSKA
DZIAŁ ZAKUPÓW
ul. Nadbystrzycka 40a
20-618 Lublin, tel./fax 81 525 30 10

2. Nazwa zamówienia: **Dostawa uchwytu do badań ściskania zgodnie z normą ISO 14126 – 1 sztuka**” znak sprawy: **KZA-4/548/WM-KMS/2022** (opis przedmiotu zamówienia)

3. Branża: Stanowisko badawcze

4. Wykaz dostawców/wykonawców* składających oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres dostawcy/wykonawcy*	Zaoferowana cena brutto w zł
1.	Zwick Roell Polska Sp. z o o. Sp. k. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław	23 148,48 zł.
2.	ELHYS Sp. z o.o. ul. Naukowa 45 02-463 Warszawa	5113,11 Euro 24 360.39 zł. brutto OFERTA ODRZUCOWA
3.	CAL NARZĘDZIA S.C. Zygmunt Indyka, Maciej Indyka ul. Fabryczna 6 31-553 Kraków	18 634,50 zł. OFERTA ODRZUCOWA

Porównanie ofert cenowych nastąpiło w dniu 28.07.2022r. o godzinie 10:31

Wybrany dostawca/wykonawca: **Zwick Roell Polska Sp. z o o. Sp. k. ul. Muchoborska 18
54-424 Wrocław**

Najniższa cena: **23 148,48 zł.**

Uzasadnienie wyboru: Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: **Zwick Roell Polska Sp. z o o. Sp. k. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław** która spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega odrzuceniu.



Oferty odrzucone, uzasadnienie:

Oferta Firmy **Elhys Sp. z o.o. ul. Naukowa 45 02-463 Warszawa** jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Uchwyt ma być zgodny z normą ISO 14126 metoda 2. Natomiast w ofercie przedstawiono uchwyt do metody B. Ponadto do zestawu miał być dostarczony adapter do podłączenia oprzyrządowania. Niestety zabrakło tego w przedstawionej ofercie. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę.

Oferta Firmy **CAL NARZĘDZIA S.C. Zygmunt Indyka, Maciej Indyka ul. Fabryczna 6, 31-553 Kraków** jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Uchwyt ma być zgodny z normą ISO 14126 metoda 2. Natomiast w ofercie przedstawiono uchwyt do metody B. Dodatkowo pojawia się niezgodność proponowanego uchwytu z opisem producenta (na stronie producenta nie ma takiego elementu jak: THS705, jest natomiast THS705-2G). Ponadto do zestawu miał być dostarczony adapter do podłączenia oprzyrządowania oraz płyty do ściskania. Niestety zabrakło tych elementów w przedstawionej ofercie. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę.

Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę: mgr inż. Joanna Wójtowicz

28.07.2022
.....
mgr inż. Joanna Wójtowicz
(data i podpis)

Specjalista

Zatwierdzający**: Danuta Mirosław

28.07.2022
.....
P.o. KIEROWNIK
Działu Zakupów
(data i podpis z imienną pieczęcią)

* *niepotrzebne skreślić*

** *zatwierdzającym jest kierownik jednostki organizacyjnej lub inny upoważniony przez rektora dysponent środków publicznych, zatwierdzający wydatek pod względem merytorycznym.*

Uwagi: Oferta wybranego Wykonawcy nie musi być najtańsza, jeżeli osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia wykaże, że jest ona najkorzystniejsza, np. poprzez korzystne inne elementy oferty.

Pkt 4 nie należy wypełniać, jeżeli zamówienie może być wykonane tylko przez jednego Wykonawcę lub gdy wpłynęła tylko jedna oferta na konkurs ogłoszony na stronie BIP Politechniki Lubelskiej w zakładce Zamówienia Publiczne – Zamówienia wyłączone ze stosowania Ustawy PZP.