

Toruń, dnia 28-02-2024 r.

**W.Sz.Z: TZ-280-07/24**

dotyczy: postępowania na **dostawę butelek do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatów oraz odczynników do diagnostyki boreliozy i diagnostyki molekularnej w systemie otwartym.**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, udziela poniższych odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

**Pytanie Nr 1:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/3 do SWZ:*

Czy Zamawiający w pozycji numer 20 w kolumnie D nie powinien podać ilości 960 zamiast 480? Ponieważ z kolumny B – opis parametrów techniczno- użytkowych wynika, że przedmiotem zamówienia jest opakowanie 960 probówek (120 pasków po 8 probówek).

**Odpowiedź:**

W Załączniku Nr 2/3 do SWZ w poz. 20 nastąpiła omyłka Zamawiającego. W niniejszej pozycji prawidłowa ilość to **960**. Aktualny **Załącznik Nr 2/3 do SWZ** zostaje umieszczony na stronie prowadzonego postępowania Zamawiającego - [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun)

**Pytanie Nr 2:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1 do SWZ:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 uniwersalnych butelek do hodowli drobnoustrojów beztlenowych bez czynnika lizującego? Butelki z czynnikiem lizującym są produkowane i dostarczane wyłącznie przez jednego producenta firmę BD. Oferowane przez firmę bioMerieux butelki uniwersalne do hodowli drobnoustrojów beztlenowych posiadają badania wykazujące odzysk porównywalny z butelkami z czynnikiem lizującym, a wymóg czynnika lizującego w butelkach jednoznacznie wskazuje na wybór określonego dostawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 3:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1 do SWZ:*

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie butelek uniwersalnych tlenowych z inhibitorem antybiotyków lub bez inhibitora dedykowanych hodowli bakterii i grzybów drożdżopodobnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 4:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1 do SWZ:*

Czy w pozycji nr 5 Zamawiający podając liczbę 200 sztuk, wymaga zaoferowania 200 opakowań suplementu, czy jest to ilość planowanych suplementacji w trakcie trwania postępowania?

**Odpowiedź:**

W pozycji 5 wskazana jest liczba szt. odczynnika (suplementu), który może być wykorzystany do większej niż 200 ilości suplementacji.

**Pytanie Nr 5:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1a do SWZ poz. 2:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 aparatu satelitarnego na 120 miejsc zamiast 2 aparatów po min. 40 miejsc?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 6:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1b do SWZ:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu/aparatów satelitarnych posiadających wbudowany ekran dotykowy zamiast tabletu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 7:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1b do SWZ:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelek do wykrywania bakterii z krwi we wszystkich oferowanych butelkach, a płynów ustrojowych wyłącznie w butelkach dla pacjentów dorosłych. Wyjaśnienie: butelki pediatryczne firmy bioMerieux nie są zwalidowane do materiałów innych niż krew. Płyny ustrojowe u wszystkich pacjentów (dorośli i pediatrycznych) mogą być pobierane na wszystkie rodzaje butelek za wyjątkiem tzw. butelek pediatrycznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 8:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1b do SWZ:*

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania podłoży litycznych powodujących lizę krwinek czerwonych i uzna za spełnienie warunku jeżeli zostaną zaoferowane podłoża uniwersalne do hodowli drobnoustrojów beztlenowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymóg SWZ.

**Pytanie Nr 9:**

*Dotyczy warunków umowy:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy aparatów do 28 dni od daty podpisania umowy ze względu na konieczność sprowadzenia aparatów z zagranicy ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 10:**

*Dotyczy SWZ Rozdz. V pkt. 8.6.lit. b:*

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z ofertą ulotek i katalogów producenta, ponieważ całość dokumentacji Wykonawca udostępni na stronie www...w bibliotece technicznej całodobowo i bezpłatnie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymóg SWZ.

**Pytanie Nr 11:**

*Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ:*

§ 4 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dnia zwłoki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.

**Pytanie Nr 12:**

*Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ:*

§ 4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na:

„Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 pkt. a i b Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto nienależycie wykonanej części umowy.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację ww. postanowienia umownego.

**Pytanie Nr 13:**

*Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ:*

§ 4 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie ostatniego zdania w niżej zaproponowanym brzmieniu:

„Zamawiający zobowiązany jest do udokumentowania kosztów poniesionych na realizację zakupu zastępczego”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Powyższy zapis zostanie wprowadzony do treści zawieranej umowy.

**Pytanie Nr 14:**

*Dotyczy Załącznika Nr 5/1 do SWZ:*

§ 5 ust. 1 pkt 1.1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie poniższych terminów i modyfikację postanowienia umownego na:

„Czas reakcji serwisu w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 72 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie ww. terminów i modyfikację postanowienia umownego.

**Pytanie Nr 15:**

*Dotyczy Załącznika Nr 5/1 do SWZ:*

§ 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wydierżawiający zobowiązuje się do wstawienia urządzenia zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 4 dni roboczych.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. postanowienia umownego.

**Pytanie Nr 16:**

*Dotyczy Załącznika Nr 5/1 do SWZ:*

§ 7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na:

„Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 lit. a i b oraz ust. 2 Wydierżawiający zobowiązany będzie zapłacić Dzierżawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy dzierżawy.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej i modyfikację ww. postanowienia umownego.

**Pytanie Nr 17:**

*Dotyczy Załącznika Nr 5/1 do SWZ:*

§ 7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku nieprzystąpienia (czas reakcji) do usuwania wadliwej pracy przedmiotu dzierżawy w czasie określonym w § 5 ust. 1.1. Dzierżawca ma prawo naliczyć Wydierżawiającemu kary umowne w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki w czasie reakcji serwisu.”?

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę podstawy naliczania kary umownej w ten sposób aby kara była liczona za każdy dzień zwłoki, a nie jak dotychczas za każdą godzinę zwłoki w przystąpieniu

do usuwania awarii. Ponadto Zamawiający wskazuje wartość netto kary umownej podczas gdy kary umowne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w obecnym stanie prawnym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis § 7 ust. 4 wzoru umowy dzierżawy modyfikując go jedynie poprzez wykreślenie słowa „netto”.

**Pytanie Nr 18:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1 do SWZ, Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa, Zadanie Nr 1 poz. 2 oraz Załącznika Nr 2/1b do SWZ, SPECYFIKACJA TECHNICZNA poz. 10:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelek do hodowli drobnoustrojów beztlenowych, które w swoim składzie zawierają: hydrolizat białkowy z kazeiny 0,01% (% stężenie wagowe), wyciąg drożdżowy 0,002% (% stężenie wagowe), czynniki wzrostu 0,3% (% stężenie wagowe), antykoagulanty (SPS) 0,05% (% stężenie wagowe), wyciąg z tkanek zwierzęcych (wołowy) 0,003% (% stężenie wagowe), glukoza 0,3% (% stężenie wagowe), wyciąg sercowy 3,7 % (% stężenie wagowe), cysteina 0,05 % (% stężenie wagowe), niepolarną makroporowatą żywicę XAD-4 2,43% (% stężenie wagowe), żywicę kationową 0,084% (% stężenie wagowe) ?

Wskazane bogactwo składników w podłożu umożliwiają wzrost drobnoustrojów beztlenowych.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że umieszczenie zapisu o czynniku lizującym wskazuje na możliwość złożenia oferty tylko przez jednego wykonawcę, czym Zamawiający eliminuje już na wstępnym etapie postępowania pozostałych wykonawców.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 19:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1 do SWZ Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa, Zadanie Nr 1 poz. 3 oraz Załącznika Nr 2/1b do SWZ, SPECYFIKACJA TECHNICZNA poz. 9:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelek do hodowli drobnoustrojów beztlenowych, które w swoim składzie zawierają: hydrolizat białkowy z kazeiny 0,01% (% stężenie wagowe), wyciąg drożdżowy 0,002% (% stężenie wagowe), czynniki wzrostu 0,3% (% stężenie wagowe), antykoagulanty (SPS) 0,025% (% stężenie wagowe), wyciąg z tkanek zwierzęcych (wołowy) 0,003% (% stężenie wagowe), glukoza 0,3% (% stężenie wagowe), wyciąg sercowy 3,7% (% stężenie wagowe), niepolarną makroporowatą żywicę XAD-4 2,43% (% stężenie wagowe), żywicę kationową 0,084% (% stężenie wagowe) ?

Wskazane bogactwo składników w podłożu umożliwiają wzrost obok drobnoustrojów tlenowych również grzybów drożdżopodobnych.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że umieszczenie zapisu o selektywnych butelkach wskazuje na możliwość złożenia oferty tylko przez jednego wykonawcę, czym Zamawiający eliminuje już na wstępnym etapie postępowania pozostałych wykonawców.

Zamawiający umieszczając zapisy w tabeli asortymentowo – ilościowo – cenowej w pozycji nr 3 opis butelki selektywnej do hodowli grzybów chorobotwórczych i jednocześnie w parametrach urządzenia w pozycji 9 pozostające w sprzeczności, że wykonawcy muszą zaoferować i jednocześnie nie muszą otrzymując zero punktów przy braku tego podłoża.

Prosimy o modyfikację tych sprzecznych zapisów umożliwiając złożenie oferty różnym wykonawcom.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga selektywnych butelek do hodowli grzybów drożdżopodobnych. Niniejsza pozycja w specyfikacji technicznej urządzenia nie powinna być punktowana – nastąpiła tutaj omyłka Zamawiającego. Aktualny Załącznik Nr 2/1b do SWZ zostaje umieszczony na stronie prowadzonego postępowania Zamawiającego - [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun)

**Pytanie Nr 20:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1 do SWZ, Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa, Zadanie Nr 1 poz. 5:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suplementu wzbogacającego środowisko hodowli PMR i materiałów innych niż krew, w postaci sterylnej odwłóknionej krwi, z zastosowaniem zgodnie z procedurą producenta gdy jest to zalecane a nie wymagane ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 21:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1b do SWZ, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, Zadanie Nr 1 poz. 1 i 2:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego aparatu o pojemności 240 miejsc inkubacyjno – pomiarowych wyprodukowanego w 2019 roku? Urządzenie składa się z 4 niezależnych szuflad inkubacyjnych i zapewnia możliwość inkubacji w okresie umowy zaplanowanej liczby podłoży nawet przy wydłużonym okresie inkubacji butelek do 7 dób.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 22:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1b do SWZ, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, Zadanie Nr 1 poz. 3:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, który posiada wbudowany komputer z 12 calowym monitorem z ekranem dotykowym umożliwiającym wprowadzanie, wyjmowanie, monitorowanie każdej próbki, analizę danych demograficznych pacjenta, podgląd krzywej wzrostu, tworzenie raportów inkubacji w zadanym przedziale czasu, co usprawnia pracę operatora ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 23:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1b do SWZ, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, Zadanie Nr 1 poz. 12:*

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie pełnej nazwy systemu LIS w celu prawidłowego wyliczenia wszystkich kosztów składowych oferty przetargowej.

**Odpowiedź:**

Infomedica Laboratorium – Asseco Poland S.A.

**Pytanie Nr 24:**

*Dotyczy Załącznik Nr 2/1a do SWZ:*

Zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu, tak aby oprogramowanie wspomagające było wliczone w koszt dzierżawy aparatów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis w Załączniku Nr 2/1a do SWZ na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się w ramach dzierżawy aparatów wskazanych w poz. 1 i 2 do udostępnienia oprogramowania wspomagającego do zdalnej obsługi tych aparatów.” *Aktualny Załącznik Nr 2/1a do SWZ zostaje umieszczony na stronie prowadzonego postępowania Zamawiającego - [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wsz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wsz_torun)*

**Pytanie Nr 25:**

*Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ (§4 ust. 3 wzoru umowy dostawy):*

Zwracamy się z prośbą o obliczanie kary umownej od wartości niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

**Pytanie Nr 26:**

*Dotyczy Załącznika Nr 5/1 do SWZ (§7 ust. 2 wzoru umowy dzierżawy):*

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do 0,5%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.

**Pytanie Nr 27:**

*Dotyczy Załącznik Nr 5/1 do SWZ (§7 ust. 4 wzoru umowy dzierżawy):*

Zwracamy się z prośbą zmianę wysokości kary umownej do 50 zł/ dzień roboczy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej.

**Pytanie Nr 28:**

*Dotyczy Załącznika Nr 5/1 do SWZ (§7 ust. 5 wzoru umowy dzierżawy):*

Zwracamy się z prośbą o obliczanie kary umownej od wartości niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie Nr 29:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1 do SWZ poz. 3:*

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podłoży selektywnych w kierunku zakażeń grzybiczych, posiadających w składzie antybiotyki hamujące wzrost flory bakteryjnej, np. chloramfenikol lub tobramycynę?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie Nr 30:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1 do SWZ poz. 4:*

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania tzw. podłoży „pediatrycznych”, umożliwiających hodowlę drobnoustrojów w zakresie 0,5 – 5 ml lub poniżej 0,5 ml w przypadku suplementacji odpowiednim, certyfikowanym suplementem producenta?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie Nr 31:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1 do SWZ poz. 5:*

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania suplementu z odpowiednim terminem ważności po otwarciu, zapewniającym możliwości suplementacji każdego dnia w trakcie obowiązywania umowy.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie Nr 32:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1 do SWZ poz. 5:*

W przypadku braku twierdzącej odpowiedzi na wcześniejsze pytanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania suplementu w ilości 200 fiolek służących uwodnieniu? 200 fiolek to 50 zestawów – opakowań.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie Nr 33:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1 do SWZ poz. 5:*

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania suplementu zwalidowanego i pochodzącego od tego samego Producenta, co zaoferowane i suplementowane podłoża, jako gwarancja jakości i kompatybilności.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie Nr 34:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1 do SWZ poz. 7:*

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł w rozmiarach 21G oraz 23G o długościach drenu 178 mm oraz 305 mm każda?

Powyższe zwiększa możliwość doboru odpowiedniej igły do danego stanu i wieku Pacjenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 35:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1 do SWZ poz. 7:*

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane igły pochodziły od tego samego Producenta, co zaoferowane podłoża – butelki?

Powyższe jest gwarancją pełnej kompatybilności zaoferowanych igieł i podłoży.

W przypadku braku zgody i możliwości zaoferowania igły innego Producenta niż zaoferowane podłoża, czy Zamawiający będzie wymagał dokumentu potwierdzającego kompatybilność, pochodzącego od Producenta igieł?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie Nr 36:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1b do SWZ, Specyfikacja techniczna, Zadanie Nr 1 poz. 1, 2 i 11:*

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane oprogramowanie łączące aparat główny i aparaty satelitarne, umożliwiała monitorowanie objętości pobranego materiału do badań w przypadku aparatu głównego oraz satelitarnych?

Powyższe umożliwi Zamawiającemu poprawę jakości fazy przedlaboratoryjnej wraz z eliminacją błędów przedlaboratoryjnych wynikających z pobrań niewłaściwej objętości materiału (eliminacja próbek np. niedopełnionych lub przepełnionych), co pozwala na wdrożenie najlepszych praktyk pobierania krwi na posiew.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie Nr 37:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1b do SWZ, Specyfikacja techniczna, Zadanie Nr 1 poz. 1, 2 i 11:*

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane oprogramowanie łączące aparat główny i aparaty satelitarne umożliwiała podgląd statusu badanych próbek oraz krzywej wzrostu wraz z możliwością przeniesienia podłoży umieszczonych pierwotnie w aparacie satelitarnym do aparatu głównego (i odwrotnie) z zachowaniem ciągłości protokołu inkubacji (bez utraty dotychczasowo uzyskanych danych pomiarowych – krzywa wzrostowa)?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie Nr 38:**

*Dotyczy Załącznika Nr 2/1b do SWZ, Specyfikacja techniczna, Zadanie Nr 1 poz. 11:*

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu: „Zaoferowanie w ramach dzierżawy oprogramowania posiadającego certyfikat CE-IVD”, gdy Wykonawca zaoferuje oprogramowanie pozwalające na połączenie aparatu głównego z aparatami satelitarnymi umieszczonymi w różnych lokalizacjach i pozwalającego na zarządzanie danymi mikrobiologicznymi, tworzenia raportów mikrobiologicznych i epidemiologicznych?

**Odpowiedź:**

TAK

***Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.***

Z poważaniem