



SZPZLO/DZP.261.28.2024

Warszawa, dn. 7.03.2024 r.

### Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej jako „ustawy Pzp”, pn. „Dostawa sprzętu endoskopowego do SZPZLO Warszawa-Wawer”” Znak sprawy: SZPZLO/Z-3/2024.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 7 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami wprowadzonymi do SWZ.

#### Pytanie nr 1.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia: Dotyczy Część nr 2 – Dostawa myjki endoskopowej:

1. Dot. pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści myjnię z możliwością skonfigurowania 12 programów?
2. Dot. pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści myjnię z lepszym rozwiązaniem bez konieczności przelewania płynów do wbudowanych zbiorników? Proponowana myjnia posiada pompy automatycznie dozujące potrzebną ilość płynów, wystarczy włożyć kanister o poj. 5L do komory myjni oraz podpiąć wężyk zasysający.
3. Dot. pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści myjnię z 2 automatycznymi programami?
4. Dot. pkt. 30. Czy Zamawiający dopuści myjnię pracującą na środkach do dezynfekcji opartych na temperaturze pokojowej bez konieczności podgrzewania środka co jest bezpieczniejsze dla endoskopów i zgodne z normą EN-PN 15883.
5. Dot. pkt. 39. Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach: 601,5x771x1069mm?

**Odpowiedź i zmiana:** Zamawiający zmienia w Załączniku nr 1.2 do SWZ, w części II OPZ pkt 5 na: „Możliwość skonfigurowania min.12 ustawień programów pracy myjni”, pozostałe zapisy Załącznika nr 1.2 do SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SWZ stanowią integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

ZATWIERDZONA PRZEZ  
Dyrektora SZPZLO Warszawa-Wawer

