

Milicz, dnia 30.10.2024 r.

## Informacja o wyniku postępowania

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę stołu i lamp operacyjnych dla Milickiego Centrum Medycznego w Miliczu.**

**Postępowanie MCM/WSM/ZP18/2024**

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1320) Zamawiający informuje, że w postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy w zakresie:

**Zadania 1a** - Centromedic Sp. z o.o., ul. M. Reja 14, 55-010 Radwanice, NIP 8952207706, z ceną oferty brutto 361 898,28 zł. Oferta tego wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena - 100 pkt. W zakresie tego zadania została złożona jedna oferta.

**Zadania 1b** - Centromedic Sp. z o.o., ul. M. Reja 14, 55-010 Radwanice, NIP 8952207706, z ceną oferty brutto 344 982,24 zł. Oferta tego wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena - 100 pkt. W zakresie tego zadania zostały złożone dwie oferty.

Oferta wykonawcy Eres Medical sp. z o.o., Płuszwowice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice, NIP 7162735132 podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.5) ustawy PZP - treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia

Uzasadnienie:

Wykonawca zaoferował lampy operacyjne firmy RIMSA, model RIMSA U29 + U29. Oferowany produkt nie spełnia warunków zamówienia w punkcie 7,13, 16 oraz 19 wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia(załącznik nr 1b).



W zakresie punktu 7 Zamawiający wymagał lampy posiadającej średnicę kopuły głównej i satelitarnej 60 (+/- 3cm) Wykonawca zaoferował produkt o średnicy 52 cm - nie spełnia to wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia

W zakresie 19 Zamawiający wymagał lampy posiadającą kopuła główna wyposażona w minimum 6 modułów świetlnych Wykonawca napisał wprost, że oferowany produkt nie spełnia tego wymagania.

Wykonawca nie zadał pytań o możliwość zaoferowania produktów z takich parametrach.

W zakresie pkt. 13 i 16 Zamawiający określił wymagania dla lampy – „wyposażenia kopuły głównej i satelitarnej wyposażonej w min 140 diod LED każda oraz posiadania soczewek diodami LED w dwóch wielkościach”. W obu pozycjach Wykonawca zaproponował produkt z alternatywnymi rozwiązaniami w stosunku do wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuścił zaoferowania produktów z alternatywnymi rozwiązaniami, a Wykonawca nie zadał pytań o możliwość zaoferowania produktów z takim rozwiązaniami.

**W związku z powyższym należy odrzucić na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.5) ustawy PZP.**

/podpis w oryginale/

.....  
sekretarz komisji przetargowej

