



Szp/ZP -016/ 186 /2023

Wrocław, dnia 21.03.2023 r.

### INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH* „

#### Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.1

Pak. nr 1, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 175 mm, pozostałe parametry bez zmian.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

#### Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.9

Pak. nr 1, poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na piłę dł. 305 mm, pozostałe parametry bez zmian.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

#### Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.15

Pak. nr 1, poz. 15: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zacisk 10/53 mm, pozostałe parametry bez zmian.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

#### Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.16

Pak. nr 1, poz. 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zacisk 8/48 mm, pozostałe parametry bez zmian.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

#### Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.17

Pak. nr 1, poz. 17: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zacisk 8/50 mm, pozostałe parametry bez zmian.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

#### Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.19

Pak. nr 1, poz. 19: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zacisk 14/54 mm, pozostałe parametry bez zmian.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

#### Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.20

Pak. nr 1, poz. 20: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zacisk 97 mm, pozostałe parametry bez zmian.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*



**Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.21 i 22**

Pak. nr 1, poz. 21 i 22: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zacisk 48 mm, pozostałe parametry bez zmian.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

**Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.23 i 24**

Pak. nr 1, poz. 23 i 24: Czy Zamawiający wyraża zgodę na strippery dł. 500 mm, pozostałe parametry bez zmian.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

**Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.25**

Pak. nr 1, poz. 25: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki nazwa własna Jameson, pozostałe parametry bez zmian.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

**Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.26**

Pak. nr 1, poz. 26: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 230 mm, pozostałe parametry bez zmian.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

**Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.27**

Pak. nr 1, poz. 27: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło nazwa własna Mayo Hegar, pozostałe parametry bez zmian.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

**Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.28**

Pak. nr 1, poz. 28: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

**Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.32**

Pak. nr 1, poz. 32: Prosimy o przedstawienie zdjęcia, lub numeru katalogowego wymaganego narzędzia.

*Odpowiedź: Zamawiający przedstawia zdjęcie wymaganego narzędzia na prośbę Wykonawcy.*





**Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Nożyczki preparacyjnej Super Cut Toennis-Adson, zagięte, z mikroząbkowaniem brzegu dolnego ostrza, czernione uchwyty, dł. 175 cm

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

**Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Nożyczki naczyniowej Diethrich Hegemann 45° typu Super Cut, bransza 13 mm z mikroząbkowaniem brzegu dolnego ostrza, zagięte, dł. 19 cm, do cięcia precyzyjnego, czernione uchwyty

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

**Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.23**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Zestaw 9 stripperów o rozm. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm i dł. 500 mm, z rączką

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

**Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.24**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Zestaw 7 stripperów o rozm. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 mm i dł. 550 mm, z rączką

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ*

**Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Nożyczki Freemann-Kaye z mikroząbkowaniem brzegu dolnego ostrza, zagięte, ostre dł. 18 cm, do cięcia precyzyjnego, czernione uchwyty

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

**Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Imadło do igieł debakey, utwardzone, proste, ucha złożone, dł. 20 cm

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

**Pytanie nr 21 – dotyczy Pakietu nr 1 poz.31**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Kleszcze naczyniowe atraumatyczne Cooley, wygięte w „S”, dł. 18 cm lub 19 cm

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

**Pytanie nr 22**

**POZ. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, uzyskany z oksydowanej regenerowanej celulozy przeznaczony do tamowania krwawień tętniczych, żylnych oraz włósniczkowych w zabiegach chirurgicznych oraz innych urazach. szybka hemostaza, pełnie wchłanianie w ciągu max. 3 dni antybakteryjny biokompatybilny gotowy do użycia łatwy w użyciu aplikator do trudnodostępnych obszarów nie uwalnia ciepła można stosować u pacjentów z zaburzeniami koagulacji nie podnosi poziomu glukozy – bezpieczny dla cukrzyków. Opak zbiorcze 5 szt. a 3 g i aplikator 10 cm Znak CE

*Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Pytanie zadane nieprecyzyjnie.*



**Pytanie nr 23**

**POZ. 1, 2** Czy cena jedn. Netto (kolumna 6 Załącznik 1.1) dotyczy 1 szt. proszku 2 g lub 3g i aplikator, czy opakowania

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Pytanie zadane nieprecyzyjnie.*

**Pytanie nr 24**

**POZ. 1, 2** Czy cena jedn. Netto (kolumna 6 Załącznik 1.1) dotyczy 5 szt. proszku 2 g lub 3g i aplikator. Co w przeliczeniu jest w sposób następujący 60 x op. 5 szt. =300 szt. proszku

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Pytanie zadane nieprecyzyjnie.*

**Pytanie nr 25 – dotyczy Pakietu nr 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Poz.1) Nożyczki o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Poz.6,11) Nożyczki SuperCut ze stalowymi uchwytami, funkcjonalnie identyczne lub nożyczki całe czernione, utwardzane ceramicznie, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Poz.8) Pętla o śr.1mm, w 1 opakowaniu 5sztuk, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Poz.13) Wziernik o wym. 75x30mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

Poz.15) Zacisk o wym. 10/47mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

Poz.16) Zacisk o wym. 10/45mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Poz.17) Zacisk Dietrich o wym. 8/50mm, funkcjonalnie identyczny lub zacisk o wym. 10/47mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza Zacisk Dietrich o wym. 8/50mm, funkcjonalnie identyczny.  
Zamawiający nie dopuszcza zacisku o wym. 10/47mm, funkcjonalnie identycznego.*

Poz.18) Zacisk o nazwie własnej De-Bakey, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Po.19) Zacisk o wym. 14/46mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

Poz.20) Zacisk o dł. całkowitej 95mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Poz.21) Zacisk o dł. 51mm i nazwie własnej DeBakey Micro, funkcjonalnie identyczny.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

Poz.22) Zacisk o dł. całkowitej 49mm i nazwie własnej DeBakey Micro, funkcjonalnie identyczny.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

Poz.23,24) Stripper o śr.8,5mm zamiast 8mm, funkcjonalnie identyczny.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

Poz.25) Nożyczki o nazwie własnej Reynolds (Jameson) i dł. 180mm, SuperCut, uchwyty stalowe (złota śrubka), funkcjonalnie identyczne.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Poz.27) Imadło o dł. 280mm, funkcjonalnie identyczne lub imadło o nazwie własnej Myo-Hegar, funkcjonalnie identyczne.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Poz.30) Imadło o dł. 135mm, funkcjonalnie identyczne.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

Poz.32) Z uwagi na fakt, że narzędzie jest możliwe do zrealizowania wyłącznie przez jednego dostawcę, zwracamy się z prośbą o wyłączenie jej z pakietu i utworzenie nowego odrębnego pakietu. Umożliwi to złożenie ofert przez większą liczbę dostawców przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielanie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.*

### Pytanie nr 26

Ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 745/2022 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz problemy z brakiem stali nierdzewnej (chirurgicznej) na rynku a także brakiem siły roboczej spowodowane trwającą wojną na Ukrainie, zwracamy się z prośbą o wydłużenie realizacji zamówienia do 80 dni od daty podpisania umowy.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

KIEROWNIK DZIAŁU  
Zapobiegania i Zamówień Publicznych

Romana Kompa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. M. Ramieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

Infolinia 45 95 95 454

Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

NIP 8951645574, REGON 000977893

[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)



du