

Tarnów, dnia 06.07.2020r.

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów

znak pisma: SWLOG-271.MJ.46. 2430 /2020

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę: dostawę sprzętu medycznego j.u. do koronarografii i koronaroplastyki Zakres nr 1 do 48 dla Pracowni Angiokardiografii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.06.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie nr 4 zestawu do nakłucia tętnicy promieniowej o długości 7cm i 11cm, wykonanego ze śliskiego materiału polietylenu i dostępnym miniprowadnikiem 0,018" i 0,025" o długościach 40cm i 50cm z prostą końcówką lub J ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie nr 1 cewnika diagnostycznego, o rozmiarach 80 cm , 100 cm i 110 cm z szeroką gama krzywizn : Judkins, Amplatz ; Internal Mammary; Pigtail (prosty, 145°, 155°); Hockey Stick, Multipurpose; Atesal; Sones, Extra Back Up, Coronary Bypass Graft. Krzywizna Pigtail z 8 otworami bocznymi o przepływach odpowiednio dla 5F: min. 18 ml/sec, 6F: min. 23 ml/sec i PIG TAIL 6F- max. 24 ml/sec ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czech