



tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

ZP/1544/24

Katowice, 24.05.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn. „**Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów**”
ZP/1544/24

Zgodnie z art. 135 ust. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udzielamy wyjaśnień do zadanych przez Wykonawców pytań do treści specyfikacji warunków zamówienia.

Do 17.05.2024 r. tj. terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE 1

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora koagulologicznego z możliwością umieszczenia 30 próbek pacjentów na pokładzie?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

PYTANIE 2

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością załadowania 90 pojedynczych kuwet?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 3

Pakiet nr 3

Jaki laboratoryjny system informatyczny funkcjonuje u Zamawiającego?

Odp. Zamawiający informuje że posiada licencję na moduł laboratorium w ramach oprogramowania infomedica/AMMS autorstwa ASSECO Poland S.A. – najnowsza aktualizacja.

PYTANIE 4

Czy Zamawiający w paragrafie 1 wzoru mowy, w pkt. 3 wyrazi zgodę na zmianę minimalnego wykorzystania umowy na 70% wartości przedmiotu zamówienia? Obecne zapisy, iż Kupujący jest zobowiązany do nabycia od Sprzedawcy dostaw o wartości stanowiącej co najmniej 50% maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia powodują, że oferent nie posiada interesu ekonomicznego, żeby pozyskać ww zamówienie. Wykonawca musi zabezpieczyć towar na magazynie do realizacji ww umowy; ponosi koszty zakupu i magazynowania towaru. Realizacja umowy na poziomie 50% jest nieopłacalna dla Wykonawcy. Zamawiający oszacował przewidywaną ilość badań na czas obowiązywania umowy, 50% niewykorzystania umowy jest zbyt wysoka i nieproporcjonalna do szacowania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokolowskiego 2
40 - 749 Katowice

RPWDL Woj. Śląskiego: 13544
Kod świadczeniodawcy NFZ: 121/100685
NIP: 9542745563
REGON: 276402233

KRS: 0000482155
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 103 857 000,00 zł.
ING BANK ŚLĄSKI: 25 1050 1214 1000 0022 1371 6489



PYTANIE 5

Czy Zamawiający we wzorze umowy w paragrafie 7, pkt 1, ppkt a) i b) wyrazi zgodę na zmianę kary na 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Uzasadnienie: Wskazanie konkretniej, zbyt wysokiej wartości kary może być niewspółmierne do wartości zamówienia

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 6

pakiet nr 4

Dotyczy SWZ, pakiet nr 4, rozdział IV, punkt nr 1 i 4, podpunkt c oraz załącznik nr 1 do SWZ, rozdział III, punkt nr 9, podpunkt c i załącznik nr 10a, projektowe postanowienia umowy, §2, punkt nr 1, podpunkt b. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga deklaracji zgodności CE i numeru jednostki notyfikowanej tylko dla tych produktów, dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odp. Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 7

Dotyczy SWZ, pakiet nr 4, rozdział IV, punkt nr 4, podpunkt b oraz formularza ofertowego – punkt 9, lit. b. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga kart charakterystyk tylko dla tych produktów, dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odp. Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 8

Dotyczy SWZ, pakiet nr 4, rozdział IV, punkt nr 4, podpunkt a i b, punkt nr 6, podpunkt 7 oraz załącznik nr 1 do SWZ, rozdział III, punkt nr 9, podpunkt a i b i załącznik nr 10a, projektowe postanowienia umowy, §2, punkt nr 2, podpunkt d.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na rozwiązanie, które daje możliwość samodzielnego ściągnięcia przez Zamawiającego ulotek/instrukcji obsługi oraz certyfikatów w wersji elektronicznej z przeznaczonej do tego bazy danych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że Wykonawca wskaże źródło (stronę) skąd Zamawiający może samodzielnie pobrać dokumenty.

PYTANIE 9

pakiet nr 4

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ- formularz cenowy, pakiet nr 4, tabela- warunki graniczne, punkt nr 4.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga inkubatora do mikrokart, który posiada dwie niezależne komory inkubacyjne z dwoma wbudowanymi niezależnymi zegarami i dwoma niezależnymi czasami przeinkubowania- czas przeinkubowania uruchamiany automatycznie po zakończeniu czasu inkubacji.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 10

pakiet nr 4

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ- formularz cenowy, pakiet nr 4, tabela- warunki graniczne.

Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dozownika do diluentu, pipet i końcówek do pipet, które pochodzą od innego producenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowany asortyment będzie w pełni kompatybilny i zgodny z zaleceniami gwarancyjnymi.

PYTANIE 11

pakiet nr 4

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ- formularz cenowy, pakiet nr 4, tabela- warunki graniczne, punkt nr 9.

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga, aby dostawy całego asortymentu odbywały się zgodnie z harmonogramem (13 dostaw w roku), natomiast dostawy w trybie CITO były realizowane w ciągu 3 dni.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że dostawy cykliczne zapewnią ciągłość ważności krwinek wzorcowych.

PYTANIE 12

pakiet nr 4

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ- formularz cenowy, pakiet nr 4, tabela- odczynniki.

Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga zaoferowania i umieszczenia w tabeli asortymentowo-cenowej zestawów do wykonywania codziennej wewnętrznej kontroli jakości?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE 13

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ- formularz cenowy, pakiet nr 4, tabela- warunku graniczne odczynników, punkt nr 8.

Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krwinek wzorcowych z terminem ważności 4-5 tygodni od daty dostawy do laboratorium?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że dostawy cykliczne zapewnią ciągłość ważności krwinek wzorcowych.

PYTANIE 14

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ- formularz cenowy, pakiet nr 4, tabela- warunku graniczne odczynników, punkt nr 11.

Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kart do potwierdzania grupy krwi dawców, które muszą być przechowywane w temperaturze 2-8C, których miesięczny zapas wyniesie nie więcej niż 1 opakowanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale wymaga aby wielkość opakowania kart do potwierdzenia grupy krwi dawców i biorców wynosiła max. 50 sztuk.

PYTANIE 15

Dotyczy: projektowane postanowienia umowy, §4, punkt nr 5 i 8

Uprzejmie prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści, aby faktura była dostarczona w formie elektronicznej, co za tym idzie odbiór towaru następowałby na podstawie dokumentu WZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 16

Dotyczy: projektowane postanowienia umowy - dzierżawa, § 2, ust. 2.

W paragrafie § 2 ust. 2 Zamawiający zawarł zapis:

„ 2. Dostarczenie Aparatu nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, pod rygorem zapłaty Zamawiającemu kary umownej w kwocie 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Koszty dostarczenia Aparatu do miejsca używania, w tym transportu i rozładunku obciążają Wykonawcę.”

Pragniemy w tym miejscu wskazać, że opóźnienie, może wystąpić z powodu szeregu okoliczności, w głównej mierze niezależnych od Wykonawcy. Sankcja kary umownej za opóźnienie, wydaje się niewspółmierna i sprzeczna z art. 431 PZP mówiącym o obowiązku współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy w celu należytej realizacji zamówienia oraz Art. 433 ustawy pzp, w którym to zakazuje się narzucania odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację powyższego zapisu zgodnie z poniższą propozycją:

„ 2. Dostarczenie Aparatu nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, pod rygorem zapłaty Zamawiającemu kary umownej w kwocie 100,00 zł za każdy dzień zwłoki. Koszty dostarczenia Aparatu do miejsca używania, w tym transportu i rozładunku obciążają Wykonawcę.”

Odp. Zamawiający wprowadza zmiany w zał. 10a-10b Projektowane postanowienia umowy. Skorygowany dokument w załączeniu.

PYTANIE 17

Dotyczy: projektowane postanowienia umowy - dzierżawa, § 2, ust. 12.

W paragrafie § 2 ust. 12 Zamawiający zawarł zapis:

„12.W przypadku dłuższych napraw, tj. powyżej 48 godzin od chwili zgłoszenia usterki - do czasu usunięcia usterki Wykonawca zapewni zamawiającemu aparat zastępczy. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu aparatu zastępczego Wykonawca za-płaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pragniemy w tym miejscu wskazać, że opóźnienie, może wystąpić z powodu szeregu okoliczności, w głównej mierze niezależnych od Wykonawcy. Sankcja kary umownej za opóźnienie, wydaje się niewspółmierna i sprzeczna z art. 431 PZP mówiącym o obowiązku współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy w celu należytej realizacji zamówienia oraz Art. 433 ustawy pzp, w którym to zakazuje się narzucania odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację powyższego zapisu zgodnie z poniższą propozycją:

„12.W przypadku dłuższych napraw, tj. powyżej 48 godzin od chwili zgłoszenia usterki - do czasu usunięcia usterki Wykonawca zapewni zamawiającemu aparat zastępczy. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu aparatu zastępczego Wykonawca za-płaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Odp. Zamawiający wprowadza zmiany w zał. 10a-10b Projektowane postanowienia umowy. Skorygowany dokument w załączeniu.

PYTANIE 18

SWZ Rozdział IV ust. 4 lit. a – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia metodyk producenta, jeśli Wykonawca zapewni do nich bezpłatny, całodobowy dostęp na stronie internetowej Wykonawcy?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 19

SWZ Rozdział IV ust. 6 pkt 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „Czas reakcji serwisu 48 godzin.”?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

PYTANIE 20

SWZ Rozdział IV ust. 6 pkt 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „W przypadku dłuższych napraw, tj. powyżej 72 godzin ...”?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

PYTANIE 21

Prosimy o potwierdzenie, że podana w SWZ maksymalna wydajność analizatora immunochemicznego jest wydajnością podaną zgodnie z materiałami marketingowymi producenta analizatora.

Odp. Podana wymagana maksymalna wydajność analizatora, jest oczekiwaną przez Zamawiającego rzeczywistą wartością.

PYTANIE 22

Czy Zamawiający zaakceptuje analizator, w którym jedynie 2 odczynniki (TSH i HIV) posiadają wielkość opakowania wstawianego na pokład analizatora powyżej 60 testów?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 23

PAKIET NR 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku testów wykonywanych w mniejszej ilości tj. mniej lub równe 600 na 36 miesięcy kalkulując ilość oferowanych odczynników można zaoferować ich ilość zgodnie z rzeczywistością, a nie teoretyczną stabilnością odczynników na pokładzie analizatora? Takie założenie zakłada, że testy te będą wykorzystywane po otwarciu tak długo jak długo kontrola jakości dopuszczać będzie ich stosowanie. Czas użycia odczynników nie przekraczałby czasu ich przydatności do użycia podanego na opakowaniu. Taka kalkulacja w przypadku testów wykonywanych w małych ilościach pozwoli na ekonomiczne skalkulowanie wartości oferty.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

PYTANIE 24

Pytania do umowy – Załącznik 10a:

§1 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie minimalnej gwarantowanej ilości zamówień z 50% do 70% wartości umowy dla każdego pakietu osobno?

Uzasadnienie: Zwiększenie progu minimalnej ilości zamówień do 70% pozwoli Wykonawcy na uzyskanie lepszych warunków od dostawców, co bezpośrednio przełoży się na korzystniejsze ceny dla Zamawiającego. Dzięki większym gwarantowanym zamówieniom, Wykonawca będzie mógł negocjować niższe ceny zakupu surowców i komponentów, co z kolei umożliwi oferowanie produktów i usług po niższych cenach, zachowując przy tym wysoką jakość. Taka zmiana jest korzystna dla obu stron, gdyż Zamawiający otrzymuje lepsze warunki finansowe, a Wykonawca zyskuje na stabilności i przewidywalności zamówień.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 25

Pytania do umowy – Załącznik 10a:

§2 – Prosimy o poprawienie numeracji, §2 pojawia się dwukrotnie.

Odp. Zamawiający wprowadza zmiany w zał. 10a-10b Projektowane postanowienia umowy. Skorygowany dokument w załączeniu.

PYTANIE 26

Pytania do umowy – Załącznik 10a:

§2 ust. 2 lit. d - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów po podpisaniu umowy?

Uzasadnienie: towar wysyłany jest z magazynu a pracownicy magazynu pakując dostawy nie mają informacji, który zamówiony odczynnik jest pierwszy raz dostarczany do danego Zamawiającego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

PYTANIE 27

Pytania do umowy – Załącznik 10a:

§2 ust. 2 lit. d - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dokumentów, jeśli Wykonawca zapewni do nich bezpłatny, całodobowy dostęp na stronie internetowej Wykonawcy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

PYTANIE 28

Pytania do umowy – Załącznik 10a:

§3 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień przy pomocy sklepu internetowego „E-store”?

Uzasadnienie: Zamawiający korzystając z tej opcji ma możliwość składania zamówień przez całą dobę, może kontrolować prawidłowość zamówienia: nr katalogowe i ceny, otrzymuje automatyczne informacje o statusie zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, ma możliwość śledzenia przesyłki znajdującej się w dostawie, posiada dostęp do historii zamówień oraz dostęp do faktur oraz informacji o zaległych płatnościach.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 29

Pytania do umowy – Załącznik 10a:

§4 ust. 5 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania faktury wraz z towarem?

Uzasadnienie: Z uwagi na fakt, że produkty są wysyłane z magazynów, które nie mają dostępu do procesu fakturowania, nie ma możliwości, aby faktura była dostarczana wraz z zamówieniem. Wraz z zamówieniem dostarczany jest dokument WZ. Faktury wysyłane są drogą mailową lub pocztą tradycyjną. Mając powyższe na uwadze prosimy o modyfikację.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

PYTANIE 30

Pytania do umowy – Załącznik 10a:

§4 ust. 8 - Czy Zamawiający odstąpi od zakazu dzielenia dostaw?

Uzasadnienie: Z uwagi na to, że oferowane produkty sprowadzane są bezpośrednio od producenta Wykonawca mając na uwadze interes Zamawiającego realizuje wszystkie zamówienia niezwłocznie. W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego na szereg produktów wewnętrzna procedura przewiduje natychmiastową wysyłkę wszystkich dostępnych na dzień złożenia zamówienia produktów. Realizacja zamówień cząstkowych jest sytuacją incydentalną jednak Wykonawca mając na uwadze dobro pacjentów oraz szybkość działania Zamawiającego w zaistniałej sytuacji nie chce wstrzymywać dostawy do czasu uzupełnienia całościowego zamówienia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że fakturowanie nastąpi dla całego zamówienia, po dostawie ostatniej, brakującej partii.

PYTANIE 31

Pytania do umowy – Załącznik 10a:

§4 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na 3 dni?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zmiany w zał. 10a-10b Projektowane postanowienia umowy. Skorygowany dokument w załączeniu.

PYTANIE 32

Pytania do umowy – Załącznik 10a:

§4 ust. 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na 3 dni?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zmiany w zał. 10a-10b Projektowane postanowienia umowy. Skorygowany dokument w załączeniu.

PYTANIE 33

Pytania do umowy – Załącznik 10a:

§5 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia dotyczącego obowiązku informowania o powstaniu obowiązku podatkowego oraz konsekwencji z tym związanych?

Uzasadnienie: Proponowane wykreślenie tego postanowienia wynika z jego niejasnego charakteru, który może prowadzić do nieporozumień oraz problemów interpretacyjnych. Brak precyzyjnego określenia, kto i na jakiej podstawie ma stwierdzić, że Wykonawca nie dopełnił obowiązku informacyjnego, a także nieokreślony sposób ustalania, czy i w jaki sposób zmiana przepisów lub okoliczności faktycznie wpłynęła na obciążenia podatkowe Zamawiającego, stwarza ryzyko dla stabilności i przejrzystości relacji pomiędzy stronami. Ponadto, klauzula ta może być trudna do egzekwowania w praktyce, co nie służy efektywnemu i sprawiedliwemu rozstrzygnięciu

ewentualnych sporów. Usunięcie tego postanowienia przyczyni się do zwiększenia klarowności umowy i skupienia na jej kluczowych aspektach, co jest w najlepszym interesie obu stron.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 34

Pytania do umowy – Załącznik 10a:

§5 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą mailową na adres wskazany przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

PYTANIE 35

Pytania do umowy – Załącznik 10a:

§9 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt. d, e i f?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 36

Pytania do umowy – Załącznik 10a:

§2 ust. 11 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „Czas reakcji serwisu 48 godzin.”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 37

Pytania do umowy – Załącznik 10a:

§2 ust. 12 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „W przypadku dłuższych napraw, tj. powyżej 72 godzin od chwili zgłoszenia usterki - do czasu usunięcia usterki Wykonawca zapewni zamawiającemu aparat zastępczy lub pokryje różnicę kosztów, jeśli badania zostaną wykonane na zewnątrz. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu aparatu zastępczego Wykonawca za-płaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 38

Pytania do umowy – Załącznik 10a:

§2 ust. 12 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie analizatorów do usługi zdalnego dostępu o nazwie ProService?

Uzasadnienie: Usługa umożliwi serwisowi technicznemu i aplikacyjnemu na zdalne rozwiązywanie problemów. W badaniach laboratoryjnych czas odgrywa kluczową rolę, a przestój analizatora spowodowany jego awarią może znacznie wydłużyć oczekiwanie na wynik. Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o techniczne zapewnienie naszym analizatorom łącza z dostępem do Internetu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, natomiast tylko poprzez połączenie VPN, ale nie wymaga.

PYTANIE 39

Pytania do umowy – Załącznik 10a:

§4 – Prosimy o poprawienie numeracji, §4 pojawia się dwukrotnie

Odp. Zamawiający wprowadza zmiany w zał. 10a-10b Projektowane postanowienia umowy. Skorygowany dokument w załączeniu.

PYTANIE 40

uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania dot. pakietu nr 3 (odczynniki do koagulometru wraz z dzierżawą aparatu):

Dot. zał. nr 2 - formularz cenowy, wymagane parametry analizatora, pkt nr 1: Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany analizator był fabrycznie nowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 41

uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania dot. pakietu nr 3 (odczynniki do koagulometru wraz z dzierżawą aparatu):

Dot. zał. nr 10a - projektowane postanowienia Umowy - dostawy, par. 1 pkt 3: Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu punktu umowy na: "Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia co najmniej 80% wartości umowy dla każdego pakietu osobno."?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 42

uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania dot. pakietu nr 3

Dot. zał. nr 2 - formularz cenowy, informacja pod tabelą dot. D-dimerów: Proszę o doprecyzowanie, ile odczynnika do D-dimerów powinien doliczyć Wykonawca, w przypadku gdy liniowość oferowanego odczynnika w pierwszym oznaczeniu wynosi 5000 ng/ml (jaki jest % wyników powyżej 5000 ng/ml)?

Odp. Wykonawca powinien doliczyć 20% odczynnika do D-dimerów.

PYTANIE 43

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 25:

Czy Zamawiający dopuści probówko strzykawkę do moczu, papierowa etykieta, poj.9-10, śr. 15mm, kompatybilna z systemem pobierania DZM, bez końcówki aspirującej do moczu?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 44

Dotyczy projektu umowy zał. nr 10a §7 ust. 1 c):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę w wysokości 10% wartości brutto umowy pozostałej do realizacji ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.