



# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Września, dnia 12.09.2023r.

0014Z/23

## Dotyczy Zapytania ofertowego na "Świadczenie usług pogwarancyjnych serwisu tomografu komputerowego Brightspeed Elite"

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Prosimy o potwierdzenie, że przeglądy, serwis i naprawy wykonywane dotychczas zostały wykonane z należytą starannością i zgodnie z zaleceniem producenta.	Zamawiający potwierdza.
2.	Prosimy o wskazanie jakie części zostały do tej pory wymienione bądź naprawione i do kiedy obowiązuje gwarancja. Kto był dostawcą części zamiennych, czy <u>Zamawiający daje pierwszeństwo firmie wykonującej przeglądy aparatu?</u>	Dotyczy obowiązującej umowy:  1) 17.11.2022r. : zainstalowano, wykalibrowano 2 szt. Monitorów opisowych ELZO dla stacji GE ADW, zamontowano moduł bezpiecznika Tape switch w stole pacjenta, zamontowano materac do stołu pacjenta.  2) 10.04.2023r.:naprawa UPS Eaton Powerware 9115 – wymiana kompletu akumulatorów.  Usługę świadczy SK-Med. SYSTEMS Sp. z o.o.  Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.
3.	Prosimy o podanie daty ostatniej wymiany lampy i jej aktualnego przebiegu.	Wymiana lampy 15.07.2022r
4.	Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie części zamiennych rekondycjonowanych, nieoryginalnych?	Nie
5.	Prosimy o udostępnienie formularzy w formie edytowalnej.	Zamawiający udostępnił formularz w formie edytowalnej.

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji.

PRZEWODNICZĄCY  
Komisji Przetargowej  
*Stefania Przybylska*