

DEZ/1347/2024

Jelenia Góra 09.09.2024 r.

DO WYKONAWCÓW

**Zakup narzędzi chirurgicznych - postępowanie powtórzone
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/34/08/2024**

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCA AUTOKOREKTY
ZALĄCZNIKA NR 1 DO SWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
ORAZ
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ
TERMINU ZWIĄZANIA OFERTA

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Zamawiający poniżej przesyła treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami oraz informuje o **dokonaniu autokorekty Załącznika Nr 1 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy.**

TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI NA PYTANIA
WYKONAWCÓW

ZESTAW NR 1

Pytanie Nr 1

1. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w §4 ust. 2 wzoru umowy dot. zał.nr 3 do SWZ:
2. Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) w wysokości 0,5% wartości **niedostarczonej części przedmiotu** umowy netto, ~~o której mowa w § 3 pkt. 1~~, za zwłokę w dostawie za każdy dzień licząc od daty upływu terminu dostawy wskazanego w ofercie przetargowej do dnia ostatecznego przyjęcia przedmiotu zamówienia zgodnie z § 1 ust. 7 umowy bez zastrzeżeń przez Zamawiającego;
 - b) w wysokości 0,5% wartości **wadliwej części przedmiotu** umowy netto, ~~o której mowa w § 3 pkt. 1~~, w przypadku zwłoki usunięcia wady ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi, za każdy dzień zwłoki.Zamawiający zrezygnuje z naliczania kary umownej określonej w ust. 2. pkt b) w przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia zastępczego o tych samych parametrach
- c) w wysokości **10%** wartości netto niezrealizowanego zamówienia za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW NR 2

Dotyczy Pakietu 1, 3, 9

Pytanie Nr 1

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla Pakietu nr 1, 3 i 9 do 16 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla Pakietu Nr 1, Pakietu Nr 3 oraz Pakietu Nr 9 do 16 tygodni od dnia podpisania umowy. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega § 1 ust. 5 Załącznika Nr 3 do SWZ Projekt umowy, który otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji: dostawa narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

- 1) w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia (dla Pakietu Nr 2 oraz Pakietu Nr 4-8)*
- 2) w terminie do 16 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia(dla Pakietu Nr 1, Pakietu Nr 3 oraz Pakietu Nr 9).*

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega pkt. 6 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Termin i miejsce realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia:

do 8 tygodni od dnia podpisania umowy dla Pakietu Nr 2 oraz Pakietu Nr 4-8

do 16 tygodni od dnia podpisania umowy dla Pakietu Nr 1, Pakietu nr 3 oraz Pakietu Nr 9.

2. Miejsce realizacji dostaw: Blok Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega pkt. 9 Załącznika Nr 2 do SWZ Formularz ofertowy, który otrzymuje brzmienie:

Oferujemy termin realizacji:

do 8 tygodni od dnia podpisania umowy dla Pakietu Nr 2 oraz Pakietu Nr 4-8

do 16 tygodni od dnia podpisania umowy dla Pakietu Nr 1, Pakietu Nr 3 oraz Pakietu Nr 9.

Pytanie Nr 2

Dotyczy Pakietu 1, 3, 9 punkt 3.7. SWZ Opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy §1 ust.1. a) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany w Pakiecie nr 1, 3 i 9 asortyment był fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, w pełni sprawny, nie będący przedmiotem podemonstracyjnym i rekondukcjonowanym, nie powystawowy z rokiem produkcji nie starszym niż 2023? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakresie Pakietu Nr 1,3,9 zmianie ulega pkt. 4 Załącznika Nr 1 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy „Wytyczne do OPZ” oraz pkt 3.7 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W zakresie Pakietu Nr 1,3,9 pkt. 4 Załącznika Nr 1 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy „Wytyczne do OPZ” otrzymuje brzmienie:

Było:

„Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia z całym wyposażeniem będzie fabrycznie nowy, **wyprodukowany w 2024 r.**, oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych, przedmiot zamówienia nie będący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będący przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywanym w jakimkolwiek celu przez inny podmiot. Przedmiot zamówienia kompletny, w pełni sprawny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z jego przeznaczeniem, kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego”.

Jest:

Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia z całym wyposażeniem będzie fabrycznie nowy, **wyprodukowany w 2024 r.**, w zakresie **Pakietu Nr 1, Pakietu Nr 3 oraz Pakietu Nr 9 z rokiem produkcji nie starszym niż 2023**, oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych, przedmiot zamówienia nie będący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będący przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywanym w jakimkolwiek celu przez inny podmiot. Przedmiot zamówienia kompletny, w pełni sprawny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z jego przeznaczeniem, kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego,

W zakresie Pakietu Nr 1,3,9 pkt. 3.7 Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

Było:

„Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, **wyprodukowany w 2024 r.**, nieużywany, nie będący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będący przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; przedmiot zamówienia kompletny, gotowy do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających.”

Po zmianie:

„Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, **wyprodukowany w 2024 r.**, w zakresie **Pakietu Nr 1, Pakietu Nr 3 oraz Pakietu Nr 9 z rokiem produkcji nie starszym niż 2023**, nieużywany, nie będący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będący przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; przedmiot zamówienia kompletny, gotowy do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających.”

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 i 9: tuleja ochronna, pokrywa do tacy drucianej, mata silikonowa, kołki mocujące, paski silikonowe, w Pakiecie nr 3: uszczelki typu pokrywka do trokara, które nie podlega ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elementów przedmiotu zamówienia (w szczególności: elementy koszy na narzędzia), które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 ze zm.), dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny).

Zamawiający dla zaoferowanych elementów przedmiotu zamówienia, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 ze zm.), dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny) odstępuje od wymogu złożenia dla tych elementów deklaracji zgodności. Warunkiem jest, że wskazany asortyment będzie posiadał zgodne z polskim prawem certyfikaty, atesty i zezwolenia na dopuszczenie do użytkowania w działalności Zamawiającego (o ile są wymagane), będzie zgodny z SWZ oraz przepisami ustawy o wyrobach medycznych (jeżeli przepisy te będą miały zastosowanie) a Wykonawca w każdym czasie na żądanie Zamawiającego przedstawi wymagane dokumenty w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

Pytanie Nr 4

Czy w związku z tym, że opisane w Pakiecie nr 1 poz. 12 Załącznika nr 1 Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym pokrywa do tacy drucianej jest pakowana przez producenta pojedynczo i sprzedawana na sztuki, Zamawiający dokona modyfikacji jednostki miary z opakowania na sztukę?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 12 Załącznika Nr 1 Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym dokonuje modyfikacji jednostki miary z opakowania na sztukę.

Pytanie Nr 5

Czy w związku z tym, że opisane w Pakiecie nr 1 poz. 14, 15, 25, 26, 51, 52 Załącznika nr 1 Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym kołki mocujące i paski silikonowe są pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze po 12 szt. (1 opak = 12 szt.) i nie są sprzedawane na sztuki, Zamawiający dokona modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 14,15,25,26,51,52 Załącznika Nr 1 Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym dokonuje modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania.

Pytanie Nr 6

Czy w związku z tym, że opisane w Pakiecie nr 1 poz. 30 Załącznika nr 1 Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym elektrody koagulacyjne są pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze po 6 szt. (1 opak = 6 szt.) i nie są sprzedawane na sztuki, Zamawiający dokona modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 30 Załącznika Nr 1 Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym dokonuje modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania.

Pytanie Nr 7

Czy w związku z tym, że opisane w Pakiecie nr 3 poz. 10 Załącznika nr 1 Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym uszczelki typu pokrywka do trokara są pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze po 10 szt. (1 opak = 10 szt.) i nie są sprzedawane na sztuki, Zamawiający dokona modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 10 Załącznika Nr 1 Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym dokonuje modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania.

Pytanie Nr 8

Czy w związku z tym, że opisane w Pakiecie nr 9 poz. 8, 9, 30, 31 Załącznika nr 1 Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym noże zimne, pętle tnące i elektrody koagulacyjne są pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze po 6 szt. (1 opak = 6 szt.) i nie są sprzedawane na sztuki, Zamawiający dokona modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 8,9,30,31 Załącznika Nr 1 Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym dokonuje modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania.

Pytanie Nr 9

Czy w związku z tym, że opisane w Pakiecie nr 9 poz. 17, 18 Załącznika nr 1 Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym kołki mocujące i paski silikonowe są pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze po 12 szt. (1 opak = 12 szt.) i nie są sprzedawane na sztuki, Zamawiający dokona modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 17,18 Załącznika Nr 1 Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym dokonuje modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania.

Pytanie Nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że udzielana gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 11

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na instrumentarium medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) materiałów /elementów zużywalnych (pętle, elektrody, noże, uszczelki), a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenia czasu naprawy nie wymagającej sprowadzenia części zamiennych do max. 7 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych lub podzespołów z zagranicy do 20 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega § 2 ust. 5 oraz ust. 6 Załącznika Nr 3 do SWZ Projekt umowy, który otrzymuje brzmienie:

Było:

5. *Czas naprawy przedmiotu zamówienia bez konieczności wymiany części lub podzespołów – w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy maksymalnie do 10 dni roboczych.*
6. *W przypadku gdy naprawa przedłuży się powyżej 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przedmiot zamówienia zastępczy na czas naprawy o parametrach nie gorszych aniżeli przedmiot zamówienia zakupiony w ramach niniejszej umowy.*

Po zmianie:

5. *Czas naprawy przedmiotu zamówienia bez konieczności wymiany części lub podzespołów – w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy maksymalnie do 20 dni roboczych.*
6. *W przypadku gdy naprawa przedłuży się powyżej 20 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przedmiot zamówienia zastępczy na czas naprawy o parametrach nie gorszych aniżeli przedmiot zamówienia zakupiony w ramach niniejszej umowy.*

Pytanie Nr 13

(Dot. §4 ust.2. ppkt. a) wzoru umowy) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę sposobu naliczania kar umownych za zwłokę w dostawie w taki sposób, aby kary były naliczane od wartości niedostarczonej części zamówienia, którego dotyczy zwłoka, a nie od wartości całej umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 14

(Dot. §4 ust. 2 ppkt. c) wzoru umowy) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary odstąpienie od umowy do 20% wartości netto niezrealizowanego zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 15

Dotyczy Pakietu 1, 3 i 9 punkt 3.9. SWZ Opis przedmiotu zamówienia i wzoru umowy §1 ust. 13 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dla oferowanego w Pakiecie 1, 3 i 9 asortymentu posiadania właściwości umożliwiających sterylizację w temperaturze 121⁰ z uwagi na fakt, że metoda ta jest coraz rzadziej walidowana przez producentów wyrobów medycznych, a standardowo stosowana jest metoda sterylizacji umożliwiająca realizację procesów sterylizacji o temperaturze 134⁰, pozostałe wymogi bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający informuje o zmianie punktu 3.9. SWZ Opis przedmiotu zamówienia i §1 ust. 13 Załącznika Nr 3 do SWZ Projekt umowy dostawy.

§1 ust. 13 Załącznika Nr 3 do SWZ Projekt umowy dostawy otrzymuje brzmienie.

Było:

„Dostarczany przez Wykonawcę asortyment będzie posiadał zgodność, kompatybilność użytkową z posiadanymi przez WCSKJ sterylizatorami oraz posiadać właściwości umożliwiające realizację procesów sterylizacji o temperaturach 121° C i 134° C. Dostarczane wyroby medyczne wielorazowego użytku posiadały parametry umożliwiające dekontaminację i resterylizację wyrobów w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskimi dotyczące procesów sterylizacji obowiązujących w Polsce.”

Po zmianie:

*„Dostarczany przez Wykonawcę asortyment będzie posiadał zgodność, kompatybilność użytkową z posiadanymi przez WCSKJ sterylizatorami oraz posiadać właściwości umożliwiające realizację procesów sterylizacji o temperaturach 121° C **lub** 134° C. Dostarczane wyroby medyczne wielorazowego użytku posiadały parametry umożliwiające dekontaminację i resterylizację wyrobów w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskimi dotyczące procesów sterylizacji obowiązujących w Polsce.”*

Punkt 3.9. SWZ Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

Było:

Oferowany w ofercie przetargowej asortyment musi posiadać zgodność, kompatybilność użytkową z posiadanymi przez WCSKJ sterylizatorami oraz posiadać właściwości umożliwiające realizację procesów sterylizacji o temperaturach 121° C i 134° C. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne wielorazowego użytku posiadały parametry umożliwiające dekontaminację i resterylizację wyrobów w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskimi dotyczące procesów sterylizacji obowiązujących w Polsce.

Po zmianie:

Oferowany w ofercie przetargowej asortyment musi posiadać zgodność, kompatybilność użytkową z posiadanymi przez WCSKJ sterylizatorami oraz posiadać właściwości umożliwiające realizację procesów sterylizacji o temperaturach 121° C lub 134° C. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne wielorazowego użytku posiadały parametry umożliwiające dekontaminację i resterylizację wyrobów w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskimi dotyczące procesów sterylizacji obowiązujących w Polsce.

Pytanie Nr 16

Dotyczy Pakietu 1, 3 i 9 punkt 3.8. SWZ Opis przedmiotu zamówienia i wzoru umowy §1 ust. 12 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania etykiety z nazwą wyrobu w języku polskim dla wyrobów oferowanych w zadaniach pakiecie 1, 3 i 9 i dopuszczenie wyrobów posiadających oznakowanie informujące o nazwie w oryginalnym języku producenta, tj. j. angielskim. Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych Art. 12 ust. 4 dopuszcza się, aby wyrób przeznaczony do stosowania przez użytkowników nie będących laikami posiadała etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim.

Odpowiedź: Zamawiającego odstępuje od wymogu posiadania etykiety z nazwą wyrobu jedynie w języku polskim dla wyrobów oferowanych w przedmiotowym postępowaniu i dopuszcza również wyroby posiadające oznakowanie informujące o nazwie w języku angielskim.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.) Wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez użytkowników niebędących laikami oraz wyrób, system lub zestaw zabiegowy udostępniony w celu używania przez użytkowników niebędących laikami ma deklarację zgodności UE albo oświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 3 rozporządzenia 2017/745, oraz etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega § 1 ust. 12 Załącznika Nr 3 do SWZ Projekt umowy oraz pkt. 3.8 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Opakowania jednostkowe dostarczanych wyrobów medycznych będą zawierały nazwę asortymentu, nazwę producenta, opis zawartości opakowania w języku polskim (opcjonalnie ulotkę), datę produkcji i/lub ważności oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej, a także datę ważności sterylizacji dla asortymentu sterylnego lub informację o sposobie sterylizacji bądź dezynfekcji dla wyrobów wielokrotnego użytku (jeżeli dotyczy przedmiotu zamówienia).

Zamawiający dopuszcza, aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.”

ZESTAW NR 3

Prosimy o dopuszczenie nieznacznych różnic w parametrach narzędzi niż wskazane w SWZ, charakterystyczne dla jednego konkretnego wykonawcy.

Proponowane przez nas narzędzia i występujące różnice nie mają żadnego wpływu na:

- funkcje, jakie mają spełniać;
- kompatybilność z pozostałymi narzędziami innych producentów;
- standardy jakościowe;

Ustawa PZP umożliwia zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w Specyfikacji z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.

PAKIET 4:

Pytanie Nr 1

Poz. 3 Kleszcze Blakesley wilde, dł 120 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 2

Poz. 4 Kleszcze well-blekesley, dł 120 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 3

Poz. 10 Dłuto żłobkow, dł 16 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 4

Poz. 11 Łopatka giętka, 12 mm lub 17 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łopatkę giętą 17 mm. Pozostałe parametry bez zmian. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 5

Poz. 12 Narzędzie do usuwania migdałów, dł. 28 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 6

Poz. 13 Skrobaczka i hak migdałkowy, dł. 22 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 7

Poz. 20 Młotek typ USA Model waga 900 g lub 750g, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza młotek o wadze 900 g. Pozostałe parametry bez zmian. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 8

Poz. 21 Adeotom La force, dł. 25 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 9

Poz. 22 Adeotom La force, dł. 25 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 10

Poz. 23 Adeotom La force, dł. 25 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 11

Poz. 26 Pojemnik - kontener sterylizacyjny. Wymiary pojemnika: 462x274x135mm lub 462x274x150mm. Rączki w jednym kolorze, pokrywa w 5 kolorach do wyboru. Pokrywa aluminiowa. Pokrywa i kosz pasujące do kontenera. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PAKIET 5:

Pytanie Nr 12

Poz. 3 Odgryzacz Caspar, dł. 155mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 13

Poz. 4 Odgryzacz Caspar, dł. 185mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 14

Poz. 5 Odgryzacz Caspar, dł. 185mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 15

Poz. 6 Odgryzacz Caspar, dł. 185mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 16

Poz. 11 Dissektor Toenis, 5mm/3,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 17

Poz. 12 Hak Scoville, 150mm/ dł. 20 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 18

Poz. 14 Osteotom Cottle skalowany , dł. 18 cm , pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 19

Poz. 16 Osteotom Cottle skalowany, dł. 18 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 20

Poz. 17 Młotek 900 g, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 21

Poz. 20 Odgryzacz Cushing, dł 150 mm lub 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odgryzacz 180 mm. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 22

Poz. 31 Haczyk Scoville 62x25 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 23

Poz. 32 Haczyk Scoville 78x25 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 24

Poz. 36 Imadło utwardzone, dł 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 25

Poz. 41 Kleszcze atraumatyczne, długość 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 26

Poz. 46 Pojemnik - kontener sterylizacyjny. Wymiary pojemnika: 585x274x150mm lub 585x274x200mm. Rączki w jednym kolorze, pokrywa w 5 kolorach do wyboru. Pokrywa aluminiowa. Pokrywa, kosz i mata pasujące do kontenera. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Jednocześnie prosimy o uszczegółowienie:

PAKIET 4:

Pytanie Nr 27

Poz. 1 Przewód bipolarny, wejście od strony narzędzia płaskie czy okrągłe?

Odpowiedź: Wejście płaskie.

Pytanie Nr 28

Poz. 14 Szpatułka giętka, szerokość: 6mm, 12mm, 17mm,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 1 w Zestawie Nr 5.

PAKIET 6:

Pytanie Nr 29

Poz. 1 Nożyczki Lister, dł. 18 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 30

Poz. 5 Kleszcze naczyniowe, dł. 14 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 31

Poz. 7 Kleszcze naczyniowe, dł. 16 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 32

Poz. 8 Kleszcze naczyniowe, dł. 14 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 33

Poz. 9 Kleszcze naczyniowe, dł. 14 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 34

Poz. 10 Kleszcze naczyniowe, dł. 16 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 35

Poz. 14 Odgryzacz kostny, dł. 15 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 36

Poz. 18 Hak do ran Volkmann, dł. 22 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 37

Poz. 23 Kleszczyki lap., długość 340 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 38

Poz. 25 Kabel bipolarny + pinceta; długość 3 m, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 39

Poz. 32 Hak do ran, łopatką 50 x 11 mm, dł. 22 cm lub 50 x 15 mm, dł. 21 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 40

Poz. 33 Hak do ran, łopatką 60 x 20 mm, dł. 21 cm lub 70 x 14 mm, dł. 21 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PAKIET 7:

Pytanie Nr 41

Poz. 3 Kleszczyki do jelit i tkanek, dł. 15 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 42

Poz. 4 Kleszcze preparacyjne, dł. 21 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 43

Poz. 5 Kleszcze preparacyjne, dł. 27 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 44

Poz. 6 Dłuto żłobowe, dł. 16 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 45

Poz. 7 Dłuto żłobowe, dł. 16 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 46

Poz. 8 Igła uszna, dł. 15 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 47

Poz. 9 NEEDLEHOLDER, 18 CM, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 48

Poz. 12 Kleszcze naczyniowe, dł. 14 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 49

Poz. 15 Łyżeczka, dł. 15 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 50

Poz. 16 Łyżeczka, dł. 15 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 51

Poz. 17 Kaniula ssąca, 3,0 mm, dł. 17 cm lub 2,66 mm, dł. 18 cm lub 3,33 mm, dł. 18 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kaniule ssącą o parametrach 110 mm/3,0 mm/17 cm. Parametr 110 mm jest konieczny. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie Nr 52

Poz. 19 Miska nerkowata, 275x150x50 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 53

Poz. 20 Nóż Cottle, dł. 15 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 54

Poz. 22 Nożyczki Lister, dł. 14 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 55

Poz. 26 Pęseta bipolarna, 1,0 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 56

Poz. 28 Skrobaczka do okostnej, 8 mm, dł. 19 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 57

Poz. 30 Łopatka, 12 mm lub 17mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łopatkę 12 mm. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 58

Poz. 34 Pęseta bipolarna, dł. 24 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 59

Poz. 35 Pęseta bipolarna, 1,0 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 60

Poz. 36 Pęseta bipolarna, 1,0 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 61

Poz. 37 Nożyczki preparacyjne, dł. 17 cm lub 18 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nożyczki dł. 17 cm. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 62

Poz. 40 Nożyczki preparacyjne, dł. 19 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Jednocześnie prosimy o uszczegółowienie:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

PAKIET 6:

Pytanie Nr 63

Poz. 25 Kabel bipolarny + pinceta. W celu dobrania prawidłowego kabla, prosimy o doprecyzowanie jaki model urządzenia posiada Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający posiada diatermię ERBE.

PAKIET 7:

Pytanie Nr 64

Poz. 31 Rękojeść Huber+rurka krtaniowa:

- czy rurka ma być prosta o długości:
- 200mm
- 300mm
- 400mm
- 500mm
- 600mm
- czy zagięta o długości 200mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej w określeniu w Pakiecie Nr 7 poz. 31 przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wykreśla w Załączniku Nr 1 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy w Pakiecie Nr 7 pozycje Nr 31 Rękojeść Huber+rurka krtaniowa.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie uległa numeracja poszczególnych pozycji. W Załączniku Nr 1 do SWZ w Pakiecie Nr 7 było 46 pozycji. Po wykreśleniu pozycji Nr 31 Pakiet zawiera 45 pozycji.

Pytanie Nr 65

Poz. 38 Nożyczki delikatne, tępe czy ostre?

Odpowiedź: Nożyczki tępe.

PAKIET 8:

Pytanie Nr 66

Poz. 2 Retraktor, długość 24 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 67

Poz. 3 Retraktor, długość 21 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 68

Poz. 4 Retraktor, długość 22 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 69

Poz. 6 Kleszczyki do tkanek, dł. 15 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 70

Poz. 8 Rozwieracz, dł. 15 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 71

Poz. 9 Rozwieracz, dł. 16,5 cm lub 20 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwieracz dł. 20 cm. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 72

Poz. 11 Pęseta atraumat, dł. 24 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 73

Poz. 12 Dłuto kostne, szer. 6 mm, dł. 25 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 74

Poz. 14 Skrobaczka, dł. 21 cm lub dł. 22 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 75

Poz. 15 Odgryzacz kostny, dł. 15 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 76

Poz. 20 Imadło DeBakey, dł. 20 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

ZESTAW NR 4

Pytanie 1 dot. Pak Narzędzia do laparoskopii dziecięcej I -NR 2 poz.11

W formularzu jest zapis "Optyka szerokokątna śr. 3,5 mm, dł. 310 mm"

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga: „OPTYKA SZEROKOKATNA ŚR.5,0 MM 0 ST.310MM”?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej w określeniu średnicy optyki szerokokątnej. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje parametry optyki. Zmianie ulega zapis w Pakiecie Nr 2 poz. 11.

Było:

„Optyka szerokokątna śr. 3,5 mm, dł. 310 mm”

Po zmianie:

„Optyka szerokokątna śr. 5,0 mm, 0 st., 310 mm”

ZESTAW NR 5

Pytania Pakiet Nr 4

Pytanie Nr 1

Pozycja 11 i 14 Łopatka gietka, dł. 20 cm/16 mm – prosimy o dopuszczenie łopatki o nazwie własnej Martin.

Czy w pozycji 11 i 14 należy wycenić te same narzędzia? Czy nie zostały powielone?

Czy w pozycji 12 i 15 należy wycenić te same narzędzia? Czy nie zostały powielone?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej w Formularzu asortymentowo-cenowym w Pakiecie Nr 4 poz. 11 i 14 Zamawiający powielił pozycje przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje wymogi i parametry w zakresie Pakietu Nr 4:

- 1) Zamawiający wykreśla pozycję Nr 14 Szpatułka gietka 20 cm 6 szt.**
- 2) w pozycji Nr 11 Łopatka gietka, dł. 20 cm/16 mm ulega zmianie ilość sztuk z 2 na 4.**

Zamawiający w poz. Nr 11 dopuszcza łopatkę o nazwie własnej Martin. Parametry bez zmian. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej w Formularzu asortymentowo-cenowym w Pakiecie Nr 4 poz. 12 i 15 Zamawiający powielił pozycje przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje wymogi i parametry w zakresie Pakietu Nr 4:

- 1) Zamawiający wykreśla pozycję Nr 12 Narzędzie do usuwania migdałów Bruennings dł. 27 cm 2 szt.**
- 2) w poz. Nr 15 Narzędzie do usuwania migdałów Bruennings Zamawiający doprecyzowuje parametr przedmiotu zamówienia: Narzędzie do usuwania migdałów Bruennings 28 cm.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie uległa numeracja poszczególnych pozycji. W Załączniku Nr 1 do SWZ w Pakiecie Nr 14 było 26 pozycji. Po wykreśleniu pozycji Nr 14 i 12 Pakiet zawiera 24 pozycji.

Pytanie Nr 2

Pozycja 20 Młotek

Prosimy o dopuszczenie młotka o wadze 900g

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytania Pakiet Nr 5

Pytanie Nr 3

Pozycja 17 Młotek

Prosimy o dopuszczenie młotka o wadze 900g

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie Nr 4

Poz. 24 Odgryzacz

Informujemy, że nie istnieje na rynku medycznym narzędzie odgryzacz Cushing, zagięty 40 st. Prosimy o wykreślenie tej pozycji lub dopuszczenie odgryzacza Cushing, szerokość cięcia 2 x 10 mm, 45 st. Długość 180 mm lub 150 mm prosty lub zagięty w dół.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odgryzacz Cushing, szerokość cięcia 2x10 mm, 45 st., długość 180 mm zagięty w dół. Zmiany należy zaznaczyć w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie Nr 5

Poz. 29 Młotek

Prosimy o dopuszczenie młotka kostnego Partsch, Ø 27 mm/ 175g, dł. 19 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 6

Poz.31 Haczyk

Prosimy o dopuszczenie haczyk Scoville 60x25 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 7

Poz 32 Haczyk

Prosimy o dopuszczenie haczyk Scoville 86x25 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 8

Poz. 34 Rozwieracz

Czy Zamawiający dopuści rozwieracz Weitlaner 2x3 tępy, 11cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytania Pakiet Nr 6

Pytanie Nr 9

Poz. 27 Imadło do igieł Mayo-Dieffrnbach ,prosty dł 6 cmm

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i wymaganym narzędziem jest St Bulldog Dieffenbach, prosty, dł. 6 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej w Pakiecie Nr 6 poz. 29. W związku z tym Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia Zmianie ulega zapis w Pakiecie Nr 6 poz. 27.

Było:

„Imadło do igieł Mayo-Dieffrnbach, prosty dł. 6 cm”

Po zmianie:

„St. Bulldog Dieffenbach, prosty, dł. 6 cm”

Pytanie Nr 10

Poz.32 Hak

Czy Zamawiający dopuści hak do ran Langenbeck, łopatką 50x11 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 11

Poz.33 Hak

Czy Zamawiający dopuści hak do ran Langenbeck, łopatką 60x20 mm, rękojeść płaska, azur, dł. 21 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,

Pytania Pakiet Nr 7

Pytanie Nr 12

Poz.41 Czy wymagają Państwo disektora retraktora Hurd o wymiarach 11/14mm, dł. 22,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej w Pakiecie Nr 7 poz. 41. W związku z tym Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia Zmianie ulega zapis w Pakiecie Nr 7 poz. 41.

Było:

„Disektor i retraktor Hurd”

Po zmianie

„Disektor retraktora Hurd o wymiarach 14mm, dł. 22,5 cm”

Pytania Pakiet Nr 8

Pytanie Nr 13

Poz.3 Podważka Hohmann – Prosimy o dopuszczenie dł.21,5cm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 14

Poz.4 Podważka Hohmann – Prosimy o dopuszczenie dł.23,5cm i szerokości 18mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

ZESTAW NR 6

Pytania zestaw 1 Dotyczy: Pakiet nr 6 Narzędzia do chirurgii ogólnej i onkologicznej

Poz.	Nazwa narzędzia	Pytanie	Odpowiedź Zamawiającego
5.	Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 14,5 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 14 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
7.	Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 16,5 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 16 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
8.	Kleszcze naczyniowe Crile, zagięte, dł. 14,5 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 14 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
9.	Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 14,5 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 14 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
10.	Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 16,5 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 16 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
12.	Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 12 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 11,5 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

14.	Odgryzacz kostny Luer, zagięty, dł. 14,5 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 15 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
		Czy zamawiający może podać kod ref. w celu weryfikacji dokładnej narzędzia ?	Zgodnie z SWZ.
18.	Hak do ran Volkmann, tępy 2 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 21,5 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
23.	Kleszczyki lap. BiSect, Micro średnica 5 mm, długość 350 mm	Czy zamawiający może podać kod ref. w celu weryfikacji dokładnej narzędzia ?	Zgodnie z SWZ.
24.	Kleszczyki lap. BiClamp , Maryl średnica, 5 mm długość 340 mm	Czy zamawiający może podać kod ref. w celu weryfikacji dokładnej narzędzia ?	Zgodnie z SWZ.
25.	Kabel bipolarny + pinceta; długość 4 m+ pinceta nieprzywierająca ,prosta,szer.1,0 mm:dł 20 cm	Czy zamawiający może podać kod ref. w celu weryfikacji dokładnej narzędzia ?	Zgodnie z SWZ.
27.	Imadło do igieł Mayo-Dieffrnach ,prosty dł 6 cmm	Czy zamawiający może podać kod ref. w celu weryfikacji dokładnej narzędzia ?	Zgodnie z SWZ.
28.	Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste dł.20,5	Czy zamawiający dopuści dł. 20 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
32.	Hak do ran Langenbeck łopatką 50 x 14 mm rękojeść płaska dł 22 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 21 cm oraz 50x11mm ?	Zamawiający nie dopuszcza.
33.	Hak do ran Langenbeck łopatką 60 x 14 mm rękojeść płaska dł 22 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 21 cm oraz 60x20mm ?	Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania zestaw 2 Dotyczy: Pakiet nr 7 Narzędzia do otorynolaryngologii

Poz.	Nazwa narzędzia	Pytanie	Odpowiedź Zamawiającego
3.	Kleszczyki do jelit i tkanek Allis, 5x6 z., dł. 15,5 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 15 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
4.	Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 2, zagięte, dł. 20 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 21 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
5.	Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 2, zagięte, dł. 26,5 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 27 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe Parametry bez zmian.
6.	Dłuto żłobowe do przegrody nosowej Ballenger, 6 mm, pr., dł. 15 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 16 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
7.	Dłuto żłobowe do przegrody nosowej Ballenger, 8 mm, pr., dł. 15 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 16 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
9.	NEEDLEHOLDER, MAYO-HEGAR, 18.5 CM	Czy zamawiający dopuści dł. 18 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
10.	Kleszczyki Weil-Blakesley, tnące do kości sitowej, fig. 2, proste, szczęki łyżeczkowo-okienkowe, szer. 3,5 mm, dł. 12 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 12,5 cm bez ssaka ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
11.	Kleszczyki Weil-Blakesley, tnące do kości sitowej, fig. 4, proste, szczęki łyżeczkowo-okienkowe, szer.5,5 mm, dł. 12 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 12,5 cm bez ssaka ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

12.	Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, proste, dł. 13,5 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 13 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
14.	Kleszczyki uszne do polipów Hartmann-Herzfeld, proste, Ø 2,5 mm, dł. 8,5 cm	Czy zamawiający może podać kod ref. w celu weryfikacji dokładnej narzędzia ?	Zgodnie z SWZ.
20.	Nóż Cottle, ostry do plastyki nosa, pr., dł. 14 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 15 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
22.	Nożyczki Lister, do materiałów opatrunkowych, 1 ostrze z kulką, zagięte, dł. 14,5 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 14 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
27.	Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 12 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 11,5 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
28.	Skrobaczka do okostnej Cottle, zagięta, 9 mm, dł. 19,5 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 21 cm ?	Zamawiający nie dopuszcza.
30.	Łopatka Martin, dł. 20 cm/13 mm	Czy zamawiający dopuści dł. 20cm/12mm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
31.	Rękojeść Huber+rurka krtaniowa - opis	Czy zamawiający może uściślić jaki opis miał na myśli ?	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 63 w Zestawie Nr 3.
34.	Pęseta bipolarna, izolowana, prosta, końce tępe, 2,0 mm, dł. 26 cm	Proszę o podanie aparatu z którym pęseta ma być kompatybilna?	Aparat ERBE.
35.	Pęseta bipolarna bagnetowa, izolowana, końce tępe, 1,2 mm, dł. 24 cm	Proszę o podanie aparatu z którym pęseta ma być kompatybilna?	Aparat ERBE.

36.	Pęseta bipolarna, izolowana, szczęki proste, końce tępe 1,2 mm, dł. 20 cm	Proszę o podanie aparatu z którym pęseta ma być kompatybilna?	Aparat ERBE.
40.	Nożyczki preparacyjne Thorek, mocno wygięte, końce tępe, dł. 18,5 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 19 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
41.	Disektor i retraktor Hurd	Końcówka 6 mm czy 10 mm ?	Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w Zestawie Nr 5 pytanie Nr 12. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza końcówkę 10 mm. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytania zestaw 3 Dotyczy: Pakiet nr 8 Narzędzia do ortopedii

Poz.	Nazwa narzędzia	Pytanie	
1.	Młotek ortopedyczny 900 g 28 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 26,5 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
2.	Retraktor Hohmann ostrze szeroki 18 mm długość 23,5 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 24 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
3.	Retraktor Hohmann ostrze szerokość 8 mm długość 21 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 22 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
4.	Retraktor Hohmann ostrze szerokości 17 mm długość 20 cm	Czy zamawiający może podać kod ref. w celu weryfikacji dokładnej narzędzia ?	Zgodnie z SWZ.
5.	Kleszcze utwardzone do druty płaskie nosy dł 18 cm	Czy zamawiający może podać kod ref. w celu weryfikacji dokładnej narzędzia ?	Zgodnie z SWZ.

6.	Kleszczyki do tkanek Allis proste 5x6 zębów dł. 15,5 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 15 cm ?	Zamawiający nie dopuszcza.
8.	Rozwieracz samotrzymający do ran Mollison 4x4 zęby ostry dł. 15,5 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 15 cm ?	Zamawiający nie dopuszcza.
9.	Rozwieracz Wullstein tępy 3x4 zęby dł. 18 cm	Czy zamawiający może podać kod ref. w celu weryfikacji dokładnej narzędzia ?	Zgodnie z SWZ.
10.	Rozwieracz samotrzymający rane typ Norfolk&Norwich tępy 4x5 zębów dł 22 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 24,5 cm ?	Zamawiający nie dopuszcza.
11.	Pęseta atraumat DeBakey szer. 1,5 mm prosta dł. 25 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 24 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
14.	Skrobaczka do okostnej Lambotte 20 mm x 21,5 cm	Czy zamawiający dopuści dł. 21 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
15.	Odgryzacz kostny Luer zagięty dł 14,50 cm	Czy zamawiający może podać kod ref. w celu weryfikacji dokładnej narzędzia ?	Zgodnie z SWZ.
		Czy zamawiający dopuści dł. 15 cm ?	Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.
19.	Imadło DeBakey Miniprofil utwardz. Dł 18 cm	Czy zamawiający może podać kod ref. w celu weryfikacji dokładnej narzędzia ?	Zgodnie z SWZ.
20.	Imadło DeBakey Miniprofil utwardz gł delikatne 20,5 cm	Czy zamawiający może podać kod ref. w celu weryfikacji dokładnej narzędzia ?	Zgodnie z SWZ.
21.	Imadło do igieł Crile-Wood Miniprofil dł 15 cm	Czy zamawiający może podać kod ref. w celu weryfikacji dokładnej narzędzia ?	Zgodnie z SWZ.

22.	Kleszcze płaskie do drutu dł.16 cm	Czy zamawiający może podać kod ref. w celu weryfikacji dokładnej narzędzia ?	Zgodnie z SWZ.
-----	---------------------------------------	---	-----------------------

ZESTAW NR 7

Pak 8 Narzędzia do ortopedii

Pytanie 1 dot. poz.1

Zamawiający wymaga:” Młotek ortopedyczny 900 g 28 cm”

Czy Zamawiający dopuści : MŁOTEK WAGA GŁOWY 780 G WAGA CAŁKOWITA 1 039 G ŚREDNICA 43 MM DŁUGOŚĆ 245 MM.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 2 dot. poz.2

Zamawiający wymaga:” Retraktor Hohmann ostrze szeroki 18 mm długość 23,5 cm”

Czy Zamawiający dopuści : DŹWIGNIA KOSTNA SZEROKOŚĆ17MM , DŁUGOŚĆ 240MM

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 3 dot. poz.3

Zamawiający wymaga:” Retraktor Hohmann ostrze szerokość 8 mm długość 21 cm”

Czy Zamawiający dopuści : DŹWIGNIA KOSTNA SZEROKOŚĆ 8MM DŁUGOŚĆ 220MM

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 4 dot. poz.4

Zamawiający wymaga:” Retraktor Hohmann ostrze szerokości 17 mm długość 20 cm”

Czy Zamawiający dopuści : DŹWIGNIA KOSTNA WAGNER SZEROKOŚĆ17,0MM , DŁUGOŚĆ 220MM

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 5 dot. poz.5

Zamawiający wymaga:” Kleszcze utwardzone do druty płaskie nosy dł 18 cm”

Czy Zamawiający dopuści : KLESZCZE PŁASKIE 170MM BEZ UTWARDZENIA

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 6 dot. poz.9

Zamawiający wymaga:” Rozwieracz Wullstein tępy 3x4 zęby dł. 18 cm”

Czy Zamawiający dopuści „ROZWIERACZ WEITLANER TĘPY 3X4 ZĘBY DŁUGOSCI 195MM

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 7 dot. poz.11

Zamawiający wymaga:” Pęseta atraumat DeBakey szer. 1,5 mm prosta dł. 25 cm”

Czy Zamawiający dopuści : PENSETA ATRAUMATYCZNA DE'BAKEY PROSTA, SZEROKOSC 1,5MM, DŁUGOŚĆ 240MM

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 8 dot. poz.17

Zamawiający wymaga:” Łyżeczka kostna owalna Volkmann fig .2 , 8,5 mm dł. 17 cm”

Czy Zamawiający dopuści : ŁYŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ 8,5MM DŁUGOSC 180MM

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 9 dot. poz.18

Zamawiający wymaga:” Łyżeczka kostna owalna Volkmann fig.3 , 10 mm dł. 17”

Czy Zamawiający dopuści : ŁYŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ 10MM DŁUGOSC 180MM

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 10 dot. poz.19

Zamawiający wymaga:” Imadło DeBakey Miniprofil utwardz. Dł 18 cm”

Czy Zamawiający dopuści : DUROGRIP IMADŁO CHIRURGICZNE DE'BAKEY DŁUGOSC 180MM, DO IGIEŁ 4/0-6/0

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 11 dot. poz.20

Zamawiający wymaga:” Imadło DeBakey Miniprofil utwardz gł delikatne 20,5 cm”

Czy Zamawiający dopuści : DUROGRIP IMADŁO CHIRURGICZNE DŁUGOSC 230MM, DO IGIEŁ 4/0-6/0

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 12 dot. poz.21

Zamawiający wymaga:” Imadło do igieł Crile-Wood Miniprofil dł 15 cm”

Czy Zamawiający dopuści : DUROGRIP IMADŁO CHIRURGICZNE CRILE-WOOD DŁUGOSC 145MM, DO IGIEŁ 4/0-6/0

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

ZESTAW NR 8

Dotyczy pakietu nr 6

Pytanie Nr 1

Poz.1, 5, 7-10, 12, 14, 28 - Czy Zamawiający wrazi zgodę na tolerancję rozmiary w zakresie +/-5mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 2

Poz. 16 - Czy Zamawiający dopuści taką samą łyżeczkę kostną tylko szer.5,8mm zamiast 5,2mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 3

Poz.18 - Czy Zamawiający dopuści dł. haka 21,5cm zamiast 22,5cm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 4

Poz.27 – Czy w pozycji tej chodzi o zacisk typ Dieffenbach? Jeśli tak to czy Zamawiający dopuści dł.5,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 5

Poz.32 – Czy Zamawiający dopuści łopatkę 50x11mm zamiast 50x14mm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 6

Poz.33 - Czy Zamawiający dopuści łopatkę 60x20mm zamiast 60x14mm oraz dł.21cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 7

Poz.23-24 – Prosimy o wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu, gdyż jest to asortyment jednej firmy, a co za tym idzie uniemożliwia złożenie oferty w zakresie tego pakietu konkurencyjnym firmom.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy pakietu nr 8

Pytanie Nr 8

Poz.1 – Czy Zamawiający dopuści taki sam młotek tylko dł.26,5cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 9

Poz.3 – Czy Zamawiający dopuści taki sam retraktor tylko dł.23,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 10

Poz.4 – Czy Zamawiający dopuści retraktor Hohmann szer.18mm dł.23,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 11

Poz.6, 8, 14, 15,20 - Czy Zamawiający wrazi zgodę na tolerancję rozmiary w zakresie +/- 5mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 12

Poz.9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego rozwieracza tylko Weitlaner dł.20cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 13

Poz.11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiej samej pensety tylko dł.24cm zamiast 25cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 14

Poz.17 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiej samej łyżki kostnej tylko szer.8,3mm zamiast 8,5mm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zmiana terminu składania ofert i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:

Było:

- 1.1 Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/962339> w terminie do dnia **06.09.2024 r. do godziny. 11:00.**
- 1.2 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **06.09.2024 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.1.

Winno być:

- 1.1 Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/962339> w terminie do dnia **16.09.2024 r. do godziny. 11:00.**
- 1.2 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **16.09.2024 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.1.

Było:

1. **Termin związania ofertą do dnia 04.12.2024 r.**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **90 dni.**

Winno być:

1. **Termin związania ofertą do dnia 14.12.2024 r.**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **90 dni**.

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ
Przemysław Bogdanowicz