



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 245/23

Poznań, dnia 24.04.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy-
platforma zakupowa**

Dotyczy: TPM-24/23 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. Dostawa 37 sztuk dygestoriów laboratoryjnych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w tym: 27 sztuk dygestoriów laminowanych i 10 sztuk dygestoriów metalowych, wraz z transportem, wniesieniem, instalacją oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga aby wylewka wody zimnej znajdowała się na prawej kolumnie instalacyjnej w prawej ścianie komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu) a zawór (pokrętko) znajdowało się pod blatem lub na kolumnie instalacyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby wylewka wody zimnej znajdowała się w prawej ścianie komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu, a zawór (pokrętko) znajdowało się na prawej kolumnie instalacyjnej lub pod blatem.

Pytanie 2:

Czy z związku z wymogiem że wylewka wody zimnej powinna znajdować się nie dalej niż 40 cm od frontu dygestorium to zlewik powinien znajdować się centralnie pod wylewką od frontu dygestorium – instalacja równoległa do ściany bocznej komory?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zlewik powinien znajdować się centralnie pod wylewką od frontu dygestorium – instalacja równoległa do ściany bocznej komory.

Pytanie 3:

Z uwagi na rozwiązania konstrukcyjne dygestoriów metalowych ocynkowanych o wymagania w zakresie instalacji wylewki prosimy o dopuszczenie zlewika ceramicznego nakładanego od góry w blat ceramiczny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zlewik ceramiczny nakładany od góry w blat ceramiczny, zlicowany na równi z powierzchnią blatu.



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,

*Opracowała: Marta Kozłowska
nr tel. (61) 854 60 22
e-mail: dzp@ump.edu.pl*