

## Opis przedmiotu zamówienia

### Cyfrowy elektrokardiogram przenośny

Specyfikacja techniczna	
Atrybut	Opis/wymagane parametry techniczne
Typ urządzenia	Cyfrowy elektrokardiogram przenośny do użytku weterynaryjnego
Zastosowanie	Cyfrowy elektrokardiogram przenośny jest niezbędnym wyposażeniem podczas kształcenia zawodowego w zawodzie technik weterynarii
Zapis	12 – kanałowy zapis w czasie rzeczywistym
Sygnał EKG	analiza sygnału EKG zgodna z normą EN 60601-2-51
Częstotliwość próbkowania	1000 Hz/kanał
Klawiatura	alfanumeryczna
Ekran	wbudowany ekran graficzny kolorowy o rozdzielczości min. 320x240 dpi
Pamięć	wewnętrzna, min. badań 500
Zapis	zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110-112 mm
Tryb zapisu	zapis w trybie ręcznym i automatycznym
Zasilanie	zasilanie sieciowe i akumulatorowe
Czułość	regulowana czułość w przedziale 2,5 - 20 mm/mV
Elektrody	komplet elektrod przyssawkowych oraz klipsowych wraz z okablowaniem
Dodatkowe funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• detekcja symulatora serca</li> <li>• automatyczny test aparatu</li> <li>• regulowana prędkość przesuwu papieru</li> <li>• interfejs komunikacyjny USB</li> </ul>
Gwarancja	2 lata / 24 miesiące