



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



AZ.26.380.2024

Warszawa, dnia 27.03.2024 r.

Dot. postępowania na zakup i sukcesywną dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb SZPZLO Praga Południe przez okres 24 miesięcy 13/24

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania Zamawiający publikuje ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1. Dotyczy pozycji nr 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją? Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie znacznie tańszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2. Dotyczy pozycji nr 5: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania wskazane w Załączniku nr 2 do Zapytania **lub** **mniej**, po odpowiednim przeliczeniu asortymentu.

Pytanie nr 3. Dotyczy pozycji nr 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4. Dotyczy pozycji nr 7: Czy Zamawiający dopuści testy do przyrządu posiadającego kapsułę ze stali kwasoodpornej oraz rurki z wysokiej wytrzymałości plastiku o długości 1,5m i średnicy 2mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5. Dotyczy pozycji od 1 do 3, rękawów papierowo foliowych:

a. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy wykonane z folii 8 warstwowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

b. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy - papier o gramaturze 60 g/m² ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

c. Czy Zamawiający wymaga aby każdy rękaw był zaopatrzony w etykietę identyfikacyjną oraz zabezpieczony folią termokurczliwą zabezpieczającą przed zabrudzeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6. Dotyczy pozycji nr 5: Czy Zamawiający wymaga aby informacje o rodzaju testu oraz sposobie odczytu były nadrukowane na teście w języku polskim?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 7. Dotyczy Pozycji 7 oraz 8: Czy Zamawiający dopuści do oceny inne wielkości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania wskazane w Załączniku nr 2 do Zapytania **lub** **mniej**, po odpowiednim przeliczeniu asortymentu.

Pytanie nr 8. Dotyczy § 7, ust. 1: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianej kary umownej do 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych postanowień umownych bez zmian.

Pytanie nr 9. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 10. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar:
§ 7 Kary umowne

1. W przypadku jednostronnego odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto Umowy określonej w § 4 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku zwłoki w dostawie Przedmiotu Umowy Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% wartości brutto Umowy określonej w § 4 ust. 1 Umowy za dane zdarzenie.

3. Za uchybienie terminowi wymiany towaru na wolny od wad, wskazanemu w § 9 ust. 3 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1 % wartości brutto towaru będącego przedmiotem wadliwej dostawy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% wartości brutto Umowy określonej w § 4 ust. 1 Umowy za dane zdarzenie.

Uzasadnione jest, aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych postanowień umownych bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert na 03.04.2024 r. godz. 12.00.

Zatwierdził:
Dyrektor SZPZLO
Warszawa Praga Południe
Iwona Puchalska
w dniu 27.03.2024 r.