

Ostrów Wielkopolski, dn. 21.05.2021

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę AMBULANSU typu C dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

Znak sprawy: FDZP.226.06.2021

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2019r poz. 2019 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw pytań nr 1

1. Dotyczy załącznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia – pkt. X.1 - prosimy o potwierdzenie, iż po podpisaniu umowy Zamawiający udostępni częstotliwości do zaprogramowania wymaganych radiotelefonów.

Odpowiedź: Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże dane teleadresowe do firmy uprawnionej do programowania radiostacji ZRM dla terenu Zamawiającego.

2. Dotyczy załącznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia – pkt.XII.8 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga uchwytu do podgrzewacza płynów infuzyjnych, a jedynie panel do jego instalacji.

Odpowiedź Zamawiający potwierdza.

3. Dotyczy załącznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia – pkt.XII.9 – prosimy o dopuszczenie montażu uchwytu na rękawiczki na ścianie lewej z uwagi, iż na ścianie działowej są wyloty klimatyzacji oraz miejsce na drukarkę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również zaproponowane rozwiązanie.

4. Dotyczy załącznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia – pkt.XIII.21 – prosimy o podanie marki i modelu drukarki jaka będzie użytkowana w ambulansie, aby przygotować odpowiedni uchwyt.

Odpowiedź: HP Office Jet 100 Mobile Printer

5. Dotyczy załącznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia – pkt.XIII.21 – czy Wykonawca ma przygotować instalację pod moduł teltoniki FM3300, czy FM6300 – czy pod oba typy przy zastosowaniu przejściówek?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. XIII.26 to Wykonawca dostarcza moduł GPS

6. Dotyczy załącznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia – pkt.XIII.21 – prosimy o potwierdzenie, iż tablet, drukarka, moduł są po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dostarcza tablet oraz drukarkę, Wykonawca dostarcza moduł GPS

7. Dotyczy załącznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia – pkt.XIII.25 – prosimy o potwierdzenie, iż nawigacja satelitarna, może być dodatkowym urządzeniem np. naklejanym na szybę, z dedykowanym dodatkowym gniazdem na podszybiu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu nawigacji jako dodatkowe urządzenie montowane na szybę czołową oraz dodatkowe gniazdo na podszybiu.

8. Dotyczy załącznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia – pkt.XIV.59 – czy ładowarka do baterii do defibrylatora ma być zamontowana w ambulansie czy dostarczona luzem.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zamontowania ładowarki wraz z akumulatorami w ambulansie.

9. Prosimy o podanie szacunkowego rocznego przebiegu, jaki będzie Wykonywał ambulans.

Odpowiedź: szacowany przebieg roczny wynosi 25-30 tysięcy kilometrów.

10. Prosimy o potwierdzenie, iż przeglądy okresowe samochodu bazowego (np. wymiana oleju), nie mają być wliczone w cenę oferty i Zamawiający będzie za nie płacił z własnych środków każdorazowo po Wykonaniu usługi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o potwierdzenie, iż przeglądy okresowe zabudowy medycznej, nie mają być wliczone w cenę oferty i Zamawiający będzie za nie płacił z własnych środków każdorazowo po Wykonaniu usługi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. Prosimy o potwierdzenie, iż przeglądy okresowe sprzętu medycznego, nie mają być wliczone w cenę oferty i Zamawiający będzie za nie płacił z własnych środków każdorazowo po Wykonaniu usługi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Zestaw pytań nr 2

- 1.** Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności Nosze wraz z transporterem STRYKER M1 o następujących parametrach:

Nosze:

- Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
- Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.
- Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji.
- Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni.
- Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście.
- Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji wężącej
- Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. Zestaw pasów szelkowe i poprzeczne.
- Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbującej krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące
- Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi składanymi jedną ręką.

- Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.
- Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.
- Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze.
- Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym, podwyższającym wytrzymałość na ekstremalne obciążenia
- Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne.
- Waga noszy 20 kg
- Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne z elementów związanych z obsługą noszy
- Możliwość mycia ciśnieniowego.
- Max obciążenie dopuszczalne 227 kg

Transporter:

- Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.
- Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami.
- Regulacja wysokości w 7 poziomach.
- Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia
- Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy.
- Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce.
- Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera
- Wszystkie kółka jezdne o średnicy 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost (koła kierunkowe)
- 4 główne uchwyty transportera
- Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni
- Przyciski blokady goleni kodowane kolorami
- Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera.
- Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
- Możliwość mycia ciśnieniowego.
- Max obciążenie dopuszczalne transportera 227 kg.
- Waga transportera 35 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, potwierdzenie zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczony odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC

- Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. Poświadczony odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Zestaw pytań nr 3

1. Zamawiający w OPZ wymaga "W kabinie kierowcy system nawigacji satelitarnej z min. 5" kolorowym wyświetlaczem" - prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania nawigacji fabrycznej wbudowanej w kokpit pojazdu zintegrowanej z radiem pojazdu czy też dopuszcza zaoferowanie nawigacji łatwo demontowalnej, której montaż jest możliwy np. na szybie czołowej pojazdu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nawigacji łatwo demontowalnej , montowanej na szybie czołowej pojazdu.

Zestaw pytań nr 4

1. Prosimy o wskazanie zakładanego rocznego kilometrowego przebiegu ambulansu.

Odpowiedź: Szacowany roczny przebieg wynosi 25-30 tysięcy kilometrów

2. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymian oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta, czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odpowiedź: Koszt przeglądów samochodu bazowego jak i zabudowy medycznej oraz sprzętu medycznego po stronie Zamawiającego.

Z poważaniem

Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wlkp.

Dariusz Bierła