



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 151/03/2021

Chrzanów, 18.03.2021 r.

## Wykonawcy

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na „Dostawa materiałów do centralnej sterylizatorni Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” – sprawa nr 19/2021.**

1. **Pakiet 1 poz. 5:** czy Zamawiający dopuści rękawy ze wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie z czerwonego na żółty, wytrzymałość na rozciąganie w poprzek 169 N/2,54 cm, grubość 157 um, laminatu składającego się z trzech warstw: 12u grubości poliestru, 2u kleju oraz 38u grubości polietylenu? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**Odp. Tak, dopuszczamy.**

2. Czy Zamawiający zgadza się aby kary w § 6 ust. 2 pkt c) naliczane były od niezrealizowanej wartości umowy?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odp. Zapis pozostaje bez zmian, zgodnie z SWZ.**

**Z poważaniem**

**DYREKTOR**  
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie  
mgr Artur Baranowski

