



INSTYTUCJA  
WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

# Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14  
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300  
<http://www.kpr.med.pl>  
e-mail: [pogotowie@kpr.med.pl](mailto:pogotowie@kpr.med.pl)

---

**Nr postępowania: 8/AMB/2022**

**Odpowiedzi na pytanie dot. części nr 1, 7, 9, 10, 2-17**

**Dotyczy Część nr 1 – Nosze główne:**

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze Clinic Extero wyposażone w system składanego podwozia z podwójnym skokiem blokady umożliwiające pełną kontrolę nad załadunkiem?

**Odpowiedź na pytanie nr 1: TAK**, ale tylko jeżeli będą przystosowane do współpracy z systemem mocowania opisanym w pkt. 11.3 załącznika nr 1d do SWZ, dla części nr 1 zamówienia.

**Dotyczy Część nr 7 – Respirator transportowy**

2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający oczekuje aby dostarczony respirator transportowy wyposażony był w nieładowną baterię umożliwiającą pracę jako respirator transportowy ok. 2 lat?

**Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy Część nr 9 - Ssak elektryczny:**

3. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści ssak przenośny model Accuvac Lite o wadze ok. 5,3 kg, bez torby na akcesoria, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź na pytanie nr 3: NIE**

**Dotyczy Część 10 - Krzeselko kardiologiczne z systemem schodowym.**

4. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzeselko kardiologiczne firmy Medirol model Rolman z systemem płozowym o poniższych parametrach:

- Przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach,
- Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach
- Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, siedzisko i oparcie szybko demontowane
- Nośność krzeselka 180 kg
- Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość)
- Wymiar kół przednich 75 mm, tylne 175 mm
- Przednie koła skrętne
- Hamulec na kołach przednich,
- Tylne uchwyty regulowany na 3 poziomach
- Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzeselka
- Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednym poziomie



INSTYTUCJA  
WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

# Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14  
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300  
<http://www.kpr.med.pl>  
e-mail: [pogotowie@kpr.med.pl](mailto:pogotowie@kpr.med.pl)

- 3 pasy bezpieczeństwa
- Powłoka ochronna łatwe do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne
- Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu
- Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzeselka
- Waga bez akcesoriów ok 13 kg

**Odpowiedź na pytanie nr 4: TAK**

**Dotyczy części 2-17.**

5. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy dla sprzętu medycznego z 50 do 60 dni? Aktualna sytuacja związana z przerwaniem łańcuchów dostaw oraz wojną na Ukrainie powoduje wydłużenie czasu oczekiwania na urządzenia medyczne.

**Odpowiedź na pytanie nr 5: TAK**

6. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy zgodzi się na wydłużenie terminu serwisu z 7 do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta?

**Odpowiedź na pytanie nr 6: TAK**

7. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy zgodzi się na zmianę kar umownych ze 100 zł na 0,1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki? Aktualnie określona kara jest niewspółmiernie wysoka do wartości zamówienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w tym zakresie.**

**Wszystkie zmiany wynikłe z powyższych odpowiedzi należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych  
*Marek Maślerz*