



**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi**

ul. Północna 42
91-425 Łódź

(42) 63 41 100 – Centrala
(42) 63 41 270 – dział
zamówień Publicznych

www.szpital.lodz.pl
zamowienia@zozmswloz.pl

Łódź, 18 marca 2022 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do rehabilitacji onkologicznej- numer sprawy: 6/D/22.

Zamawiający, **SP ZOZ MSWiA w Łodzi**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 dotyczy pakiet 3, pkt 35

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr z obciążeniem w zakresie 15-1100 W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cykloergometr z obciążeniem w zakresie 15-1100 W.

Pytanie 2 dotyczy pakiet 3, pkt 37

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr ze zwiększonym obciążeniem w krokach co 5 W?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza cykloergometru ze zwiększonym obciążeniem w krokach co 5 W. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 dotyczy pakiet 3, pkt 42

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiającego chodziło, o klawiaturę w postaci przycisków na panelu kontrolnym, umożliwiających obsługę cykloergometru?

Odpowiedź: Zamawiającemu chodziło o klawiaturę w postaci przycisków.

Pytanie 4 dotyczy pakiet 3, pkt 43

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr z diodami LED, sygnalizującymi pacjentowi czy powinien zwiększyć lub zmniejszyć intensywność treningu i ułatwiający kontrolę treningu przez pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cykloergometr z diodami LED, sygnalizującymi pacjentowi czy powinien zwiększyć lub zmniejszyć intensywność treningu i ułatwiający kontrolę treningu przez pacjenta.

Pytanie 5 dotyczy pakiet 3, pkt 45

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr bez możliwości rozbudowy o dwukanałowy zapis EKG?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza cykloergometru bez możliwości rozbudowy o dwukanałowy zapis EKG. Zgodnie z SWZ.



Pytanie 6 dotyczy pakiet 3, pkt 46

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr z oscylacyjną metodą automatycznego pomiaru ciśnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza cykloergometru z oscylacyjną metodą automatycznego pomiaru ciśnienia. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 dotyczy pakiet 3, pkt 48

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr bez możliwości rozbudowy o komunikację Wi-Fi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza cykloergometru bez możliwości rozbudowy o komunikację Wi-Fi. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8 dotyczy pakiet 3, pkt 48

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr bez możliwości rozbudowy o komunikację Wi-Fi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza cykloergometru bez możliwości rozbudowy o komunikację Wi-Fi. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9 dotyczy, pakiet 3, pkt 49

Czy zamawiający dopuści zestaw bez stanowiska z 12 kanałowym modulem EKG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw bez stanowiska z 12 kanałowym modulem EKG, pozostałe parametry zgodne z SWZ..

Pytanie 10 dotyczy, pakiet 3, pkt 50

Czy zamawiający dopuści moduł ekg wyposażony w ładowalny akumulator o pojemności 350 mAh?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza moduł EKG wyposażony w ładowalny akumulator o pojemności 350mAh, pozostałe parametry zgodnie z SWZ..

Pytanie 11 dotyczy pakiet 3, cykloergometr

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr o parametrach zawartych w poniższej tabeli?

1	Regulacja siedziska dla pacjenta o wzroście 120 – 210 cm
2	Maksymalna waga pacjenta: 200kg
3	Niezależne od prędkości obciążenie od 15 do 1100 Watt
4	Regulacja pochylecia kierownicy: kąt 360°
5	Stabilna podstawa cykloergometru
6	Zasilanie: 230V, 50/60 Hz
7	Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych
8	Cyfrowy wyświetlacz
9	Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238
10	Zakres prędkości obrotowej: 20-130 rpm
11	Panel kontrolny z 5 przyciskami
13	Dodatkowy wyświetlacz LED dla pacjenta
14	Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego)
15	Wymiary ergometru 128 x 62 x 146 cm
16	Parametry wyświetlane na wyświetlaczu WATT, RPM, TIME
17	Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzącym od tego samego producenta
18	Waga ergometru ok 65 kg
19	Funkcja sterowania siodełkiem dla wygodnego wsiadania przez pacjentów ortopedycznych
20	Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą
21	Ergometr wyposażony w elektryczną regulację wysokości siodełka
22	Ergometr napędzany paskiem zapewniającym cichą pracę
23	Panel (wyświetlacz) ergometru obracany o 180°
24	Wbudowany moduł automatycznego pomiaru ciśnienia oraz SpO2

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza cykloergometru o parametrach zawartych w powyższej tabeli. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12 dotyczy pakiet 3, pkt 51

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr be możliwości zapisu sygnału EKG w platformie kardiologicznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cykloergometr be możliwości zapisu sygnału EKG w platformie kardiologicznej, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 13 dotyczy pakiet 3, pkt 52

Czy Zamawiający dopuści zestaw komputerowy z drukarka monochromatyczną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw komputerowy z drukarką monochromatyczną, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w Łodzi
dr n. med. Robert Starzec, MBA