

PAKIET 3

LP.	WYMAGANE PARAMETRY
I.	Dermatoskop
1.	Powiększenie: 1) do co najmniej 10x 2) bezstopniowa regulacja
2.	Oświetlenie: 1) białe diody LED – co najmniej 6 szt. 2) natężenie co najmniej 10.000 lx 3) współczynnik oddawania barw CRI co najmniej 94 4) regulacja jasności oświetlenia
3.	Płytką kontaktowa ze skalą milimetrową
4.	Zasilanie bateryjne
5.	Okres gwarancji min. 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego