



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: [zaopatrzenie-pm@elk.com.pl](mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl)  
e-mail: [przetargi@promedica.elk.pl](mailto:przetargi@promedica.elk.pl)  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

**Odpowiedź na Zapytanie 1**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Znak: P-M/DZZP/3050/23**

**Data: 02.08.2023r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na Zakup zestawu laparoskopowego wraz z montażem i uruchomieniem na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak sprawy: 2851/2023 w ramach realizacji projektu pn. „Doposażenie Szpitala „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Celem wzmocnienia systemu ochrony zdrowia” RPWM.13.02.00-28-0018/22-00 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

**Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:**

***PYTANIE nr 1***

1. Pytanie do pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poniższego asortymentu:

Wielospecjalistyczny sterownik kamery obsługujący technologię 4K, 3D i obrazowanie ICG.

Obrazowanie w technologii 3D oraz z użyciem bliskiej podczerwieni (NIR) bez konieczności aktualizacji oprogramowania.

Możliwość obrazowania w trybach wizualizacji wykorzystujących cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego, w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia (SPECTRA)

Tryby obrazowania SPECTRA A, SPECTRA B, CLARA, CHROMA

Tryby obrazowania w podczerwieni – monochromatyczny, nakładanie, mapa intensywności?

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.***

***PYTANIE nr 2***

2. Pytanie do pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika kamery obsługującego funkcję obrazowania w podczerwieni bez konieczności aktualizacji oprogramowania?

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.***

***PYTANIE nr 3***

3. Pytanie do pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie źródła światła LED wyposażonego w tryb światła

białego i tryby światła w bliskiej podczerwieni (NIR) przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z wykorzystaniem ICG? Ponadto źródło światła skomunikowe jest ze sterownikiem kamery w celu zmiany ustawień i trybów pracy przez przyciski kamery.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE nr 4**

4. Pytanie do pkt. 8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 2 szt. wielorazowych, autoklawowalnych drenów do insuflatora?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania 2x zestawów drenów wielorazowych do insuflacji. Modyfikacja nr 1 z dn. 02.08.2023 r. Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.**

**PYTANIE nr 5**

5. Pytanie do pkt. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów z filtrem do ewakuacji dymu z pola operacyjnego przez trokar, jednorazowego użytku, sterylnego, 50 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE nr 6**

6. Pytanie do pkt. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie optyk laparoskopowych typu Hopkins umożliwiających obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalnych, z umieszczonym na obudowie optyki oznakowaniem kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowaniem średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu - 2 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE nr 7**

7. Pytanie do pkt. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie optyk laparoskopowych typu Hopkins, śr. 10 mm, długość 42 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalnych, wyposażonych w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanych kodem DATA MATRIX – 2 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE nr 8**

8. Pytanie do pkt. 14

Czy w związku z wymogiem dostarczenia 4 optyk laparoskopowych Zamawiający wymaga również dostarczenia 4 szt. światłowodów?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga 3 szt. światłowodów kompatybilnych ze źródłem światła 3m. Modyfikacja nr 1 z dn. 02.08.2023 r. Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.**

**PYTANIE nr 9**

9. Pytanie do pkt 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie laparoskopowej pompy z funkcją płukania lub odsysania, z oprogramowaniem do chirurgii laparoskopowej, z płukaniem w zakresie przepływu od 100 – 2500 ml/min.?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE nr 10**

10. Pytanie do pkt 16

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 2 wielorazowych drenów płuczających do pompy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**



**PYTANIE nr 11**

11. Pytania do SWZ

Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat od momentu instalacji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE nr 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytu głowicy kamery mocowanego do szyny sprzętowej, który nie podlega ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla którego stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyyczny)?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE nr 13**

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych i destabilizacją związaną z wojną, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 70 dni od daty zawarcia umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE nr 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zdania pierwszego §5 Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu ust. 9 na następujące brzmienie: „9. Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze (pon-pt) od zgłoszenia do usunięcia awarii lub wady przedmiotu umowy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych (pon-pt) od zgłoszenia”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***

