



**WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W BYDGOSZCZY**

Znak sprawy: EZP.272.38.2022
Egz. Nr 1

Bydgoszcz, dnia 14.11.2022 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
(odpowiedzi na pytania Wykonawców)

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów pomocniczych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, wpłynęły pytania Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia (swz) o następującej treści:

Pytanie nr 1

„Dotyczy części 18, l.p. 8.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje kolby miarowe oranżowe, ze skalą naniesioną farbą dyfuzyjną. Farba dyfuzyjna jest farbą brązową i żaden z producentów szkła laboratoryjnego nie ma w ofercie kolb oranżowych ze skalą brązową. Standardową skalą w kolbach oranżowych jest skala biała. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolb oranżowych ze skalą białą?“

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

„Dotyczy części 18, l.p. 14.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje kolby miarowe 3ml, ze skalą naniesioną farbą dyfuzyjną. Farba dyfuzyjna jest farbą brązową i żaden z producentów szkła laboratoryjnego nie ma w ofercie kolb trapezowych 3ml ze skalą brązową. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolb miarowych 3ml ze skalą niebieską?“

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

„Dotyczy części 18 l.p.7-14.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolb miarowych z naniesioną skalą niebieską lub białą, które nie są wtapiane w szkło?“

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy swz bez zmian.

Pytanie nr 4

„Dotyczy: umowy: Czy dostawa w ramach konkretnych pakietów odbywać się będzie jednorazowo?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 5

„Dotyczy: Część 5, poz. 1-2: Czy końcówki mają być pakowane w worki?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa preferowanego typu opakowania – dopuszcza się zarówno pakowanie w worki, jak i w raki.

Pytanie nr 6

„Dotyczy: Część 5, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane w op. po 250 sztuk?”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy swz bez zmian.

Pytanie nr 7

„Dotyczy: Część 9: Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu poz. 1 oraz 2? Prośbę swą motywujemy tym iż produkty te posiadają odmienną specyfikację od pozostałych. Poz. 1 i 2 to produkty szklane, natomiast pozostała część tego Pakietu to produkty plastikowe. Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności tegoż postępowania”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy swz bez zmian.

Pytanie nr 8

„Dotyczy: Część 10, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści produkt o tej samej specyfice ale odpornym na wirowanie do 12000g?”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy swz bez zmian.

Pytanie nr 9

„Dotyczy: Część 10, poz. 5-8: Czy Zamawiający dopuści końcówki o takiej samej specyfice jak wymagane z pojedynczym filtrem?”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy swz bez zmian.

Pytanie nr 10

„Dotyczy: Część 16, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany w op. jednostkowym po 10 szt?”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy swz bez zmian.

Pytanie nr 11

„Dotyczy: Część 17, poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści produkty pakowane w op. jednostkowym po 25 sztuk, opakowaniu zbiorczym 1000 sztuk?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12

„Dotyczy: Część 17, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści produkt mający 162 mm?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13

„Dotyczy: Część 27, poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści produkty o tej samej specyfice, jednakże odporne na wirowania co najmniej do 12000xg?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji
Sanitarно-Epidemiologicznej
w Bydgoszczy
(podpis nieczytelny)
Wojciech KOPER

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/>
2. a/a