

wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 21.03.2024
EZ/27/2024/198

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 27/2024

dotyczy: **Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Patologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, ceny jednostkowe powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 2

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 ust. 1-3 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację Opisu Przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 2 do SWZ poprzez dodanie „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmodyfikowany, uzupełniony o „numer katalogowy” oferowanego asortymentu Opis Przedmiotu Zamówienia jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakiet 3, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafek do archiwizacji szkiełek o wymiarach zgodnych z katalogiem producenta, tj.:

Wymiary modułu 485 mm x 480 mm (szer. x gł.);

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

Wysokość modułu szkiełek 146 mm;
Wymiary przykrywki: 485 x 480 x 26 mm;
Wymiary podstawy: 485 x 480 x 76 mm.
Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 5 dotyczy: Pakiet 6, Poz.2 (B)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 200 ml (wysokość 79 mm, śr. dolna 60 mm, górna 60 mm). Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 dotyczy: Pakiet 6, Poz.2 (B)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 366 ml (wysokość 82,8 mm, śr. dolna 74 mm, górna 94 mm) zamykanych „na wcisk”. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 dotyczy: Pakiet 6, Poz.3 (C)

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o poj. 520 ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 dotyczy: Pakiet 6, Poz.4 (D)

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o poj. 1200ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 dotyczy: Pakiet 6, Poz.5 (E)

Prosimy o dopuszczenie pojemnika prostokątnego o wymiarach dł. 285mm x szer. 197mm x wys. 119mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dotyczy: Pakiet 6, Poz.6 (F)

Prosimy o dopuszczenie pojemnika prostokątnego o wymiarach dł. 371mm x szer. 239mm x wys. 208mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Pyt. dot. PAKIET NR 4:

Poz. 1 - 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek sterylnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga probówek sterylnych.

Poz. 3: Czy probówki mają mieć skalę do 1 ml czy do 3 ml?


Odpowiedź: Zamawiający wymaga skalowania do 3 ml co 0,5ml.

Z poważaniem,

wz. Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych


mgr inż. Tadeusz Krzymański

Opracował: Tatiana Malinowska, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 88 50 911, zaopatrzenie@wco.pl

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider