



uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 235/2024/PN/DZP pt. „Dostawa aparatury medycznej - weterynaryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI_4

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Dotyczy: Monitor funkcji życiowych pacjenta

Pytanie 1

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga jednoczesnego pomiaru i prezentacji na ekranie kardiomonitora tlenu i minimum dwóch środków anestetycznych z parametrem MAC ?

Odpowiedź:

TAK, wymagamy jednoczesnego pomiaru i prezentacji na ekranie kardiomonitora tlenu i minimum dwóch środków anestetycznych z parametrem MAC.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zestaw startowy w którego skład wchodzi:

- przewód EKG- 1szt.
- wielorazowy czujnik saturacji- 1szt
- adapter wielorazowy do czujnika saturacji w dwóch rozmiarach- 2szt
- mankiet wielorazowy mały i średni- 2szt
- przewód do mankietów wielorazowych- 1szt
- mankiet jednopacjentowy różne rozmiary – 10szt.
- przewód do mankietów jednopacjentowych- 1szt
- linia do pomiaru gazów- 5szt.
- pułapka wodna – 1szt
- elektrody do MR 25szt.
- ładowarka do akumulatorów- 1szt



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgadza się na zestaw.

Pytanie 3

Czy ze względu na specyfikę zabiegów Zamawiający będzie wymagał dostarczenia adapterów wielorazowych do czujnika saturacji typu klips w dwóch rozmiarach?

Odpowiedź:

Tak, będzie wymagane dostarczenie adapterów wielorazowych do czujnika saturacji typu klips w dwóch rozmiarach.

Łączę wyrazy szacunku

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:

Anna Opalach

Tel. 89/524 52 39

e-mail:anna.opalach@uwm.edu.pl

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl

fax (89) 523 43 66

www.uwm.edu.pl