

**Wszyscy Wykonawcy
/ Platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-6/23 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę z wniesieniem i instalacją wyposażenia Szpitala oraz systemu monitorowania pacjenta wraz z przeszkoleniem personelu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK).**

I. W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Dotyczy I. Pakiet 6: Defibrylatory typ B na Oddział Intensywnej Terapii, Sale Pooperacyjne przy Oddziałach, Blok Operacyjny i Chirurgię 1-dnia – 19 x sztuk

Pytanie 4

Ad 2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator wyposażony w możliwość szybkiej zmiany kategorii pacjenta dorosły/dziecko/norodek za pomocą pokrętkła sterującego bez konieczności otwierania menu ustawień? Kategorię pacjenta zmienia się bezpośrednio z okna kategorii pacjenta, który dostępny jest na ekranie głównym defibrylatora.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 5

Ad 5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator wyposażony w min. 21 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 360J oraz ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ.

Pytanie 6

Ad 6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator wyposażony w możliwość wyboru energii defibrylacji: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,50,70,100,150,170,200,300,360J ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ.

Pytanie 7

Ad. 14. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator wyposażony w ustawianie poziomów energii przy pomocy dedykowanych przycisków plus, minus (+/-) umieszczonych na płycie czołowej (przedniej) defibrylatora oraz na łyżkach do defibrylacji? Wartości wybranych energii wyświetlane są na ekranie defibrylatora.

Proponowany defibrylator posiada inną konstrukcyjnie metodę wyboru poziomu energii z możliwością ustawienia domyślnych energii dla każdej kategorii pacjenta po wyłączeniu trybu defibrylacji ręcznej.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 8

Ad. 16. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator wyposażony w ustawianie poziomów energii przy pomocy dedykowanych przycisków plus, minus (+/-) umieszczonych na płycie czołowej (przedniej) defibrylatora



oraz na łyżkach do defibrylacji przed defibrylacją? Proponowany defibrylator posiada inną konstrukcyjnie metodę zmiany poziomu energii.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 9

Ad. 28. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator wyposażony w tryb kardiowersji bez dostępnych komunikatów. Procedura kardiowersji jest rutynowa i prosta w wykonaniu, równoważna z procedurą defibrylacji i każdy lekarz posiada wiedzę jak ją przeprowadzić.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ. Defibrylatory będą wykorzystywane na obszarach, gdzie kardiowersję przeprowadza się rzadziej i komunikaty ułatwiają pracę. Ponadto komunikaty są pomocne w szkoleniu studentów.

Pytanie 10

Ad. 33. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator wyposażony w możliwość szybkiej zmiany kategorii pacjenta dorosły/dziecko/norodek za pomocą pokrętła sterującego z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach pracy oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 11

Ad. 44. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator wyposażony w pomiar częstości akcji serca we wszystkich trybach defibrylatora w zakresie min. 15 – 300 uderzeń na minutę dla osoby dorosłej oraz dziecka/niemowlęcia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ.

Pytanie 12

Ad. 52. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator wyposażony w prezentację 3 krzywych dynamicznych w tym 1 lub 2 krzywych ekg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ.

Pytanie 13

Ad. 59. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator wyposażony w możliwość wyboru częstości stymulacji w wymaganym zakresie ze skokiem 5mA?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ.

Pytanie 14

Ad. 60. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator wyposażony w tryb stymulacji bez dostępnych komunikatów. Procedura stymulacji jest rutynowa i prosta w wykonaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ. Defibrylatory będą wykorzystywane na obszarach, gdzie stymulację przeprowadza się rzadziej i komunikaty ułatwiają pracę. Ponadto komunikaty są pomocne w szkoleniu studentów.

Pytanie 15

Ad. 82. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator wyposażony w akumulator z czasem ładowania do 100% pojemności poniżej 4 godzin?

Odpowiedź:



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 16

Ad. 87. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator odporny na kurz i zalanie cieczą z klasą szczelności w trybie pracy akumulatorowej: IP44 oraz w trybie pracy zasilania z sieci elektrycznej: IP41 ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ.

Pytanie 17

Ad. 87. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator w którym krytyczne podzespoły urządzenia testowane są automatycznie raz na dobę oraz po każdym włączeniu urządzenia? Pełny test automatycznie wykonywany jest raz w tygodniu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ.

Dotyczy: Zakres zamówienia objęty prawem opcji – Aparat do znieczulenia dla Pracowni Endoskopii i Oddziału Chirurgii 1-dnia – 8 x sztuk

Pytanie 18

Ad 11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z przepływomierzem awaryjnym O2 o przepływie O2 min. 10 l/min z możliwością wentylacji w trybie ręcznym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ.

Pytanie 19

Ad 25. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania wyposażony w tryb wentylacji z gwarantowaną objętością typu PCV-VG jako tryb równoważny do opisanego?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 20

Ad 34. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania wyposażony w pauze w przepływie gazów minimum do 2 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ.

Pytanie 21

Ad. 61. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z co najmniej trzema konfiguracjami ekranu w zależności od rodzaju pacjenta lub możliwość umieszczenia dowolnej ilości własnych konfiguracji ekranu na zewnętrznych nośnikach typu USB?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ.

Pytanie 22

Ad. 69. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z prezentacją wartości ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na panelu przednim aparatu? Proponowane rozwiązanie umożliwia kontrolę ciśnień nawet przy wyłączonym aparacie.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Pytanie 23

Ad. 83. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z ekonomicznym respiratorem z napędem pneumatycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ.

dot. Kardiomonitor do aparatu do znieczulenia (Zamawiający w nawiasie wskazuje punkty, które w jego ocenie są poprawne)

Pytanie 24

Ad. 70. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor wyposażony w trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów z 10 dni z możliwością przeglądania z rozdzielczością 1 minuty, w tym z ostatniej godziny z rozdzielczością 5 sekund?

Odpowiedź:

(Pkt. 8 OPZ część dot. kardiomonitora) Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ.

Pytanie 25

Ad. 71. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor wyposażony w funkcję zapamiętywania krzywych dynamicznych z 48 godzin?

Odpowiedź:

(Pkt. 9 OPZ część dot. kardiomonitora) Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ.

Pytanie 26

Ad. 89. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor wyposażony w funkcję przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru minimum dwóch ciśnień?

Odpowiedź:

(Pkt. 27 OPZ część dot. kardiomonitora) TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 27

Ad. 92. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez funkcji możliwości pomiarów gazowych? Pomiaru te przeprowadzane są standardowo w module aparatu do znieczulania.

Odpowiedź:

(Pkt. 30 OPZ część dot. kardiomonitora) TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pakiet 7: Respiratory transportowo-stacjonarne i respiratory stacjonarne typ B na potrzeby różnych Oddziałów Szpitala Klinicznego.

Pytanie 28

Pkt. 90, 80. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania wentylacji w pełni automatycznej w zamkniętej pętli oddechowej opartej na odczytach z czujników CO₂ i SpO₂, IBW, mechanice płuc pacjenta, aktywności i wymogu dostarczenia 10 adapterów do czujnika CO₂ w zamian na możliwość rozbudowy o w/w funkcję wraz z adapterami?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pkt. 90 i zmienia treść pkt. 80 OPZ Pakietu 7 litera A.

Było pkt. 80:



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Wentylacja w pełni automatyczna w zamkniętej pętli oddechowej oparta na odczytach z czujników CO₂ i SpO₂, IBW, mechanice płuc pacjenta, aktywności.

Poprawiono na:

Możliwość rozbudowy o wentylację w pełni automatyczną w zamkniętej pętli oddechowej oparta na odczytach z czujników CO₂ i SpO₂, IBW, mechanice płuc pacjenta, aktywności.

II. Jednocześnie na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 3 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) w następujący sposób:

- a) W rozdziale II. Zakres zamówienia objęty prawem opcji – Aparat do znieczulenia dla Pracowni Endoskopii i Oddziału Chirurgii 1-dnia – 8 x sztuk

UWAGA!!!Zamawiający poprawia numerację w części dotyczącej „kardiomonitora do aparatu do znieczulenia”

1. Pkt. 27 OPZ część dot. kardiomonitora do aparatu do znieczulenia(zgodnie z poprawioną numeracją)

BYŁO:

Kardiomonitor wyposażony w funkcję przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru minimum trzech ciśnień.

Zmieniono na:

Kardiomonitor wyposażony w funkcję przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru minimum dwóch ciśnień

2. Wykreśla Pkt. 30 OPZ część dot. kardiomonitora do aparatu do znieczulenia(zgodnie z poprawioną numeracją)

- b) Pakiet 7: Respiratory transportowo-stacjonarne i respiratory stacjonarne typ B na potrzeby różnych Oddziałów Szpitala Klinicznego litera A.

- Zamawiający wykreśla pkt. 90
- zmienia treść pkt. 80:

Było:

Wentylacja w pełni automatyczna w zamkniętej pętli oddechowej oparta na odczytach z czujników CO₂ i SpO₂, IBW, mechanice płuc pacjenta, aktywności.

Zmieniono na:

Możliwość rozbudowy o wentylację w pełni automatyczną w zamkniętej pętli oddechowej oparta na odczytach z czujników CO₂ i SpO₂, IBW, mechanice płuc pacjenta, aktywności.



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Zmieniony, aktualny dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma. Złożenie nieaktualnego załącznika nr 3 do SWZ spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Opracował: Wojciech Cyż
nr tel. (61) 854-62-35
e-mail: dzp@ump.edu.pl