



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 23.09.2019r.

DZPZ-530-Zp/46/PN-44/19


Wykonawcy – wszyscy

**Dotyczy: „Dostawa materiałów medycznych, modułu IBP, narzędzie do endoskopii”
- Zp/46/PN-44/19**

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

1. Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 5

Prosimy o dopuszczenie zestawu drenażowego z drenem długości 35 cm z możliwością docięcia (obecnie wymagana długość 30cm) światła drenu 1,5mm (zgodnie z SWIZ) przy średnicy zewnętrznej 2,8mm (wymagane 3,0mm) z 16 otworami drenażowymi w końcu dystalnym (wymagane 20) i komorą kroplową 120 ml (wymagane 100ml) oraz workiem drenażowym 700 ml z odpływem (zgodnie z SIWZ).



Odp. Zamawiający dopuszcza.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742





Pytanie 2 - dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający wymaga zestawu do drenażu komorowego z możliwością wyboru zestawu z drenem:

- o zwiększonym świetle wewnętrznym w zestawie (średnica wew. 2,6mm, średnica zewnętrzna 4,9mm) umożliwiającym drenaż krwistego płynu mózgowo – rdzeniowego bez zatykania drenu, wykonany z przezroczystego materiału umożliwiającym podgląd drenowanego płynu, w zestawie ze sztyltem wprowadzającym oraz łącznikiem luer,
- standardowym drenem w zestawie długości 35 cm z możliwością docięcia, świetle drenu 1,5mm (zgodnie z SWIZ) przy średnicy zewnętrznej 2,8mm,

na etapie składania zamówienia.



Odp. Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.



3. Pytanie 3 - dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu zewnętrznego komorowy o następujących parametrach:

Dren komorowy długość 35 cm, średnica zewnętrzna 2,7 mm, dren łączący 150 cm, komora kroplowa 75 ml, worek 500 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Komora kroplowa i worek o zbyt małej objętości.

4. Pytanie 4 - dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów (oraz adekwatnych ładunków) w rozmiarze 80mm, załadowanych ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) lub grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Zszywki o przekroju obłym, przyjmujące po zamknięciu kształt litery B. Nóż zintegrowany z ładunkiem.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wymagany rozmiar sztaplera: 75 mm, wysokość zszywek tkanki pośredniej 1,8 mm po zamknięciu.

5. Pytanie 6 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 20 x 30cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Pytanie 7 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45 x 55cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Pytanie 8 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56 x 84cm?


Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymagany rozmiar: 60 x 85 cm.

8. Pytanie 9 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56 x 84cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymagany rozmiar: 90 x 60 cm.





SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



9. Pytanie 10 – dotyczy pakietu nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności 120ml, skalowany do 100ml?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. Pytanie 11 – dotyczy pakietu nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny pojemnik na mocz o pojemności 120ml, skalowany do 100ml, w opakowaniu folia?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742