

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Pajęczański

ul. Kościuszki 76

98-330 Pajęczno



Pajęczno, dnia 19.07.2021 r.

ZPI.272.6.2021

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: *postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym art. 275 pkt.1 na zadanie pn: „Doposażenie w sprzęt medyczny ośrodka rehabilitacji dziennej, zakładu opiekuńczo- leczniczego, oddziału chorób wewnętrznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych w SP ZOZ w Pajęcznie”*

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ MODYFIKACJA

Zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień do SWZ oraz modyfikuje SWZ.

Pytania i odpowiedzi dotyczą pakietu Nr 1- Zestaw do ośrodka rehabilitacji dziennej:

- aparat do elektroterapii, ultradźwięków, laseroterapii – 1 komplet;

1. Czy Zamawiający dopuści aparat o parametrach dla ultradźwięków:

- częstotliwość pracy: 1 MHz, 3 MHz oraz zmienne (auto 1/3 MHz);

- częstotliwość w trybie pulsacyjnym 10 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści aparat o parametrach dla laseroterapii:

- regulacja mocy płynnie w zakresie 0,1 – 99,0 J/cm² i współczynnik wypełnienia 10-90%;

- częstotliwość trybu impulsowego: 1-10 000 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy zamawiający dopuści aparat o wyposażeniu:

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Pajęczański

ul. Kościuszki 76

98-330 Pajęczno

- głowica ultradźwiękowa 5 cm²;

- sonda do laseroterapii o mocy 400 mW i długości fali 830 nm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania i odpowiedzi dotyczą pakietu Nr 1- Zestaw do ośrodka rehabilitacji dziennej:

- zestaw do laseroterapii – 1 komplet

1. Czy zamawiający dopuści aparat o parametrach dla laseroterapii:

- regulacja mocy płynnie w zakresie 0,1-99,0 J/cm² i współczynnik wypełnienia 10-90%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy zamawiający dopuści aparat o parametrach dla laseroterapii:

- częstotliwość trybu impulsowego: 1 -10 000 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy zamawiający dopuści aparat o długości fali sondy prysznicowej 830 nm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy zamawiający dopuści aparat o wyposażeniu z urządzeniem:

- sonda prysznicowa R+IR 4x50mW/685 nm, 4x200 mW/830 nm, 13x16 mW ze statywem;

- okulary ochronne – 2 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

STAROSTA
Zbigniew Gajęcki
Zbigniew Gajęcki