



Toszek, 11.06.2024 r.

dotyczy: *postępowania nr 21/DEG/AC/2024 na Świadczenie usług serwisu aparatu RTG Multi Fusion Digital Wireless w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku*

Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie treści przedmiotu zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytania z dnia 06.06.2024 r.**

#### **Pytanie 1**

Pytanie dot. Zaproszenia do złożenia oferty, pkt 6

Z uwagi na informacje podane przez producenta aparatu, o braku gwarancji pełnej dostępności detektorów do aparatów Multix Fusion prosimy o odpowiedź, czy zgodzą się Państwo na umieszczenie w treści umowy akapitu:

„W przypadku braku dostępności u producenta części zamiennych do aparatu Multix Fusion Digital Wireless z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca poinformuje o tym fakcie w formie pisemnej i wykaże przyczynę braku części zamiennych. Wykazanie braku części zamiennych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy może stanowić podstawę do rozwiązania umowy w części niemożliwej do wykonania tj. części dotkniętej brakiem dostępności u producenta części zamiennych. Zamawiający nie będzie posiadał ani dochodził żadnych roszczeń odszkodowawczych oraz nie będzie uprawniony do naliczenia kar umownych.”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zapisu. Tym samym zmianie ulegają zapisy zaproszenia do złożenia oferty.