

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40- 007 Katowice
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, 15.12.2023 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
nr sprawy: DZP.382.1.100.2023

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej progu unijnego (poniżej 215 000 euro) pn.: „Dostawa krzesel ewakuacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z montażem – 10 szt.”, nr sprawy DZP.382.1.100.2023.

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Kierujemy zapytanie do pozycji krzesła ewakuacyjne. Zamawiający w OPZ zawarł zapis Konstrukcja aluminiowa, waga max 13 kg, Składana tylna oś. Zawarty opis jest sprzeczny z zawartym pozostałym opisem przedmiotu zamówienia. Krzesła ewakuacyjne z możliwością jazdy w dół i w górę nie posiadają składanej tylnej osi jak również ich masa jest wyższa ,ponieważ mają utrzymać użytkownika w obu kierunkach tak jak oczekuje Zamawiający. Wózki o składanej tylnej osi i wadze do 13 kg posiadają krzesła, które mają możliwość jazdy tylko w dół. Proszę o wykreślenie błędnej informacji o tylnej osi i zwiększenie wagi krzesła do min 15 kg . Pozostały zapis zgodnie z OPZ.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ – Załącznika nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia), poprzez:

- wykreślenie parametru: „*Składana tylna oś*”

oraz

- zmianę parametru: „*waga max 13 kg (bez obciążenia)*” na: „*waga max 15 kg (bez obciążenia)*”.

W związku z powyższą zmianą, Zamawiający przekazuje w załączeniu nowy Załącznik nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia), uwzględniający zmianę.

Ponadto, działając w oparciu o art. 286 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Rozdz. X ust. 1 SWZ (Termin złożenia oferty) otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **21.12.2023r., do godziny: 11:00**. Oferty złożone po terminie będą podlegać odrzuceniu na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 1.

Rozdz. XI ust. 1 SWZ (Termin otwarcia ofert), otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **21.12.2023r., o godz. 11:15;**

Rozdz. XII ust. 1 (Określenie terminu związania ofertą), otrzymuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia **19.01.2024 r.**

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego komisji przetargowej

Przewodniczący komisji przetargowej:

.....

.....