



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC
WE WROCŁAWIU
53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295
strona internetowa: www.dcchp.pl
e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. ...*[Signature]*

Wrocław, 30.05.2019 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ - sprawa BZP.3810.12.2019.TP

Przedmiot zamówienia: Zakup- szafy do suszenia i przechowywania endoskopów-1sztuka.

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SIWZ:

Część I

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca rozpatrzy reklamacje ilościowe w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.”

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej Wykonawca dokonuje wymiany towaru na towar wolny od wad zgodny z zamówieniem, w terminie 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji.”

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W razie niedostarczenia partii towaru przez Wykonawcę w umówionym terminie lub w ilości mniejszej niż zamówiona, Zamawiający może zakupić te towary od innego podmiotu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Wykonawca pokrywa różnicę między ceną jednostkową towaru zakupionego u innego Wykonawcy, a ceną jednostkową towaru określoną w załączniku nr 1 do umowy. W razie dostawy dokonanej za pośrednictwem przewoźników(np. poczta, itp.) Wykonawca oznacza fakturę numerem niniejszej umowy i dołącza ją do paczki.”

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Strony zastrzegają możliwość zmiany ceny jednostkowej brutto towaru w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.”

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SIWZ. Wzór umowy przewiduje zmianę stawki VAT, a zatem zmianę ceny brutto.

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1 a, b, c

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Część III

Pytanie nr 1 - pakiet nr 4, poz. 1

W związku z tym, że jednorazowe igły aspiracyjne do biopsji klasycznej zmian obwodowych sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych po 4 sztuki czy Zamawiający dopuści zwiększenie wymaganej ilości do 48 sztuk lub zmniejszenie do 44 sztuk? Prosimy o podanie wymaganej ilości.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę i koryguje ilości w zał. asort-cenowym.

Pytanie nr 2 - pakiet nr 4, poz. 2

W związku z tym, że strzykawki z zaworem odcinającym do pobierania biopsji sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych po 25 sztuk czy Zamawiający dopuści zwiększenie wymaganej ilości do 50 sztuk (2 opakowania handlowe)?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę i koryguje ilości w zał. asort-cenowym.

W związku z odpowiedziami na pytania do SIWZ, Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz wnoszenia wadium, poniżej nowy terminarz.

1. Składanie ofert elektronicznych na platformie <http://platformazakupowa.pl/pn/dcchp> do dnia **21.06.2019 roku do godziny 11:30**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.06.2019r. r., o godzinie 12.00**
3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie Załączników (Ofert). <http://platformazakupowa.pl/pn/dcchp>

DYREKTOR CENTRUM

Andrzej Woźny



