



# Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 21.09.2023 r.

## Do wszystkich Uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej progu**, którego przedmiotem jest dostawa, **nr ogłoszenia 2023/S 160-506165 z dnia 22.08.2023 r.**

### Znak sprawy – PN-62/2023 – dostawę wyrobów medycznych (anestezjologicznych)

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Pytanie 1

Dot. Pakietu 23

Czy Zamawiający w pakiecie 23 pozycji 1 dopuści opuści cewnik do naczyń centralnych jednoświatłowy 14G długość 20cm, zestaw zawiera : igłę punkcyjną 16G/7 cm, prowadnicę z oznaczeniami głębokości w "J", strzykawka 5cm, cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka , znaczniki RTG, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz połączenia typu L-L i cewnik do naczyń centralnych jednoświatłowy 16G długość 20cm, zestaw zawiera : igłę punkcyjną 17G/7 cm, prowadnicę z oznaczeniami głębokości w "J", strzykawka 5cm, cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka , znaczniki RTG, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz, połączenia typu L-L?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### Pytanie 2

Dot. Pakietu 23

Czy Zamawiający w pakiecie 23 pozycji 2 dopuści trzykanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 14 G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : Cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm z systemem ograniczającym wypływ krwi, nitinolowy pokryty teflonem przewodnik typu „J” 60cm, ze znacznikami głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, kabel do pozycjonowania końcówki w EKG, dylator 8,5 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknień, bezpieczny skalpel, strzykawka 5ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**