

Dział Zamówień Publicznych

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania nr 5210.291.2.9.2021.AK na: Dostawę wirówek stołowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rotora kąтового z możliwością wirowania pod kątem 25° zamiast 45°?	Zamawiający nie dopuszcza w rotorze kątowym mniejszego kąta wirowania niż 45°. Im mniejszy kąt wirowania tym większa część pelletu gromadzić się będzie na ściankach naczyń wirówkowym, a nie na ich stożkowym dnie. Utrudni to prace eksperymentalne z materiałem biologicznym niezbędne do realizacji projektu, do którego przeznaczona jest wirówka.
2.	Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rotora kąтового umożliwiającego wirowania 6 zamiast 8 probówek 15 ml?	Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rotora kąтового umożliwiającego wirowanie 6 probówek typu Falcon 15 ml zamiast 8 probówek 15 ml.
3.	Czy wirówki mają posiadać możliwość wymiany rotorów bez potrzeby ich przykręcania i odkręcania za pomocą np. zamka zatrzaskowego ułatwiającego pracę i zwiększającego bezpieczeństwo?	Zamawiający nie wskazał w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do Ogłoszenia, sposobu wymiany rotorów, jednak preferuje rozwiązania maksymalnie ułatwiające i przyspieszające pracę oraz zwiększające bezpieczeństwo. W związku z tym dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
4.	Czy zgodnie z punktami 1,2,6 i 7 wirówka ma posiadać możliwość wirowania 2 probówek 50 ml i 8 probówek 15 ml zarówno na rotorze kątowym jak i horyzontalnym?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w pkt 1,2,7 opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Jednocześnie, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rotora kąтового umożliwiającego wirowanie 6 probówek 15 ml typu Falcon.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych



mgr Marta Grygiel

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej