

Sprawa ZP/12/2023

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na : „*zakup i dostawy materiałów ogólnomedycznych*” ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod nr 2023/BZP 00220581/01 z dnia 17.05.2023 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

**1. Zadanie nr 11 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści komplety ubrań z paskiem zamiast gumki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**2. Zadanie nr 11 poz. 3 i 4**

Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarach M/L i XL/XXL?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 5:**

3. W związku z aktualnym stanowiskiem URPL,WMiPB wydanym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation),w którym URPL stwierdza, że wyroby inne niż chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, prosimy o określenie do czego i przez kogo mają być używane produkty opisane w pakiecie 5.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wyrobów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I.

4. Jeśli w pakiecie 5 Zamawiający oczekuje innych wyrobów niż chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga wyrobów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wyrobów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I.

**5. Pytanie nr 1 – dotyczy normy 13795**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu zgodnego z wymaganiami obecnie obowiązującej normy EN 13795-1:2019.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**6. Pytanie nr 2 – dotyczy etykiet samoprzylepnych typu TAG**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu z 4 etykietami zgodnymi z wymogami Dyrektywy 93/42/EWG, zawierającymi nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**7. Pytanie nr 3 – dotyczy opakowań jednostkowych**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie obłożeń operacyjnych w opakowaniu jednostkowym typu Tyvec/folia

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**8. Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SWZ: serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m<sup>2</sup> z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łącznie gramatura 155g/m<sup>2</sup>)

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**9. Pytanie nr 5 – dotyczy Zadania nr 12 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu, w którym serwety główne wykonane są na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> z dodatkowym padem chłonnym 15x15cm o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łącznie gramatura 140g/m<sup>2</sup>)?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**10. Pytanie nr 6 – dotyczy Zadania nr 12 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SWZ: serwety 75x90 i 180x180 posiadają dodatkowy pad chłonny 15x50cm, serweta 150x240cm bez wzmocnienia i organizatorów przewodów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**11. Pytanie nr 7 – dotyczy Zadania nr 13 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SWZ: serweta główna posiada 2 samouszczelniające się otwory o średnicy 5cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**12. Pytanie nr 8 – dotyczy Zadania nr 14 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga zaferowania fartuchów oznaczonych na dwa sposoby: rozmiar i długość w cm: M – 125cm, L – 135cm, XL – 145cm, XXL – 155cm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**13. Pytanie nr 9 – dotyczy Zadania nr 14 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga zaferowania fartuchów oznaczonych na dwa sposoby: rozmiar i długość w cm: M – 126cm, L – 137cm, XL – 147cm, XXL – 155cm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pakiet 3**

14. Czy Zamawiający wymaga testu mokrego z dodatkiem wody destylowanej?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pakiet 3**

15. Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pakiet 5**

16. Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 9**

17. Czy Zamawiający dopuści osłonę z taśmą plus duga taśma pakowana osobno?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pakiet 11 poz. 1**

18. Czy Zamawiający dopuści piżamę z włókniny SMMS 40g/m<sup>2</sup>, bluza z 3 kieszeniami, spodnie z trokiem. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 11 poz. 2**

19. Czy Zamawiający dopuści Koszula typ V- Koszula dla pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm. Wykonana z przewiewnej, nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pakiet 11 poz. 3**

20. Czy Zamawiający dopuści koszulę o długości 105 cm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pakiet 11 poz. 4**

21. Czy Zamawiający dopuści Koszula dla położnic - zakładana przez głowę, z długim rozcięciem z przodu umożliwiającym wykonywanie badań lub karmienie noworodków. Rozcięcie wiązane na dwie pary troków. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 110cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Zadanie 12 poz. 1**

22. Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami bez dodatkowego padu chłonnego z minimum 3 etykietami typu TAG? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Zadanie 14 poz. 1, 2**

23. Czy Zamawiający dopuści fartuchy o długościach:

XL - 135, XXL - 140 cm, pozostałe zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**24. Zadanie 6**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 100 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wzmocnienie 60x140cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**25. Zadanie 6**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga włókninę o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>

**26. Zadanie 9**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę z 1 taśmą w komplecie oraz drugą pakowaną osobno?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**27. Zadanie 10, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o łącznej gramaturze w obszarze wzmocnionym 80g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga serwetę podstawową posiadającą gramaturę min. 55 g/m<sup>2</sup>

**28. Zadanie 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści piżamę dwuczęściową dla pacjenta, bluza posiada 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), spodnie z trokami w pasie, komplet pakowany razem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**29. Zadanie 11, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> w kolorze granatowym, zakładana przez głowę. Długość koszuli 120 cm , szerokość 70 cm (obwód 140 cm)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**30. Zadanie 11, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonana z włókniny SMS 33g w kolorze niebieskim, umożliwiająca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu) w rozmiarze uniwersalnym, wiązana, biały trok w pasie o długości całkowitej 178cm oraz 2 na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43cm, długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**31. Zadanie 11, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarze uniwersalnym o średnich wymiarach: wysokość majtek na linii biodra: 11cm, obwód w pachwinie udowej 71cm, całkowita wysokość majtek 31,5cm, obwód w pasie 120cm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**32. Zadanie 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego z serwetami obłożeniowymi wykonanymi z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**33. Zadanie 12, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego z serwetami obłożeniowymi wykonanymi z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**34. Zadanie 13, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana z osłoną na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową w wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**35. Zadanie 13, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończybę o wymiarach 30 cm x 120 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 150cm (450cm w stanie rozciągniętym)
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**36. Zadanie 13, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji stawu biodrowego z serwetami obłożeniowymi wykonanymi z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**37. Zadanie 13, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w opakowaniu typu TYVEC?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**38. Zadanie 13, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki na stolik instrumentariuszki o gramaturze łącznej w strefie chłonnej 70g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**39. Zadanie 13, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana z osłoną na stół Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**40. Zadanie 13, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**41. Zadanie 13, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana w opakowaniu typu folia-papier?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**42. Zadanie 13, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stół instrumentariuszki o gramaturze łącznej w strefie chłonnej 70g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**43. Zadanie 13, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cystoskopii o składzie:

2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**44. Zadanie 14, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**45. Zadanie 14, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**46. Pakiet 3**

Czy Zamawiający wymaga testu mokrego z dodatkiem wody destylowanej?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**47. Pakiet 3**

Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**48. Pakiet 5**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**49. Pakiet 9**

Czy Zamawiający dopuści osłonę z taśmą plus duża taśma pakowana osobno?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**50. Pakiet 11 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści piżamę z włókniny SMMS 40g/m<sup>2</sup>, bluza z 3 kieszeniami, spodnie z trokim. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**51. Pakiet 11 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści Koszula typ V- Koszula dla pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm. Wykonana z przewiewnej, nie prześwietlającej włókniny SMS kolor niebieski 35g.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**52. Pakiet 11 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści koszulę o długości 105 cm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**53. Pakiet 11 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści Koszula dla położnic - zakładana przez głowę, z długim rozcięciem z przodu umożliwiającym wykonywanie badań lub karmienie noworodków. Rozcięcie wiązane na dwie pary troków. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 110cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**54. Zadanie 12 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami bez dodatkowego padu chłonnego z minimum 3 etykietami typu TAG? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Zadanie 5**

55. Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

o Mankiet 5 cm

o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)

o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko

o Długość troków - w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

56. Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

57. W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35 stopni Celsjusza, igieł, cewników, zgłębników 5-37 stopni Celsjusza, rurek intubacyjnych, tracheo-stomijnych 5-40 stopni Celsjusza), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

**Odpowiedź:** Zgodnie z wymogami SWZ §2 ust. 1-3 projektu umowy.

58. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z wymogami SWZ §2 ust. 1-3 projektu umowy.

59. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

**Odpowiedź:** Zgodnie z wymogami SWZ §2 ust. 1-3 projektu umowy.

60. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

**Odpowiedź:** Zgodnie z wymogami SWZ §2 ust. 1-3 projektu umowy.

61. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 15, pozycje 1 - 2) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte paroprzepuszczalnym laminatem nie przepuszczalnym dla cieczy, na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

62. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 15, pozycje 1 - 2) pieluchomajtek dla dorosłych posiadających system szybkiego wchłaniania, który zapewnia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu i utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

63. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 15, pozycje 1 - 2) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

64. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 15, pozycje 1 - 2) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

65. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 15, pozycje 3 - 4) pieluchomajtek dla dzieci, które posiadają ściągacz taliowy (tylny)? Brak tylnego ściągacza taliowego niesie ryzyko wyciekania zawartości pieluszki szczególnie u leżących dzieci.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

66. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 15, pozycja 3) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dzieci w przedziale wagowym 2 - 5kg, które posiadają miejsce we wkładzie chłonnym na pępowinę, które zapewnia ochronę i zabezpieczenie kikutu pępowinowego noworodka oraz daje możliwość kontrolowania procesu gojenia się bez konieczności odpinania pieluchy i jest równoważne z wycięciem na pępowinę w pieluszcze?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### 67. Dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego do żyłaków w składzie :

1 x Serweta na stolik narzędziowy 190x150 cm , rozmiar wzmocnienia 64x190 cm, wykonana z bilaminatu o gramaturze 83 g/m<sup>2</sup>

1 x Serweta na stolik Mayo 145x80 cm, wykonana z folii o grubości 50 µm, z warstwą chłonną

2 x ręczniki celulozowe w rozmiarze 25x19 cm

1x taśma lepna w rozm. 50x10 cm

1x serweta włókninowa 240cmx150cm wykonana z bilaminatu o gramaturze min. 67 g/m<sup>2</sup>

1x serweta samoprzylepna z wycięciem U rozmiar 260x220 cm wraz ze wzmocnieniem w rozmiarze 87x105 cm

Sterylnie obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnie z EN 13795-1:2019) o gramaturze min. 65 g/m<sup>2</sup>. W obszarze krytycznym dodatkowo wzmocnienie (pad chłonny) jako dodatkowa trzywarstwowa warstwa chłonna ( PE +VSC + VSC) o gramaturze min. 90 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w obszarze krytycznym min. 160 g/m<sup>2</sup>.

Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): min. 230 cm H<sub>2</sub>O oraz odporność na rozzerwanie na sucho min 180 kPa i na mokro min. 160 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez

zawartości lateksu, spełniająca 1 klasę palności CFR 1610 oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Chłonność w miejscu wzmocnienia min. 460 %. Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

## 68. Dotyczy Pakietu nr 12

### Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego uniwersalnego o składzie :

1 x Serweta na stolik narzędziowy 190x150 cm (jako owinięcie zestawu), rozmiar wzmocnienia 64x190cm, o gramaturze 83 g/m<sup>2</sup>

4 x Ręczniki chłonne, celulozowe 25x19 cm

1 x Taśma przylepna 10cm x50 cm

1 x Serweta na stolik Mayo 145x80 cm, wykonana z folii o grubości 50 µm, z warstwą chłonną w rozmiarze 64x145cm, złożona rewersowo, łączna gramatura 79 g/m<sup>2</sup>

2 x Samoprzylepna serweta włókninowa w rozmiarze 75cmx90 cm

1 x Samoprzylepna serweta 240x150 cm

1 x Samoprzylepna serweta 180x175 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z 2-warstwowego laminatu o gramaturze 67,5g/m<sup>2</sup> (+/-1g/m<sup>2</sup>). Serwety posiadają warstwę chłonną na całej powierzchni wykonaną z włókniny polipropylenowej. Odporność na przenikanie cieczy dla materiału bazowego min. 239 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 183/163 kPa. Zgodny z normą 13795. Zestaw zawiera 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności i kod kreskowy EAN, dane producenta.

Taśma mocująca w serwetach operacyjnych powinna być pokryta klejem hypoalergicznym akrylowym , pozwalający na ewentualną repozycję ( rozklejenie się dwóch warstw) bez ryzyka uszkodzenia materiału o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### 69. Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego do uniwersalne wzmocnione w składzie :

Zestaw uniwersalny wzmocniony do zabiegów z dużą ilością płynów

1 x Serweta na stolik narzędziowy 190x150 cm, (owinięcie zestawu), rozmiar wzmocnienia 64x190cm, o gramaturze 83 g/m<sup>2</sup>

4 x Ręczniki chłonne, celulozowe 25cmx19 cm

1 x Taśma przylepna 10cmx50 cm

2 x Samoprzylepna serweta, wzmocniona 75x90 cm (powierzchnia wzmocnienia 20x50cm)

1 x Samoprzylepna serweta, wzmocniona 240x150 cm (powierzchnia wzmocnienia 20x50cm)

1 x Samoprzylepna serweta, wzmocniona 180x175 cm (powierzchnia wzmocnienia 20x50cm)

1 x Serweta na stolik Mayo 145x80 cm, wykonana z folii o grubości 50 µm, z warstwą chłonną w rozmiarze 64x145cm, złożona rewersowo, łączna gramatura PE/PP 79 g/m<sup>2</sup>

Obłożenie pacjenta wykonane z 2-warstwowego laminatu o gramaturze 67g/m<sup>2</sup> (+/-1g/m<sup>2</sup>), Serwety posiadają wzmocnienia wykonane z 3-warstwowego laminatu zawierającego wiskozę i folię polietylenową o gramaturze 94g/m<sup>2</sup> (+/-1 g/m<sup>2</sup>). Odporność na przenikanie cieczy dla materiału bazowego min. 239 cm H<sub>2</sub>O, dla materiału wzmocnień 158 cm H<sub>2</sub>O wg metody EN ISO 811 zgodnej z normą 13795.

Zestaw spełnia wymagania wysokie normy 13795 dla obłożeń chirurgicznych stosowanych na bloku operacyjnym.

Zestaw zawiera 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności i kod kreskowy EAN, dane producenta.

Taśma mocująca w serwetach operacyjnych powinna być pokryta klejem hypoalergicznym akrylowym , pozwalający na ewentualną repozycję ( rozklejenie się dwóch warstw) bez ryzyka uszkodzenia materiału o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

## 70. Dotyczy Pakietu nr 13

### Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego do biodra w składzie :

Sterylny zestaw do biodra

1x Serweta na stolik narzędziowy 190x150 cm (owinięcie zestawu)

4x Ręczniki 25x19 cm

2x Taśma samoprzylepna 10x50cm

1x Serweta na stolik Mayo wzmocniona 145x80 cm

1x Osłona na kończynę 120x35cm

1x Serweta 2-warstwowa - podkład pod kończynę 150x180cm

1x Serweta wzmocniona samoprzylepna 150x240 cm (ekran anestezjologiczny)



1x Serweta wzmocniona samoprzylepna dolna 220x260cm z samoprzylepnym wycięciem U 105x7cm  
Serweta dolna z U wykonana z 2-warstwowego laminatu: polipropylen, folia polietylenowa o gramaturze 67g/m<sup>2</sup> (+/-1g/m<sup>2</sup>) na całej powierzchni. odporność na penetrację płynów min. 239 cm H<sub>2</sub>O, odporność na wypychanie (rozrywanie) na sucho/ mokro min. 180/160 kPa. W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie w rozmiarze 100x87cm (+/-3cm) wykonane z 3-warstwowego wysokochłonnego laminatu (polietylen, 2xwiskoza) o gramaturze 94 (+/-1g/m<sup>2</sup>)

Serweta - ekran anestezyjologiczny wykonana z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 67g/m<sup>2</sup> (+/-1g/m<sup>2</sup>). Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 239 cm H<sub>2</sub>O, odporność na wypychanie 183/163kPa. W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie w rozmiarze 50x20cm (+/-3cm) wykonane z 3-warstwowego wysokochłonnego laminatu (polietylen, 2xwiskoza) o gramaturze 94 (+/-1g/m<sup>2</sup>) Serweta na stolik Mayo wykonana z folii 50 µm ze wzmocnieniem wykonanym z włókniny polipropylenowej 30g/m<sup>2</sup>, złożenie rewersowe. Serweta posiada dodatkowe wzmocnienie z lamiantu 3-warstwowego PE/2xwiskoza. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 173 g/m<sup>2</sup> (+/-1g/m<sup>2</sup>)

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z folii 50 µm ze wzmocnieniem 64x190cm, wykonanym z włókniny polipropylenowej 30g/m<sup>2</sup>, serweta stanowi owinięcie zestawu i posiada piktogram ułatwiający otwieranie

Taśma samoprzylepna, poliestrowa, posiadająca fingerlift o długości minimum 1 cm - powierzchnia taśmy i papieru nie posiadająca kleju umożliwiającą bezpieczną aplikację taśmy ( bez przyklejenia się taśmy do rękawicy chirurgicznej ) - może być pakowana osobno

Zestaw zawiera 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności i kod kreskowy EAN. Zestaw spełnia wymagania wysokie normy 13795 dla powierzchni krytycznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **71. Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego do artroskopii w składzie:

1x Serweta na stolik narzędziowy 190x150 cm (owinięcie zestawu), rozmiar wzmocnienia 64x190cm, bilaminat PE/PP 83 g/m<sup>2</sup>

4x Ręczniki chłonne, celulozowe 25x19 cm

1 x Serweta na stolik Mayo 145x80 cm, wykonana z folii o grubości 50 µm, z warstwą chłonną w rozmiarze 64x145cm, złożona zgodnie z zasadami aseptyki, łączna gramatura PE/PP 79 g/m<sup>2</sup>

1x Serweta chirurgiczna 150x180 cm

2x Taśma przylepna 10x50 ccm  
kończyny 80x35 cm

1x Osłona

1x Serweta do artroskopii kolana 220 x 320 cm z elastycznymi otworami 5 cm z workiem do zbiórki płynów ze sztywnikiem, z sitem i zaworem do podłączenia drenu

Serweta główna, serweta podkład pod kończynę oraz osłona kończyny wykonane z dwuwarstwowego laminatu: polipropylen, folia polietylenowa o gramaturze 67g/m<sup>2</sup> (+/-1g/m<sup>2</sup>) na całej powierzchni, o chłonności 298%. Odporność na przenikanie cieczy dla materiału bazowego min. 239 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 183/163 kPa Zestaw zawiera 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności i kod kreskowy EAN, dane producenta. Zestaw spełnia wymagania normy 13795

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **72. Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego do cystoskopii w składzie :

1x Serweta na stół narzędziowy 100x150 cm

1x Serweta do cystoskopii 175x75 cm

2x Osłona na kończyny 120x75 cm

Serweta na stół narzędziowy wykonana z bilaminatu o gramaturze 83 g/m<sup>2</sup>. Serweta do cystoskopii posiada otwór o wymiarach 15x9 cm oraz dwie samoprzylepne taśmy w okolicy otworu o wymiarach 5x6,5 cm i 5x3 cm. Serweta oraz osłony na kończyny (leginsy) wykonane z bilaminatu (polietylen/polipropylen) o gramaturze 67,5 g/m<sup>2</sup>. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT oraz datę ważności . Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Wyrób spełnia wymagania normy 13795.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **73. Dotyczy Pakietu nr 14**

##### **Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu sms o gramaturze 35 g na m<sup>2</sup>, wykonany z włókniny polipropylenowej. Zgrzewy fartucha wykonane techniką ultradźwiękową .Rękawy

zakończone elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej 100% min. Antyalergiczny / potwierdzona certyfikatem / .

Długość mankietu 7,5cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, wiązane na 4 troki o długości min. 45cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Troki zewnętrzne wymiary minimum 63 x 2,2 cm, 51,5 x 2,2cm troki wewnętrzne wymiary minimum 45 x 2,2 cm.

Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości minimum 9,5cm x 3 cm na jednej części fartucha i dl. Minimum 5cm x 3 cm na drugiej części fartucha.

Fartuch jest zapakowany z 2 ręcznikami o wymiarze 43cmx 30cm i zawinięty w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe (folia-papier), posiadające 2 naklejki typu TAG, z nr katalogowym, datą ważności i nr serii służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 i zakresie procedur medycznych . Rozmiar w postaci piktogramu widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania.

Długości oferowanych fartuchów: roz. M - 120 cm, roz. L - 130 cm, roz. XL - 140 cm, roz. XXL - 152 cm.  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### 74. Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, wzmocniony fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup> . Zgrzewy fartucha wykonane techniką ultradźwiękową. Fartuch jest odporny na działanie alkoholu. Wzmocnienie wykonane z dwuwarstwowego laminatu wykonane z polietylenu i polipropylenu o gramaturze 38 g/m<sup>2</sup> . Obszar wzmocnienia na klatkę piersiową to 70cm x 50cm przyklejone punktowo . Wzmocnienie w rękawach od nadgarstka do łokcia na długości 35 cm .Fartuch posiada dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów taśmą Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej 100% min. Antyalergiczny / potwierdzona certyfikatem / O długości minimum 7,5cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, wiązane na 4 wszywane troki o długości min. 45cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Troki zewnętrzne o długości minimum 63 x 2,2 cm, 51,5 x 2,2; wewnętrzne wymiary minimum 45cm x 2,2 cm. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o minimum długości 9,5 cm x 3 cm na jednej części fartucha i 5cm x 3 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk. Do każdego fartucha dołączone dwa celulozowe ręczniki o wymiarach 43 x 30 cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe (folia-papier), posiadające 2 naklejki typu TAG, z nr katalogowym, datą ważności i nr serii służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania.

Długości oferowanych fartuchów: roz. M - 120 cm, roz. L - 130 cm, roz. XL - 140 cm, roz. XXL - 152 cm.  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **75. ZADANIE NR 6**

**Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do operacji żyłaków o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona (opakowanie zestawu)	150 x 190 cm
1 x serweta na stół Mayo (wzmocnienie min. 60 x 145 cm)	80 x 145 cm
4 x ręczniki celulozowe	33 x 30 cm
1 x taśma przylepna	10 x 50 cm
1 x serweta 2- warstwowa z padem chłonnym, U przylepne 15 x 95 cm (pad chłonny z wiskozy) bez organizatorów przewodów	200 x 260 cm
1 x serweta 2- warstwowa przylepna bez organizatorów przewodów	250 x 170 cm
1 x serweta 2- warstwowa nieprzylepna bez organizatorów przewodów	200 x 150 cm
1 x osłona 2- warstwowa krocza przylepna	20 x 37,5 cm

Opakowanie typu papier-folia. Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. Na opakowaniu nadrukowana etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### 76. ZADANIE NR 7

**Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do operacji ginekologicznych o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów i otworem (9 x 12 cm)	250/280 x 280 cm
1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki	75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna	10 x 50 cm
1 ręcznik celulozowy	30 x 33 cm

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

#### 77. ZADANIE NR 12

**Poz. 1 -** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2-warstwowego PP-PE o minimalnej gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> i następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna	150 x 240 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna	200 x 175 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne	75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna	10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Opakowanie typu papier-folia. Na opakowaniu minimum 2 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. Na opakowaniu nadrukowana etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**78. Poz. nr 2 -** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2-warstwowego PP-PE o minimalnej gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> z dodatkowymi padami chłonnymi w części krytycznej o gramaturze min. 110 g/m<sup>2</sup> i następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym bez organizatorów przewodów	150 x 240 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym bez organizatorów przewodów	200 x 200 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym bez organizatorów przewodów	75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna	10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Opakowanie typu papier-folia. Na opakowaniu minimum 2 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. Na opakowaniu nadrukowana etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

#### 79. ZADANIE NR 13

**Poz. nr 1-** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do operacji stawu biodrowego wykonanego z laminatu 2-warstwowego PP-PE o minimalnej gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> i następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona (gramatura min. 90 g/m <sup>2</sup> )	150 x 190 cm
1 x serweta na stół Mayo (gramatura min. 90 g/m <sup>2</sup> )	80 x 145 cm
4 x ręczniki celulozowe	33 x 30 cm
2 x taśma przylepna	10 x 50 cm
1 x serweta 2-warstwowa extra wzmocniona, z wycięciem U przylepnym 10 x 95 cm (pad z wiskozy o gram. min 75 g/m <sup>2</sup> )	245 x 280 cm
1 x serweta 2-warstwowa z padem chłonnym przylepna z warstwą przylepną 100 cm	300 x 170 cm

1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna	90 x 75 cm
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona złożona	190 x 150 cm
1 x stokineta	35 x 120 cm

Opakowanie typu papier-folia. Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

80. **Poz. nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do artroskopii kolana wykonanego z laminatu 2-warstwowego o min. gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> i następującym składzie:
- |  |              |
|--|--------------|
| 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona                                 | 150 x 190 cm |
| 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona ( gramatura min. 90 g/m <sup>2</sup> ) | 80 x 145 cm  |
| 1 serweta nieprzylepna   | 150 x 190 cm |
| 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów, otwory 5 x 7 cm      | 320 x 245 cm |
| 1 osłona na kończynę   | 35 x 80 cm   |
| 2 taśmy samoprzylepne  | 10 x 50 cm   |
| 4 ręczniki celulozowe  | 30 x 33 cm   |

Opakowanie typu papier-folia. Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

81. **Poz. nr 3-** czy Zamawiający oczekuje zaferowania zestawów do cystoskopii wykonanego z laminatu 2-warstwowego o min. gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> i następującym składzie:
- |   |              |
|---|--------------|
| 1 serweta na stolik narzędziowy ( gramatura min. 90 g/m <sup>2</sup> )              | 150 x 100 cm |
| 1 serweta operacyjna do ginekologii/ cystoskopii nieprzylepna z otworem (8 x 12 cm) | 75 x 200 cm  |
| 1 serweta nieprzylepna  | 75 x 90 cm   |
| 2 osłony na kończynę długie   | 75 x 140 cm  |
| 2 ręczniki celulozowe   | 33 x 33 cm   |

Opakowanie typu papier-folia. Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

## ZAPISY SWZ

### PROJEKT UMOWY

82. § 6, ust. 4- wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w ustępu i zastąpienie ich następującymi:

*„W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych równoważnych do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego“*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

83. § 7, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy,

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną“ (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna“ (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu

zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### 84. Pytanie 1 dotyczy Zadania 8

Czy Zamawiający wymaga jednorazowego pokrowca na materacyk do lampy do fototerapii łóżeczkowej NeoBlue Cozy, rekomendowanego przez Producenta lampy, firmę Natus?

**Odpowiedź:** Tak.

#### 85. Zadanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania zestaw o składzie:

serweta z wycięciem U i przylepcem	1	L2	240x180	WYCIĘC. U	63x7
serweta z przylepcem	1	L2	240x180		
serweta	1	L2	200x180		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
taśma medyczna	1		50x9		

Materiał serwety głównej - laminat L2 - Gramatura 56g/m<sup>2</sup>, wykonana z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-polipropylenowej

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795

Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw posiada etykietę typu TAG składającą się z części nieusuwalnej, na której znajduje się m.in. nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, rejestracja zagraniczna, indeks wyrobu; dwóch elementów - naklejek, które można bez naruszania struktury całej etykiety odkleić z opakowania i wkleić do dokumentacji bloku operacyjnego i dokumentacji pacjenta. Na naklejkach znajduje się: indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### 86. Zadanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania zestaw o składzie:

serweta z otworem i zintegrowanymi nogawicami, taśma przylepna w części brzusznej	1	L3	245x180	PROST.	15x10
serweta przeznaczona pod pośladki	1	L2	90x75		
taśma medyczna	2		50x9		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20		

Serweta z L3 (gramatura 73g/m<sup>2</sup>, laminat wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej, i włókniny polipropylenowej, odporność na przenikanie cieczy: 191 cm H<sub>2</sub>O

Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795. Zestaw posiada etykietę typu TAG składającą się z części nieusuwalnej, na której znajduje się m.in. nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, rejestracja zagraniczna, indeks wyrobu; dwóch elementów – naklejek, które można bez naruszania struktury całej etykiety odkleić z opakowania i wkleić do dokumentacji bloku operacyjnego i dokumentacji pacjenta. Na naklejkach znajduje się: indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**87. Zadanie nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania osłonę na kończyne pacjenta w rozmiarze 120x37cm z 2 szt. taśmy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**88. Zadanie nr 12 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania zestaw o składzie:

serweta z przylepcem	1	Typu L2 + Plus	240x150 (37,5x70)
serweta z przylepcem	1	Typu L2 + Plus	200x170 (37,5x70)
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	Typu L2 + Plus	90x75 (37,5x70)
taśma medyczna	1		50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Serwety L2 wzmocnione- wykonane są z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa), warstwy chłonnej (włóknina polipropylenowa), Masa powierzchniowa części krytycznej 125 g/m<sup>2</sup>.

Zestaw zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795. Zestaw posiada etykietę typu TAG składającą się z części nieusuwalnej, na której znajduje się m.in. nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, rejestracja zagraniczna, indeks wyrobu; dwóch elementów – naklejek, które można bez naruszania struktury całej etykiety odkleić z opakowania i wkleić do dokumentacji bloku operacyjnego i dokumentacji pacjenta. Na naklejkach znajduje się: indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**89. Zadanie nr 12 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania zestaw o składzie:

serweta z przylepcem	1	TF	200x180
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	TF	90x75
serweta z przylepcem	1	TF	180x180
taśma medyczna	1		50x9
serweta na stolik Mayo	1		145x80

serweta na stół instrum.	1		190x150
--------------------------	---	--	---------

Serwety TF wykonana z laminatu z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 43g/m<sup>2</sup>.

Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795. Zestaw posiada etykietę typu TAG składającą się z części nieusuwalnej, na której znajduje się m.in. nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, rejestracja zagraniczna, indeks wyrobu; dwóch elementów – naklejek, które można bez naruszania struktury całej etykiety odkleić z opakowania i wkleić do dokumentacji bloku operacyjnego i dokumentacji pacjenta. Na naklejkach znajduje się: indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**90. Zadanie nr 13 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:

serweta	1	L2	260x240	WYCIĘC. U	100x20
serweta	1	L2	240x150		
serweta	1	L2	90x75		
serweta	3	TMS	250x160		
pokrowiec na nogę	1	L2	120x37		
kieszon na płyny z kształtką	2	PE - 1K	40x30		
taśma medyczna	7		50x9		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20		

Materiał serwety głównej – laminat L2 - Gramatura 56g/m<sup>2</sup>, wykonana z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-polipropylenowej

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795

Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw posiada etykietę typu TAG składającą się z części nieusuwalnej, na której znajduje się m.in. nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, rejestracja zagraniczna, indeks wyrobu; dwóch elementów – naklejek, które można bez naruszania struktury całej etykiety odkleić z opakowania i wkleić do dokumentacji bloku operacyjnego i dokumentacji pacjenta. Na naklejkach znajduje się: indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ, za małą gramaturą, serwety 3 warstwowe.

**91. Zadanie nr 13 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:

serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów	1	L3	320x240	OKRĄG	6
pokrowiec na nogę	1	L3	75x37		

taśma medyczna	2		50x9		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20		

Serweta z L3 (gramatura 73g/m<sup>2</sup>, laminat wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej, i włókniny polipropylenowej, odporność na przenikanie cieczy: 191 cm H<sub>2</sub>O

Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795. Zestaw posiada etykietę typu TAG składającą się z części nieusuwalnej, na której znajduje się m.in. nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, rejestracja zagraniczna, indeks wyrobu; dwóch elementów – naklejek, które można bez naruszania struktury całej etykiety odkleić z opakowania i wkleić do dokumentacji bloku operacyjnego i dokumentacji pacjenta. Na naklejkach znajduje się: indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**92. Zadanie nr 13 poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:

- POKROWIEC NA KOŃCZYŃĘ L2 120X75CM - 2 szt.
- SERWETA L2 150X90CM O8 - 1 szt.
- KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 10X20CM - 1 szt.
- SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM - 1 szt.

Materiał serwety głównej – laminat L2 - Gramatura 56g/m<sup>2</sup>, wykonana z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-polipropylenowej

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795

Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw posiada etykietę typu TAG składającą się z części nieusuwalnej, na której znajduje się m.in. nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, rejestracja zagraniczna, indeks wyrobu; dwóch elementów – naklejek, które można bez naruszania struktury całej etykiety odkleić z opakowania i wkleić do dokumentacji bloku operacyjnego i dokumentacji pacjenta. Na naklejkach znajduje się: indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**93. Zadanie nr 14 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch chirurgiczny przeznaczony do operacji o standardowym ryzyku, wykonany z włókniny typu SMS 35g/m<sup>2</sup>, rękawy proste zakończone niepyłącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm wykonanymi z niepyłącego materiału. Fartuch jest luźny, szeroki, zakrywający część szyi, klatkę piersiową, brzuch oraz kończyny dolne i górne. Fartuch zaprojektowany jest w taki sposób, aby możliwe było wiązanie najpierw na „brudno”, a następnie na „czysto”. Złożenie „book-folded”. Jednocześnie zabezpiecza przed przedostawaniem się zakaźnych płynów na ciało personelu zabiegowego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, tworzącą dodatkową barierę dla płynów, w części szwyjnej wykończone lamówką z materiału jednorodnego co fartuch i zapięcie na rzep, troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaj fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Fartuch bez lateksu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**94. Zadanie nr 14 poz. 2:**

Fartuch chirurgiczny Perfect przeznaczony do operacji o podwyższonym ryzyku. Fartuch wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> wzmocniony dwuwarstwowym laminatem



barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m<sup>2</sup>, który zabezpiecza chirurga nawet podczas mokrych i długich zabiegów. Fartuch jest luźny, szeroki, zakrywający część szyi, klatkę piersiową, brzuch oraz kończyny dolne i górne. Dokładnie opina nadgarstki poliestrowymi nieuciskowymi ściągaczami wykonanymi z niepyłącego materiału o dł. 8 cm. Wiązany na 4 troki, zewnątrz w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Szwy łączone są ultradźwiękowo, dzięki czemu tworzą dodatkową barierę dla płynów. Zaprojektowany jest w taki sposób, aby możliwe było wiązanie najpierw na „brudno”, a następnie na „czysto”. Złożenie „book-folded”. Fartuch zabezpiecza przed przedostawaniem się zakaźnych płynów na ciało personelu zabiegowego. Oznaczenie rozmiaru, rodzaj fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Fartuch bez lateksu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**95. Zadanie nr 15, poz. 1-2:** Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Pieluchomajtki posiadają dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z bardzo chłonnej pulpy celulozowej z superabsorbentem, warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, paroprzepuszczalna miękka włóknina w obszarze bioder. Pieluchomajtki nie posiadają ściągaczy taliowych i nie powodują podrażnień oraz otarć skóry pacjenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**96. Zadanie nr 15, poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluchy o zakresie obwodu 100-150cm i chłonności min. 2500 g?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**97. Zadanie nr 15, poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluchy o zakresie obwodu 130-170cm i chłonności min. 2500 g?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**98. Zadanie nr 14 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS, rękawy o kroju prostym zakończone dzianym poliestrowym mankietem.

Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA
M	120 cm
L	130 cm
XL	135 cm
XXL	145 cm
XXXL	155 cm
Tolerancja	+/- 2cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**99. Zadanie nr 14 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów chirurgicznych wzmocnionych wykonanych z włókniny SMS, rękawy o kroju prostym zakończone dzianym poliestrowym mankietem.

Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA
M	120 cm
L	130 cm
XL	135 cm
XXL	145 cm
XXXL	155 cm
Tolerancja	+/- 2cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.


**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

100. Dotyczy SWZ Rozdział II pkt. 2.4. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta lub dystrybutora na potwierdzenie parametrów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Wielospecjalistyczny Szpital  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Jerzy Szepia



Piotr Kollonitski