



Nowy Targ, 20.03.2024 r.

ZS.260.15.2024

Dotyczy: postępowania do 130 000 złotych, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. na:

„Zakup komory badań cieplnych o pojemności 115 dm³ dla Laboratorium ścieków”

Informujemy, że otrzymaliśmy zapytanie do treści zaproszenia do złożenia oferty:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o pojemności 111 litrów?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuści cieplarkę o pojemności 110-120 litrów, jeżeli zaoferowana cieplarka spełni wszystkie pozostałe wymogi zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
Barbara Apostol
Barbara Apostol