



DEZ/088/2024

Jelenia Góra, dnia 24.01.2024 r.

## DO WYKONAWCÓW

**Dot.: Dostawa suchego bloku grzewczego dla potrzeb WCSKJ**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do zapytania ofertowego jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

### ZESTAW 1:

1. Jaki zakres nastawy regulacji temperatury ma mieć suchy blok grzejny?  
**Odpowiedź: Suchy blok musi utrzymywać temperaturę 75°C-76°C i musi być możliwość kontrolowania aktualnej temperatury.**
2. Czy suchy blok ma posiadać funkcję wytrząsania?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**
3. Na jakiej wielkości probówki (pojemność probówki, średnica zewnętrzna) wymagany jest blok grzejny?  
**Odpowiedź: Potrzebujemy podgrzewać szklane fiołki z lekiem: średnica otworów na fiołki: 43 mm, głębokość otworu: min. 45 mm z płaskim dnem**
4. Ile jednorazowo ma się mieścić probówek w suchym bloku grzejnym?  
**Odpowiedź: Jednorazowo będziemy podgrzewać do czterech fiołek.**

### ZESTAW 2:

1. W celu doboru odpowiedniego bloku grzewczego proszę o informację jakich fiołek (wymiar, objętość) Państwo używają.  
**Odpowiedź: Używamy szklane fiołki z lekiem o obj. 50 ml, średnicy 40 mm, Głębokość otworu: min. 45 mm z płaskim dnem.**
2. Proszę o dopuszczenie bloku o wymiarach zewnętrznych 315 x 203 x 89 mm.  
**Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.**



### **ZESTAW 3:**

Poproszę o dodatkową informację o rozmiarze fiolek, w których będzie umieszczony wskazany w postępowaniu preparat (średnica oraz wysokość), ten parametr jest niezbędny dla określenia odpowiedniego bloku grzewczego.

**Odpowiedź: Podgrzewane będą szklane fiołki z lekiem o obj. 50 ml, średnicy 40 mm.**

**Głębokość otworu: min. 45 mm z płaskim dnem.**

=====

**Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego, utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.**

.....  
Z up. Dyrektora WCSKJ  
Przemysław Bogdanowicz