



**WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W BYDGOSZCZY**

Znak sprawy: EZP.272.14.2022  
Egz. Nr 1

Bydgoszcz, dnia 16 maja 2022 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**  
(odpowiedzi na pytania Wykonawców)

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę odczynników diagnostycznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, wpłynęły pytania Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia (swz) o następującej treści:

**Pytanie nr 1**

Pakiet 5 – Czy Zamawiający dopuści odczynnik z pozycji 9 z min. terminem ważności 9 m-cy, z pozycji 10 z min. terminem ważności 3 miesiące od daty dostawy, a dla pozostałych produktów z pakietu z min. terminem ważności 6 m-cy od daty dostawy? Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 2**

Pakiet 5, pozycja 5 - Czy Zamawiający oczekuje generatorów do użycia w workach, czy w słojach 2,5L?

Odp. Zamawiający wymaga generatorów w słojach 2,5 l.

**Pytanie nr 3**

Załącznik nr 2, wymagania względem dokumentacji, pkt. 1 – 3 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do pierwszej dostawy certyfikatów kontroli jakości, kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i zgodzi się na samodzielne pobranie dokumentów bezpośrednio z Biblioteki Technicznej wykonawcy, do której Zamawiający ma stały, całodobowy i bezpłatny dostęp? Pytania do Umowy (zał. nr 4):

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

§5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć otrzymaną reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania i nawiązać kontakt z Zamawiającym celem ustalenia sposobu jej ostatecznego załatwienia.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

§6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Za opóźnienie w którejkolwiek z dostaw częściowych lub niekompletną dostawę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2,5 % łącznej wartości brutto w/w dostawy za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 10% wartości przedmiotu zamówienia.”?

Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy wskazana kara posiada przymiot kary rażąco wygórowanej i jako taka zgodnie z przepisami KC może podlegać miarkowaniu przez Sąd. Standardowo stosowanymi karami w tego rodzaju postępowaniach są kary na poziomie 0,1% - 2% wartości zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylnie rozpatrzenie pytania i obniżenie wysokości proponowanej kary.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą o określenie wielkości opakowania zestawu z części 16.

Odp. Ilość kolumnenek w zestawie to 100.

Dyrektor  
Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Bydgoszczy  
*(podpis nieczytelny)*  
Wojciech KOPER

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/>
2. a/a