



ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę fantomów dla jednostek Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego”, nr postępowania: DZP-262-25/2019.

- I. Zamawiający – **Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie**, działając na podstawie **art. 38 ust. 1 pkt 1)** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści siwz:

Pytanie nr 1

Część 3 (zw. zadanie nr 3) – Dostawa trenażerów zabiegowych
TRENAŻER – DOSTĘPY DONACZYNIOWE OBWODOWE – 6 zestawów

2. symulacja żył: odpromieniowej, pośrodkowej, odłokciowej, przedłokciowej i trzech żył grzbietowych

Czy Zamawiający uzna za równoważny trenażer do wkluć posiadający żyły: odpromieniową, pośrodkową, odłokciową i 2 żyły na grzbiecie dłoni?

4. Zestaw zawiera min

- ramię do wkluć
- wymienną skórę i system żył x 2
- sztuczną krew 2 opakowania
- woreczek wlewu dożylnego z wężem i zaciskiem
- 5 strzykawk
- spray silikonowy min 40 ml
- walizkę transportową

Czy Zamawiający uzna za równoważny inny skład zestawu z elementami kompatybilnymi do oferowanego przez nas trenażera składający się z:

- ramienia do wkluć
- wymiennej skóry i systemu żył x 2
- sztucznej krwi - 2 opakowania
- butelka wlewu dożylnego z wężem i zaciskiem
- 5 strzykawk
- puder
- karton transportowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych we wniosku rozwiązań.

Pytanie nr 2

Część 3 (zw. zadanie nr 3) – Dostawa trenerów zabiegowych

TRENAŻER – CEWNIKOWANIE PĘCZERZA MOCZOWEGO – 6 zestawów

3. Cewnik męczyzny zawiera: odbyt, pęcherzyki nasienne, pęcherz moczowy, kości miednicy, prostaty, mięsień zwieracza cewki moczowej, ujście cewki, żołądź, mosznę, miednicę

Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności symulator męski z oddaną anatomią krocza męczyzny zawierający: odbyt, pęcherz moczowy, kości miednicy, ujście cewki, żołądź, napletek, mosznę, miednicę?

4. Cewnik kobiety zawiera: odbyt, macicę, pęcherz moczowy, kości miednicy, mięśnie zwieracza cewki moczowej, łechtaczkę, ujścia cewki, pochwę, miednicę, przeponę, wargi sromowe większe i mniejsze

Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności symulator kobiety z oddaną anatomią krocza kobiety zawierający: odbyt, pęcherz moczowy, kości miednicy, ujścia cewki, miednicę, wargi sromowe większe i mniejsze?

5. Zestaw zawiera min: moduł kobiecego brzucha, macicy i górnej części ud, wymienne genitalia żeńskie i męskie, po 6 zaworów/złączy, torba transportowa, wkładki do wstrzyknięć męskie i żeńskie pośladkowe, udowe i grzbietowo-pośladkowe (min po 8 wkładek każdego rodzaju), torba/walizka

Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności inny, równoważny, kompatybilny z oferowanym przez nas modelem skład zestawu zawierający:

- moduł kobiecego brzucha z górną częścią ud
- stojak na płyn imitujący mocz z butelką na płyn i przewodami łączącymi
- wymienne genitalia męskie i żeńskie mocowane na magnesy
- demontowalną pokrywę brzuszną
- walizkę transportową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane we wniosku rozwiązania.

Pytanie nr 3

Część 3 (zw. zadanie nr 3) – Dostawa trenerów zabiegowych

MODEL DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW DOREKTALNYCH – 6 szt.

Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności inny model do zabiegów dorektalnych o następujących parametrach:



Model do wykonywania lewatywy i zabiegów dorektalnych. Pośladki są wykonane z elastycznego tworzywa, dzięki czemu można je rozchylić i przeprowadzić zabieg. Model można ułożyć w pozycji na boku i leżącej.

Całość jest wytrzymała i łatwa do czyszczenia.

W zestawie poza symulatorem znajduje się zestaw do lewatywy, lubrykant, rurka odprowadzająca i walizka.

Cechy:

- Model pośladków i miednicy do przeprowadzania zabiegów dorektalnych
- Pośladki można rozchylić, aby zlokalizować odbył dla zwiększenia realizmu
- Współpracuje ze standardowymi zestawami do lewatywy
- Może być stosowany non-stop dzięki rurce odprowadzającej płyn do większego pojemnika

Opisywany przez Zamawiającego model wskazuje bardziej na trenażer do cewnikowania, niż na model dorektalny, oferowany przez nas sprzęt pozwala na ćwiczenia zabiegów dorektalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane we wniosku rozwiązania.

Pytanie nr 4

Ad. par 4 pkt.2 wzoru umowy - zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu usunięcia wykrytej wady do 10 dni roboczych

Wyjaśniamy, iż oferowane przez nas produkty są wysokiej klasy symulatorami pochodzącymi od producenta spoza Europy. Zaproponowany przez nas czas naprawy jest niezbędny na postawienie diagnozy (często w konsultacji z producentem z zupełnie innej strefy czasowej) dokonanie naprawy bądź sprowadzenia części zamiennych z zagranicy oraz ich obsługę logistyczną.

Odpowiedź:

Zamawiający przechyla się częściowo do wniosku wykonawcy i wydłuża termin usunięcia wykrytej wady do 10 dni. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że są to dni kalendarzowe.

Zamawiający w pkt. II dokonuje stosowanej zmiany treści wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 5

Ad. par. 6 pkt. 5 wzoru umowy – proponujemy zmianę zapisu poprzez dodanie zwrotu „stosownej wartości”. Nowe brzmienie zapisu: „w przypadku opóźnienia w usunięciu wady - kara umowna będzie wynosiła 0,30% stosownej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 1 – za każdy dzień opóźnienia

Zaproponowana zmiana podyktowana jest tym, iż przedmiotem umowy będzie kilka trenażerów, co oznacza, iż przy awarii jednego z dostarczonych produktu, kara naliczana jest od wartości całej dostawy a nie wartości danego produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w tym zakresie.

II. Zamawiający – **Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie**, działając na podstawie **art. 38 ust. 4** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) w § 4 ust. 2,– Wzoru umowy (załącznik nr 1 do siwz), zmienia ilość dni w zdaniu pierwszym zastępując liczbę „7” liczbą „10”. W ten sposób w § 4 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje nowe brzmienie :

„W przypadku wykrycia wady Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie maksymalnie do 10 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego o wykryciu wady”.

2) w § 5 po ust. 1,– Wzoru umowy (załącznik nr 1 do siwz), dodaje nową treść, w brzemieniu:
(*zamawiający wprowadzi odpowiednią wartość umowy zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy, w zależności od zadania, dla którego będzie sporządzona umowa)

3) w załączniku nr 4 do SIWZ – Część 2 (zw. zadanie nr 2) – Dostawa fantomów BLS „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia,” w tabelach:

a) Fantom BLS niemowlęcia - poprawia omyłkę w numeracji w kolumnie I „Lp.” w ten sposób, że zastępuje liczby od 17 do 25, liczbami od 1 do 9.

b) Defibrylator treningowy AED - 2 sztuki (półautomat):

- poprawia omyłkę w numeracji w kolumnie I „Lp.” w ten sposób, że zastępuje liczby od 1 do 8, liczbami od 1 do 9.
- dodaje wiersz 10 o treści:

10.	Pilot zdalnego sterowania	TAK	
-----	---------------------------	-----	--

c) Defibrylator treningowy AED - 2 sztuki (automat):

- poprawia omyłkę w numeracji w kolumnie I „Lp.” w ten sposób, że zastępuje liczby od 1 do 10, liczbami od 1 do 11
- dodaje wiersz 12 o treści:

12.	Pilot zdalnego sterowania	TAK	
-----	---------------------------	-----	--

4) w załączniku nr 6 do SIWZ – Część 4 (zw. zadanie nr 4) – Dostawa Trenerów zabiegowych do endolaparoskopii „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia,” w tabeli:

Fantom treningowy do kolonoskopii - poprawia omyłkę w numeracji w kolumnie I „Lp.” w dwóch ostatnich wierszach w ten sposób, że zastępuje liczby 2-3, odpowiednio liczbami 9-10.

5) we wzorze Formularza cenowego dla części 3 postępowania, w tabeli w kolumnie 2 i pozycji 2, zamawiający dokonuje zmiany technicznej poprzez wykreślenie treści:

„mężczyzny (opcjonalnie trener wymienny - cewnikowanie kobiety i mężczyzny)”

Wobec powyższego Formularz cenowy dla części 3 postępowania, w kolumnie 2 i pozycji 2 otrzymuje nowe brzmienie:

Przed zmianą było: „Trenerzy – cewnikowanie pęcherza moczowego mężczyzny (opcjonalnie trener wymienny - cewnikowanie kobiety i mężczyzny)”

Po zmianie jest:

„Trener – cewnikowanie pęcherza moczowego”

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej po dokonanych zmianach, następujące załączniki:

- załącznik nr 1 do siwz - Wzór umowy,
- załącznik nr 4 i 6 do siwz – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia” dla części 2 i części 4 postępowania
- wzór Formularza cenowego dla części 3;

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty na nowym wzorze załącznika nr 4 i 6 - „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia” dla części 2 i 4 postępowania oraz Formularza cenowego dla części 3 postępowania, po dokonanych zmianach z dnia 28.08.2019 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że terminy otwarcia i składania ofert pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Krzysztof Goralski

