



Gdańsk, dnia 08 października 2024 r.

nr sprawy: D10.251.92.C.2024

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. na „Dostawa wyrobów medycznych do radiologii zabiegowej, kardiologii, kardiologii inwazyjnej i elektroterapii.” wielorazowych do aparatury medycznej dla Copernicus PL Sp. z o.o.- cz. II.”

### WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ\_2

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

#### Zestaw 4

##### Pytanie 1, część 41 poz. 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 41 poz. 5 introduktorów wg opisu: Introduktor do naczyniowy poliuretanowy z zastawką i portem bocznym zakończonym końcówką luer lock z koreczkiem, z możliwością wprowadzenia elektrody do stymulacji serca, założenia cewnika Swana Ganz a w skład którego wchodzi minimum: introduktor z zintegrowanym portem bocznym 7.0 Fr/10 cm, dla cewnika o rozmiarze 7Fr w części przyśrodkowej o budowie harmonijkowej z możliwością zagięcia o 360 stopni zachowując światło w całości, w części proksymalnej zastawka hemostatyczna, zewnętrzna uszczelka oraz jeden wypustek do mocowania osłonki foliowej, w części dystalnej gładko zakończona idealnie dopasowana do dołączonego rozszerzadła. W zestawie przewodnica 45 cm o śr. 0,035'' zakończona J, igła 18Ga o dł. 6,35cm, zawór bezpieczeństwa do zastawki hemostatycznej, osobnie pakowana sterylnie w TYVEC osłonka foliowa na elektrodę o długości 30.5 cm, gaziki 4x4 cale. Na opakowaniu wszystkie składowe zestawu, co najmniej dwie wklejki w kartę pacjenta i historii zabiegu zawierające nr katalogowy oraz dane cyfrowe o cewniku (lot, data ważności) Proponowany zestaw występuje bez karnika, igła punkcyjna w innym rozmiarze, introduktor bez powłoki antybakteryjnej.

##### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

#### Zestaw 5

##### Pytanie nr 1, część 32

Czy Zamawiający dopuści do części nr 32 Stentgraft wieńcowy kobaltowo-chromowy o wymiarach: średnice 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm i długości: 15; 20; 26 mm, okres ważności minimum 1,5 roku, spełniając pozostałe parametry SWZ?

##### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



## Zestaw 6

### Pytanie nr 1, dot. części nr 8, poz. 18

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na mikrocewnik przepływowo zależny zbrojony z odłączaną końcówką o dł. 167 cm zamiast 165cm. Pozostałe parametry bez zmian.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 2, dot. części nr 8, poz. 19

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na koszulki naczyniowe w rozmiarach 12F-16F o dł. 120-230mm do wyboru przez Zamawiającego. Pozostałe parametry bez zmian.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 3, dot. części nr 42

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na zestaw do kontrapulsacji wewnątrzortralnej o długości roboczej 730mm zamiast 765mm. Pozostałe parametry bez zmian.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

## Zestaw 7

### Pytanie nr 1, dot. części nr 38

Czy Zamawiający w zadaniu nr 38 dopuści do oceny Cewniki do aspiracji skrzeplin z tętnic wieńcowych o minimalnym polu przekroju poprzecznego 0,93mm<sup>2</sup>?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

## Zestaw 9

### Pytanie nr 1, dot. części nr 23 pkt 3

Prosimy o wydzielenie z pakietu 23 pkt 3 przewodników do oddzielnego punktu 3a z uwagi na to iż przewodniki i przedłużki do tych przewodników są pakowane oddzielnie i posiadają oddzielne LOTy i nr REF.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

## Zestaw 10

### Pytanie nr 1, dot. części nr 38

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 38, dopuści złożenie oferty cewnikiem do trombektomii o długości 140cm, dostępnym w wersji z usuwalnym mandrynem zwiększającym sztywność oraz bez mandrynu do swobodnego wyboru przez Zamawiającego, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna 1,4mm (0,055"), światło aspiracyjne 1,04mm<sup>2</sup>, szybkość aspiracji 115,2cm<sup>3</sup>/min, pokrycie hydrofilne na



długości 16,5cm, wyposażonym w marker na końcu dystalnym, dostarczonym wraz z dwoma strzykawkami a'30cm<sup>3</sup>, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

**Odpowiedź:**

**Proponowane parametry mieszczą się w wymaganiach.**

W związku z odpowiedziami oraz na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje zmieniony załącznik 1 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy -zmiany\_2 w zakresie części nr 8, 23, 32, 38, 41 oraz 42.

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty. **Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

Zatwierdził  
Wiceprezes Zarządu - Piotr Wróblewski

*Sporządziła: Magdalena Czerniawska- St. Specjalista ds. Zamówień Publicznych*