



**Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach**

ul. Niechorska 27  
72 – 300 Gryfice

Nasz znak  
SPZZOZ/60/1/23

Data  
Gryfice 2023-11-21

Sprawa dotyczy:

*Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Dostawę nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach”.*

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym zamawiający przytacza pytania i udziela następujących odpowiedzi:

**Pakiet 2, pozycja 3, 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z nitką o długości 75cm?**

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 3– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 39mm?**

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 3– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 37mm ½ koła odwrotnie tnąca?**

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 4– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 37mm?**

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 7– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 39mm?**

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 10- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 39mm?**

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 10- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z nitką o długości 75cm?**

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**





**Pakiet 2, pozycja 12-** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 16mm?

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wchłaniających, plecionych, syntetycznych, wykonanych z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe: ok. 70% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach, ok. 20% po 28 dniach od zaimplantowania?

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 4, pozycja 1-3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 150cm?

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 4, pozycja 8**– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm?

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 4, pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z nitką o długości 75cm?

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1 do SWZ – PAKIETY - formularz cenowy: Czy w pakiecie 13 zamawiający oczekuje zaoferowania szwu dwukierunkowego, z dwiema igłami (wskazanymi w przedmiocie zamówienia) i w związku z tym bez regulowanej pętli zastępującej wiązanie, a długość nitki 16x16[cm]?

**ODP.: Tak.**

2. Dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1 do SWZ – PAKIETY – formularz cenowy: Czy w pakiecie 13 zamawiający oczekuje szwów o czasie wchłaniania 90-120 dni, siłę podtrzymania tkankowego na poziomie 42%-62% pierwotnej wytrzymałości po 7 dniach.

**ODP.: Tak.**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2:

2. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:

- przy zwłoce do 3 dni w wysokości 0,2 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki,

- przy zwłoce powyżej 3 dni w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż **50 zł brutto** za każdy dzień zwłoki **oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.**

**ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Uzasadnienie:** Kara umowna ma stanowić sankcję za nienależyte wykonywanie umowy, ale ma także mobilizować do należytego wykonania umowy, a zatem zbyt niska kara nie spełni swojej funkcji. Jest to dodatkowe zastrzeżenie umowne wprowadzane w ramach swobody kontraktowania, które ma na celu wzmocnić realne i prawidłowe wykonywanie umowy. Kara umowna zastępuje odszkodowanie (choć wystąpienie szkody nie jest konieczne do jej dochodzenia), a ponadto pełni rolę stymulacyjną i dyscyplinującą. W ocenie Zamawiającego zastrzeżona wysokość kar umownych jest współmierna i adekwatna do niniejszego zamówienia. Zaakcentowania wymaga, że przedmiotowy





przepis wzoru umowy wiąże możliwość naliczenia kary umownej wobec strony „z winy, której doszło do rozwiązania umowy” i nie dotyczy okoliczności od strony niezależnych. Tym samym wyłącznie od strony naruszającej umowę zależy, jak długo i jak często dochodzi do przypadków naruszania przez nią umowy. To strona naruszająca umowę kreuje bowiem stan naruszania, a tym samym wysokość sankcji pieniężnej za takie naruszenie. Dodatkowo, kara umowna może być ostatecznie miarkowana także przez sąd, w oparciu o okoliczności konkretnego przypadku.

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści pakowanie w pojedyncze sterylne saszetki? Pozostałe parametry bez zmian.

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. 3 dopuści igłę o długości 37mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. 13 dopuści igłę o długości 13mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 dopuści szew wchłaniający, syntetyczny, złożony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego (poliglaktyna 910), pleciony, powlekany mieszaniną kwasu polimlekowego i poliglikolowego (Poli (glikolid i l-laktyd 35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 92%, po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%. Czas całkowitej absorpcji 56-70 dni?

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 dla pozycji oznakowanych gwiazdką\* odstąpi od wymogu powleczenia nici czynnikiem antybakteryjnym?

**ODP.: Zamawiający nie odstąpi.**

#### Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 dopuści długość nici 75cm w pozycjach gdzie wymagana jest długość nici 70cm?

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pakiet 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 17 mm z nitką o długości 75 cm?

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**





**Pakiet 4**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, wykonaną z kopolimeru 90% glikolidu i 10% laktydu, powlekaną 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu (30/70) oraz 50% stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-70 dni i podtrzymywaniu tkankowym 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach i 25% po 28 dniach?

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 4, poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści podwiązkę o długości 150 cm?

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 5, poz. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatkowego powleczenia czynnikiem antybakteryjnym, pozostałe parametry bez zmian?

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 5**

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymagana jest długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm?

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 7, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści szew ze szpatułką o długości 2 x 6 mm, 3/8 koła oraz średnica 150 µm?

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 7, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści szew ze szpatułką o długości 6 mm, 3/8 koła oraz średnica 150 µm?

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 7, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści nić niewchłaniającą, syntetyczną, monofilamentową, polipropylenową, niepowlekaną, do zaćmy, kolor czarny?

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 8, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 8, poz. 2, 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę bez wzmocnienia?

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 8, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 55 mm?

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 9**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny powlekany silikonem, pozostałe parametry bez zmian?





**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 11**

Czy Zamawiający dopuści nić niewchłaniającą, syntetyczną, plecioną, poliestrową, powlekaną silikonem?

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**1. Dotyczy pakietu nr 14, cz. 1, poz. 2:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania szwu bez powleczenia antybakteryjnego (pozostałe parametry oferowanego produktu bez zmian)? Możemy zaoferować Zamawiającemu szwy z powleczeniem antybakteryjnym powleczone triclosanem, który minimalizuje ryzyko wystąpienia zakażenia miejsca operowanego.

**ODP.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**2. Dotyczy pakietu nr 14, cz.2, poz. 10 i 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast w pozycji nr 10 zaoferować Zamawiającemu szew bez powleczenia antybakteryjnego w pozycji 11? Pozostałe parametry oferowanych produktów bez zmian.

**ODP.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**3. Dotyczy pakietu nr 14**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania w formularzu asortymentowo-cenowym średnicy igły wyrażonej w mikronach?

**ODP.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**4. Dotyczy pakietu nr 14**

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 14 Zamawiający wyrazi zgodę, aby w części I tego pakietu dołączyć do oferty próbki z pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5; w części II tego pakietu dołączyć próbki z pozycji: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11?

**ODP.: Zamawiający wyraża zgodę. Próbki z III części pakietu bez zmian.**

**p. o. DYREKTOR  
SPZZOZ w Gryficach**

***Danuta Kowalewska***

