



**„SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”  
SPÓŁKA Z O.O. w restrukturyzacji  
62-300 Września, ul. Słowackiego 2**



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9105047698

Września, dn 11.08.2021r.

SA-381-9/21

**Dotyczy postępowania:** „zakup i dostawa wyrobów medycznych i niemedycznych”

W związku z wniesieniem pytania przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Pakiet 22 Poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby test posiadała wynik już po 1minucie?	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
2	Pakiet 22 Poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby testy były przechowywane w temperaturze do 45°C?	Nie wymaga
3	Pakiet 22 Poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby test posiadał termin ważności powyżej 3lat?	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
4	<b>Pakiet nr 48 poz. 1a:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważny filtr oddechowy o objętości oddechowej 150ml – 1500ml , przy zachowaniu pozostałych parametrów ?	Zamawiający dopuszcza
5	<b>Pakiet nr 48 poz. 1b:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o objętości oddechowej 150- 1500ml, przy zachowaniu pozostałych parametrów?	Zamawiający dopuszcza
6	<b>Pakiet nr 4 poz. 6,7</b> Zwracamy się prośbą o podanie czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Sony i Mitsubishi czy też dopuszcza papier kompatybilny.	Zamawiający oczekuje papier oryginalny
7	<b>Pakiet nr 4 poz. 9</b> Zwracamy się z prośbą o możliwość przeliczenia ilości wymaganych sztuk papieru. Papier oryginalny jest pakowany po 2 sztuki zatem zwracamy się z prośbą o dopuszczenie j.m= op. a` 2 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 18 op.	Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia ilości wymaganych sztuk papieru

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września  
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140  
Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł  
centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30  
[www.szpitalwrzesnia.home.pl](http://www.szpitalwrzesnia.home.pl); e-mail: [sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl](mailto:sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl);

Prezes Zarządu  
„Szpital Powiatowy we Wrześni”  
w restrukturyzacji  
Miasto

8	<p><b>Pakiet nr 4 poz. 11</b>  Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie rozmiaru wymaganego papieru. Papier do defibrylatora Zoll ma rozmiar 9cm x 9cm x 200 kartek. Czy w związku z tym Zamawiający oczekuje właśnie takiego papieru?  Jeśli Zamawiający oczekuje jednak papieru 9x9cm x 100 kartek prosimy o dopuszczenie papieru 9 x 9cm x200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 10 opakowań.</p>	Zgodnie z SWZ papier w rozmiarze 9cmx9cm x 100 kartek
9	<p><b>Pakiet nr 54 poz. 1</b>  Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o odstąpienie od skrobaka na elektrodzie. Pozostałe parametry bez zmian.</p>	Zamawiający dopuszcza
10	<p><b>Pakiet nr 54 poz. 1</b>  Zwracamy się z prośbą do zamawiającego dopuszczenie elektrody radioprzeźiernej nadającej się do badań Rtg ( z wyłączeniem CT i MRI) , bez skrobaka, przy pozostałych parametrach bez zmian.</p>	Zamawiający nie dopuszcza
11	<p><b>Pakiet nr 54 poz. 1</b>  Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.</p>	Zamawiający dopuszcza
12	<p><b>Projekt umowy- §6 pkt. 1.1)a</b>  Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru do części niedostarczonej partii towaru zamiast wartości brutto umowy, tj. w § 6 ust. 1a projektu umowy zamiast zwrotu „kwoty brutto określonej w par 4 ust.3 umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej dostawy” oraz zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany  Wskazanie 5% wartości umowy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.  Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania</p>	Zamawiający nie dopuszcza

	<p>umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy .....% wartości umowy w przypadku zwłoki w dostawie jedynie części umowy (partii towaru) jest ekonomicznie niezbyt nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.</p> <p>Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488 § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaoferuje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.</p>	
13	<p><b>Projekt umowy- §6 pkt. 1.1)b i 2)</b></p> <p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 1.1) b i 2) projektu umowy zamiast zwrotu „kwoty brutto określonej w par. 4 ust.3 umowy” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”</p> <p>Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia</p>	Zamawiający nie dopuszcza

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Wrzesnia  
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140

Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł

centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30

www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;

Zbigniew Hupała

	<p>wierzyciela”.</p> <p>Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątplenia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.</p>	
14	<p><b>Projekt umowy- §7 pkt. 1</b> Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 5-7 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.</p>	Zamawiający dopuszcza 5 dni roboczych
15	<p><b>Projekt umowy- §12 pkt. 1.2)</b> Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 18 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.</p>	<p><b>§12 pkt. 1.2) umowy uzyskuje brzmienie:</b> Dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości nie dłużej niż o 6 miesiące ”</p>
16	<p>Pakiet 23 Prosimy zamawiającego w pak 23 o dopuszczenie strzygarek które zamawiający posiada w aktualnej umowie o parametrach nie gorszych niż wymagane, Strzygarka chirurgiczna</p>	Zamawiający dopuszcza

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września  
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140

Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł

centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 309

www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;

Przewodniczący Zarządu  
„Szpitala Powiatowego we Wrześni”  
Zbigniew Hupała

	akumulatorowa + ładowarka, bezprzewodowa, z wymiennymi ostrzami, ergonomiczny korpus, wodoszczelna, z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie. Ładowarka typu "drop-in" z możliwością wielokrotnego ładowania, z diodami sygnalizującymi naładowanie i rozładowanie, skuteczna w usuwaniu owłosienia pacjenta przed zabiegiem operacyjnym, z możliwością ustawienia na blacie. Wraz z ostrzami jednokrotnego użytku, niesterylne, pakowane indywidualnie, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia w tym na głowie, szerokość cięcia 3,64 cm, konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrza chronią skórę a górne ruchome tną włosy, współczynnik zacięć do 5%data ważności na każdym opakowaniu, opakowanie jednostkowe umożliwiające otwarcie w sposób aseptyczny, kompatybilne ze strzygarką z poz.1. Pakowane po 50 sztuk	
17	Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?	Zamawiający wyraża zgodę na podstawie Ustawy z dnia 09.listopada 2028r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prawnym (Dz. U. z 2020r. poz. 1666 z póź. zmianami) Adres email: <a href="mailto:sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl">sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl</a> Przed zawarciem umowy Wykonawca wskaże swój adres email.
18	W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji	Zamawiający dopuszcza 5 dni roboczych
19	Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:  1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązująć będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości <b>0,5% kwoty brutto niezrealizowanej części zamówienia</b> , określonej w § 4 ust. 3, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% kwoty <b>brutto niezrealizowanej części zamówienia</b> , określonej w § 4 ust. 3. b) rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w	Zamawiający nie dopuszcza

	<p>wysokości 10% <b><u>kwoty brutto niezrealizowanej części zamówienia</u></b>, wskazanej w § 4 ust. 3,</p> <p>2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% <b><u>kwoty brutto niezrealizowanej części zamówienia</u></b>, wskazanej w § 4 ust. 3, poza przypadkami określonymi w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.</p>	
--	--	--

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.

  
Przewodniczący  
„Szpital Powiatowy we Wrześni”  
Sp. z o.o. w restrukturyzacji  
Zbigniew Hurala

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września  
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140  
Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł  
centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30  
[www.szpitalwrzesnia.home.pl](http://www.szpitalwrzesnia.home.pl); e-mail: [sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl](mailto:sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl);