

Katowice, dnia 13.12.2022 r.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

tel. 032/ 359-13-34

e-mail: [dzp@us.edu.pl](mailto:dzp@us.edu.pl)

*Uczestnicy postępowania nr DZP.381.133.2022.DWN*

### Wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu

---

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dziedziny nauki p.n.: „Dostawa urządzeń laboratoryjnych”, nr sprawy DZP.381.133.2022.DWN

---

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

1. Pytanie nr 1: dotyczy Części A: Wirówka bez chłodzenia z rotorem

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższe parametry wirówki:

- max. RCF z rotorem 21 209 xg,
- poziom hałasu < 60 dB
- max pobór mocy 450 VA,
- wymiary 24 x 38 x 24 cm wysokość z otwartą pokrywą 49,5 cm?

Odpowiedź: Odnośnie ww. parametrów urządzenia:

- max. RCF z rotorem 21 209 x g – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga;
- poziom hałasu < 60 dB – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga;
- max pobór mocy 450 VA – Zamawiający nie wyraża zgody, ze względu na duże obciążenie sieci;
- wymiary 24 x 38 x 24 cm wysokość z otwartą pokrywą 49,5 cm – Zamawiający nie wyraża zgody, ze względu na dostępność/przestrzeń planowanego miejsca użytkowania.



2. Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 9 tyg. od momentu zawarcia umowy w przypadku części A: Wirówka bez chłodzenia z rotorem – 1 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Pytanie nr 3: Dotyczy Części A: Wirówka bez chłodzenia z rotorem

- Czy dopuszczają Państwo wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) 24× 36× 28 cm przy spełnieniu pozostałych wymagań?
- Czy dopuszczają Państwo poziom hałasu nie przekraczający 60 dB?
- Czy dopuszczają Państwo zakres ustawienia zegara od 15 s do powyżej 9 h, z funkcją pracy ciągłej i z dodatkową funkcją krótkotrwałego wirowania (od 1 sekundy)?

Odpowiedź: Odnośnie ww. parametrów urządzenia:

- wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) 24× 36× 28cm przy spełnieniu pozostałych wymagań- Zamawiający nie wyraża zgody, ze względu na dostępność/przestrzeń planowanego miejsca użytkowania;
- poziom hałasu nie przekraczający 60 dB- Zamawiający dopuszcza, nie wymaga;
- zakres ustawienia zegara od 15 s do powyżej 9 h, z funkcją pracy ciągłej i z dodatkową funkcją krótkotrwałego wirowania (od 1 sekundy) - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Pytanie nr 4: pytanie dotyczące Części B: Komora do PCR UVC

W związku ze zmianą wprowadzoną przez producenta wskazanej komory prosimy o wyjaśnienie czy dopuszczają Państwo wbudowaną otwartą lampę UV 1x25W (TUV25 1SL/25 UV-C) o poziomie promieniowania UV 18 mW/cm<sup>2</sup>/sek przy spełnieniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Pytanie nr 5: pytanie dotyczące Części A: Wirówka bez chłodzenia z rotorem

- Czy Zamawiający dopuści wirówkę o minimalnej prędkości wynoszącej 200 rpm?
- Czy Zamawiający dopuści wirówkę o max. poziomie hałasu wynoszącym <=60 db(A)?
- Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach zewnętrznych 393 x 292 x 2 87 (dł. wys. x szer) (mm)?
- Czy Zamawiający dopuści wirówkę bez akcesoriów ważącą 17 kg?
- Czy Zamawiający dopuści wysokość wirówki z otwartą pokrywą wynoszącą 66 cm?



**Odpowiedź:** Odnośnie ww. parametrów urządzenia:

- Czy Zamawiający dopuści wirówkę o minimalnej prędkości wynoszącej 200 rpm? -Zamawiający dopuszcza, nie wymaga;
- Czy Zamawiający dopuści wirówkę o max. poziomie hałasu wynoszącym  $\leq 60$  db (A)? - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga;
- Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach zewnętrznych 393 x 292 x 287 (dł. wys. x szer.)(mm)? - Zamawiający nie wyraża zgody, ze względu na miejsce przewidziane do użytkowania sprzętu;
- Czy Zamawiający dopuści wirówkę bez akcesoriów ważącą 17 kg ? - Zamawiający nie wyraża zgody, ze względu na miejsce przewidziane do użytkowania sprzętu;
- Czy Zamawiający dopuści wysokość wirówki z otwartą pokrywą wynoszącą 66 cm ?- Zamawiający nie wyraża zgody, ze względu na miejsce przewidziane do użytkowania sprzętu.

*Z-ca przewodniczącego Komisji Przetargowej:*

*Przewodniczący Komisji Przetargowej:*

